

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

Název zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupený: Ing. Antonínem Tesaříkem, ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Pořízení dvou RDG přístrojů“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zasílám vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci Příloha č.5a Minimální technické parametry RTG Skiografie stacionární, je uvedeno:

Nové zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič se dvěma plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení musí být vybaveno akviziční stanicí.

Otázka:

Chápe uchazeč správně, že požadavkem na plně automatizované pohyby stropního závěsu je myšlena funkce běžně označovaná jako AutoPositioning nebo Autopozice tzn. automatické nastavení jednotlivých komponent systému (rentgenky, detektorů ve vertigrafu a vyšetřovacím stole) na základě anatomických předvoleb?

Odpověď č. 1

Plně automatizované pohyby RTG přístroje myslíme: autotracking – automatické docentrování lampy na detektor při jeho pohybu ve stole a vertigrafu, automatické sledování vzájemné pozice lampy a detektoru.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci Příloha č.5a Minimální technické parametry RTG Skiografie stacionární, je uvedeno:

Dotyková obrazovka pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na dotykové obrazovce stropního závěs.

Otázka:

Chápe uchazeč správně, že požadavkem na zobrazení úhlu náklonu na dotykové obrazovce stropního závěsu je myšlen zobrazení náklonu rentgenky i volného detektoru, aby bylo zajištěno rychlé a přesné nastavení kolmosti rtg. paprsku vůči detektoru?

Odpověď č. 2

Úhel náklonu myslíme: pouze úhel náklonu RTG lampy.

V Brně dne 16. 10. 2019

Ing. Martin Cetkovský
WALLET s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)