

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DÍLČÍ PLNĚNÍ B1 - PODLOŽKY POD INKONTINENTNÍ PACIENTY - 1.ČÁST

## 1/ Přehled předmětu plnění dle předpokládané spotřeby

č. položky	Název položky	Velikost v cm	Požadovaná minimální *ISO savost v ml	MJ	Počet MJ/1 rok
1.	podložka pod inkontinentní pacienty se záložkami	90x170 popř. 90x180 se záložkami	1500	ks	62000

**\*ISO savost** – pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří, na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje. Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.

## Technické požadavky předmětu plnění

absorpční jádro tvořeno 100% buničinou, 1. povrch: nepropustná fólie, 2. povrch: jemná netkaná textilie, rozměry jádra cca : šířka x délka = 900mm (na šířku lůžka) x 600mm , celková šířka 170cm popř. 180cm, záložky na stranách podložky slouží k zasunutí pod lůžko, pro stabilnější zajištění podložky proti pohybu; tolerance rozměrů +/- 5%; vlastnosti: měkké a dobře savé jádro, provedení netkané textilie na vnitřní straně s provedením zajišťujícím stabilitu savého jádra - savé jádro se nesmí v podložce pohybovat a vytvářet nerovnosti; vnitřní povrch nedráždící pokožku z netkané textilie, vnější povrch nepropustný pro tekutiny se záložkami na obou stranách, boční hrany zabraňující úniku tekutin, bez obsahu latexu