

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení (poptávky) jsou tyto položky:

Pořadí	Název položky	MJ	Množství
001.	<p>Bodypletysmograf s měřením difúzní kapacity plic a s bronchoprovokační jednotkou</p> <p>Bližší specifikace položky Základní specifikace systému:</p> <p>Bodypletysmograf</p> <p>Celotělový pletysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů a rezistence dýchacích cest, difúzní kapacity plic (DLCO/TLCO) a dalších parametrů plicní mechaniky včetně bronchoprovokační jednotky. Přístroj musí odpovídat platným standardům ERS/ATS akceptované ČPFS. Základní kritéria: schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností $\pm 3\%$ nebo $\pm 0,05$ litru v rozmezí průtoku 0-14 l/s. Celkový odpor proudění vzduchu (snímač s bakteriologickým filtrem) při průtoku 14 l/s musí být menší než 1,5 cmH₂O/l/s (0,15 kPa/l/s).</p> <p>Požadovaná vyšetření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Měření klidové a usilovné spirometrie, test MVV - Měření proudových odporů dýchacích cest (R_{tot}, sR_{tot}, sR_{eff}, sGaw,...) a nepřímé měřitelných objemů dýchacích cest (ITGV, reziduálního objemu RV, celkové plicní kapacity TLC,...) - Měření difúzní kapacity plic - transferfaktoru metodou SingleBreath. - Bronchodilatační testy - Bronchoprovokační testy - Software v českém jazyce <p>Další požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabina - stabilní konstrukce, plně prosklená kabina pro sledování pacienta, bezpečnostní zavírání, možnost otevření kabiny zevnitř pacientem; šířka kabiny maximálně 80 cm - Automatická kalibrace kabiny a analyzátorů - Nosný plyn pro měření transferfaktoru - Metan nebo Helium - Řídící jednotka PC, s monitorem LCD min. 27" a laserovou tiskárnou - BTPS modul pro sledování hodnot okolních podmínek <p>Ergonomie přístroje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyšetřovací kabina musí být bezbariérová, nástupní hrana maximálně 7 cm - modul difúzní kapacity plic integrovaný do kabiny bodypletysmografu - možnost nastavení výšky sedadla - možnost ovládání stavu se snímačem ve všech osách pro - možnost vyšetřovat spirometrii a transferfaktor i mimo kabinu (např. pro pacienty na vozíku) <ul style="list-style-type: none"> - Pouze jedna tlaková láhev se směsí plynu pro vyšetření DLCO a bodypletysmografie - Součástí dodávky bude redukční ventil pro tlakovou láhev - Vysoká životnost a kvalita snímače, možnost dezinfekce snímače (ultrazvukový) - Průběžná úprava protokolů a kontrola provedení měření dle aktuálních standardů ERS/ATS - Možnost úpravy a tvorby náležitých (prediktivních) hodnot i nových uživatelských parametrů, integrované náležité hodnoty GLI2012 - Vyjádření naměřených parametrů v procentech náležitých hodnot a v hodnotě Z-score - Grafické zobrazení smyčky Rezistence/ITGV - Klinicky orientovaný graf Rezistence/Objem - Komplexní možnosti nastavení (měřítka os, počet smyček, tangenty pro sR_{eff}, sR_{tot} ...) - Doplnková editace grafů pro výpočet objemu a rezistence - Možnost manuálního zadání hodnoty Hb, COHb, PaO₂ a přepočítání výsledků DLCO - Zobrazení trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření - Možnost porovnání libovolných vyšetření a vyhodnocení difference hodnot parametrů vč. příslušných grafů - Zpětná rekonstrukce hodnot a možnost oprav již naměřených dat (zpětná korekce všech údajů pro výpočet náležitých hodnot) 	Ks	1.00

<ul style="list-style-type: none"> - Tisk protokolů na různých formátech papíru (A4, A5,A6), flexibilní úprava protokolů dle požadavků uživatele - Možnost převodu zpráv do formátů pdf, txt, gdt, apod. - Otevřený software pro export dat do nemocniční informační sítě - Možnost servisu vzdáleným přístupem <p>Bronchoprovokační jednotka - dozimetrický zmlžovač pro podávání dilatační nebo bronchoprovokační substance.</p> <p>Požadované parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavěný do bodykabin, řízený počítačem - min. 5 předdefinovaných volitelných provokačních řad s volitelnou inhalační substancí - volitelná metoda inhalace: souvislá a pulzní (bolusová) - volitelná velikost inhalačního pulzu v jednotlivém kroku od 0,2 s. - spirometrické měření množství skutečně nadechované inhalační substance - sledovací parametry a výpočet prahové dávky pro parametry: min. FEV1, FVC, AEX, Rtot - průběh testu automaticky vedený v závislosti na bronchiální odezvě pacienta - v průběhu testu možnost navyšovat či snižovat množství podané substance dle rozhodnutí lékaře mimo předdefinovanou řadu. - vlastní kompresor (nezávislost na externím zdroji tlaku) 		
---	--	--

V případě, že administrátor povolil funkci **Komentáře**, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Přílohy

1. Příloha pozvánky - Kupní_smlouva_-_vzor.pdf

Harmonogram

Zadávací řízení proběhne formou elektronické poptávky.

Předkládání nabídek

25. 10. 2019 v 16:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání cenových nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Cenové nabídky je možné vkládat do **07. 11. 2019 v 10:00**

Zadávací podmínky

1) Cenu jednotlivých položek předmětu plnění uvádějte za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH, včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace a zaškolení.

2) Splatnost faktur 60 dnů ode dne doručení faktury
Fakturace bude prováděna pouze dle skutečně dodaného zboží.

3) Uchazeč je povinen dodat zařízení do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

4) Podmínkou účasti v zadávacím řízení je souhlas uchazeče se zněním kupní smlouvy (viz příloha).
(uchazeč svou účastí v zadávacím řízení automaticky souhlasí se zněním kupní smlouvy)

5) Předpokladem uzavření smlouvy je splnění následujícího:

a) doložení kvalifikačních předpokladů, tj. oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90-ti dnů*

b) předložení produktového listu, prohlášení o shodě a českého návodu v elektronické podobě*

c) předložení seznamu osob (zástupců dodavatele), které jsou oprávněny za dodavatele provádět instruktáž ke zdravotnickému prostředku v souladu s poučením výrobce dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb.*

d) předložení servisních podmínek *

e) záruka dostupnosti originálních náhradních dílů po dobu minimálně 7 let

f) záruční doba 24 měsíců

g) předložení referenčních dodávek v rozsahu požadovaného předmětu plnění *

6) Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem budou prováděny v záruční době bezplatně.

7) Zadavatel si vyhrazuje právo na předvedení nabízeného přístroje uchazečem před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od zaslání požadavku zadavatele na kontaktní elektronickou adresu uvedenou uchazečem v systému Proe.biz. Neprokázání požadovaných technických parametrů zadávacích podmínek při předvedení nabízeného přístroje před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

* Uchazeč splní podmínku přiložením souboru do příloh účastníka v systému Proe.biz

Způsob hodnocení nabídek

Pro vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce:

v případě, že nejvhodnější nabídka = minimální hodnota
(minimální nabídka / nabídka účastníka) * váha (%)

Do hodnocení bude zahrnuto:

Celková cena	Váha: 100.00	Povaha: klesající
--------------	---------------------	--------------------------

Způsob hodnocení nabídek:

nejnižší nabídková cena 100%

Další ustanovení

Nemocnice Vyškov, p.o. provádí průběžný průzkum trhu a výběr dodavatele na dodávky výše uvedených položek.

Doba a místo plnění:

Počátek realizace zakázky zadavatel předpokládá v 11/2019. Místem plnění zakázky je **Purkyňova 235/36, 682 01 Nosálovice - Vyškov**.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z jeho vnitřních kalkulací. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Kontakty

Zadavatelem zadávacího řízení je:

Nemocnice Vyškov, p.o.

Purkyňova 235/36

682 01 Nosálovice - Vyškov

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví:

Ing. Jaromír Herzán

telefon: **+420 517 315 149**

email: herzan@nemvy.cz

Realizací elektronického zadávacího řízení byla pověřena společnost:

Nemocnice Vyškov, p.o.

Purkyňova 235/36

682 01 Nosálovice - Vyškov

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví administrátor:

Ing. Jaromír Herzán

telefon: **+420 517 315 149**

email: herzan@nemvy.cz

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit [ZDE](#).

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče.
Více informací najdete v Návod.

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém prohlížeči povolit naleznete na <http://support.proebiz.com/> v části Nastavení.

JAK VSTOUPIT DO SYSTÉMU?

Pro vstup do portálu použijte internetový odkaz (adresu) v pozvánce. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese portálu vyhlašovatele.

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části **KONTAKTY**.

JAK SE ZE SYSTÉMU ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka **LOGOUT**, které se nachází v pravém horním rohu portálu. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?

Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v prostředí portálu. Zvláště se soustředte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do portálu znovu přihlásit.

V tomto kole je vaší povinností zadat cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je **NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!** V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online zadávacího řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online zadávacího řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodloužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete s části **HARMONOGRAM**.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.