



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

Příloha č. 3 – Technická specifikace

1) MYČKY TERMICKÉ – 3ks

Mycí a dezinfekční automat pro mytí a termickou dezinfekcí (dle Vyhl. MZ ČR č.306/2012 Sb)

Požadované parametry zařízení:

- Přístroj s předním plněním, možnost vestavby do nábytku nebo jako samostatně stojící s nerezovým opláštěním
- Elektronické řízení, ovládací panel s displejem, indikace: programy, požadovaná/aktuální teplota, zbytkový čas, chybová hlášení, ovládání: dotykové, nastavitelné parametry programů. Nejkratší doba programu 5 min při 65 °C
- Minimálně 12 mycích programů
- Mycí výkon min. 12 jídelních souprav/hod.
- Automatické otevření dveří po ukončení programu a automatické zavření dvířek
- Změkčovač vody až do 60°dH.
- Dávkovací zařízení pro práškové mycí prostředky a oplachovací prostředky ve dvířkách.
- Zásobník soli ve dvířkách přístroje
- Kondenzátor par
- výkonné oběhové čerpadlo min. Qmaxl/min 400 l.
- 1 x přípojka na studenou nebo teplou vodu do 65 °C
- El. připojení: 3N AC 400V 50Hz, jištění: 3 x 16
- Hmotnost přístroje do 70 kg
- Hlučnost do 70 dB
- Možnost připojení externího dávkovače pro tekuté mycí prostředky
- 1 x horní koš pro šálky/podšálky, 1 x spodní koš prázdný pro různé nástavce a jako

podstavec pod umělohmotné koše, 2 x nástavec (1/2 pro 32 talířů o průměru až 250 mm nebo 16 talířů o průměru až 330 mm) s 2 x přihrádka na příbory (38 talířů do průměru 250 mm nebo 19 talířů do průměru 330 mm bez přihrádek na příbory),

2) MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS – 1ks

Požadované parametry zařízení:

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
- 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
- samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní chromniklové oceli (mat.1.4301) s možností zavěšení na zeď
- svařovaná nerezová mycí komora
- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch
- kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
- vlastní vyvíječ páry



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

- možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000
- vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek
- labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění
- hlučnost 55 dB
- celkový příkon: 3,0 kW
- spotřeba el. energie pro 1 mytí: 0,260 kWh
- pro oplach/chlazení: 0,002 kWh
- pro pohotovostní režim: 0,006 kWh
- Opad: DIN 90-100
- Rozměry (v, š, h): 1240, 500, 570 mm
- Elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz

V Hustopečích dne 05.11.2019

Ing. Petr Baťka

Nemocnice Hustopeče, p.o.