

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro výběrové řízení nemocnice Kyjov

„Ultrazvukový diagnostický přístroj“

Zadavatel veřejné zakázky: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
IČO: 00226912
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupena: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

Dne 11.11.2019 byla zadavatelem uveřejněna VZ na “dodávku a uvedení do provozu ultrazvukového diagnostického přístroje”.

Následně bylo zjištěno administrativní pochybení v případě uvedení nesprávného množství hodin při servisu BTK v krycím listě – příloha č. 3 a taktéž v Podmínkách a požadavcích pro zpracování nabídky v bodě 8.1. kritéria hodnocení u hodnocení nabídek.

Na základě těchto zjištění jsme přepracovali zadávací dokumentaci v Podmínkách a požadavcích pro zpracování nabídky - nová verze (viz. obr. 1) a taktéž přílohu č. 3 – Krycí list - nová verze (viz. obr. 2).

K vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem uvádíme přesné znění požadavku ve formulářích a jejich vlastní znázornění textu (viz. ilustrace):

obr.1

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 Brundíkovská Káthedra
 Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

v zapečetěné obálce s označením „Ultrazvukový diagnostický přístroj“
 Lhůta pro podání nabídky je do 25.11.2019.

7.4. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena na základě kritéria nejmenší nabídkové ceny (součet cen za dodávku a pozruční servis a cen za provedení fix bezpečnostně technickou prohlídkou a 40 hodin práce technika při pozručním servisu)

9. OSTATNÍ PRAVA, POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE

9.1. ZADAVATEL SI VYHRADŽUJE PRÁVO:

- na zrušení zakázky
- na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce

9.2. BLIŽŠÍ PODMÍNKY SOUČINNOSTI PRO UZAVŘENÍ SMLUVY

Vybraný dodavatel je povinen v rámci své součinnosti před podpisem smlouvy splnit i další podmínky nezbytné pro uzavření smlouvy:

dodavatel předloží doklad o tom, že je osobou zacházející se zdravotnickými prostředky (výrobce, dovozce nebo distributor), jehož součástí bude i platné potvrzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o oprávněnosti provádět servis nabízených zdravotnických prostředků. Dokladem se v tomto případě rozumí potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) v souladu s § 29 odstavec 1 zákona č. 268/2014 Sb. o

obr.2

Příloha č. 3

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ultrazvukový diagnostický přístroj

UČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ				
Sídlo				
IČ				
Kontaktní osoba				
Titul				
Telefon				
E-mail				

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
 (pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní jméno				
Poslední adresa, PSČ				
Elektronická adresa				

Nabídková cena za celou předmětnou zakázku:

	Cena s DPH	Cena bez DPH	Pro hodnocení	Maximální cena
Dodávka předmětu včetně záručního servisu	Uchazeč doplní cenu dodávky s DPH	Uchazeč doplní cenu dodávky bez DPH	Uchazeč doplní cenu bez DPH	Maximální cena za dodávku 1 600 tis. Kč bez DPH
Bezpečnostně technická prohlídka včetně dopravy	Uchazeč doplní cenu s DPH provedení BTK včetně dopravy	Uchazeč doplní cenu bez DPH provedení BTK včetně dopravy	Uchazeč doplní cenu za 1 provedení BTK bez DPH násobenou 8 (provození BTK) za rok po dobu 8 let	Maximální cena za pozruční servis po dobu 8 let, tj. 8x BTK a 40 hodin práce odborného technika – 80 tis. Kč bez DPH
Hodinová sazba práce odborného technika	Uchazeč doplní cenu s DPH hodinové sazby práce odborného technika	Uchazeč doplní cenu bez DPH hodinové sazby práce odborného technika	Uchazeč doplní cenu bez DPH za 1 poskytnutí následnou 40 hodinami odborného technika po dobu 8 let	

Cenné kalkulace jednotlivých roků (zahájeno v době uvedené níže):

Parametr (název) sondy	Uchazeč doplní cenu dodávky s DPH	Uchazeč doplní cenu dodávky bez DPH
Parametr (název) sondy	Uchazeč doplní cenu dodávky s DPH	Uchazeč doplní cenu dodávky bez DPH
Parametr (název) sondy	Uchazeč doplní cenu dodávky s DPH	Uchazeč doplní cenu dodávky bez DPH

PODPIS KRYCÍHO LISTU DODAVATEL STVRŽUJE CELÝ OBSAH NABÍDKY

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme o zpracování Vaší nabídky dle nově přepracovaných Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky a dle nově přepracované přílohy č.3 - Krycího listu (nové verze)

Dále pak zadavatel dne 13.11.2019 obdržel dotaz týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1

Dovolujeme se dotázat, zda budeme vyřazení, pokud nabídneme v ceně místo share wawe elastografii pro urologii optimalizovanou elastografií kompresivní.

Požadovaný typ elastografie je vhodný pro játra, ale pro urologické tkáně se hodí lépe elastografie kompresivní.

Rádi bychom se zúčastnili s naším novým modelem, který plně splňuje požadavky, a navíc je kompatibilní se špičkovou fúzní technologií BiopSeeR.

Odpověď zadavatele:

Vyřazení nebudete a zadavatel bude akceptovat zařízení pouze s kompresivní elastografií.

V původním znění bylo uvedeno:

- ***Možnost rozšíření o modul shear wave elastografie funkční na nabízené abdominální a lineární sondě***

Upraveno na nové znění:

- ***Možnost rozšíření o modul shear wave elastografie funkční na nabízené abdominální sondě nebo kompresivní elastografii (viz.obr.3 – příloha 2 zadávací dokumentace – nová verze)***

K vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem uvádíme přesné znění požadavku ve formulářích a jejich vlastní znázornění textu (viz. Ilustrace):

obr.3

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 obchodních podmínek

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení
- B-mód na základních frekvencích
- B-mód na harmonických frekvencích
- PW – pulzní doppler
- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)
- Power Doppler a směrový Power Doppler
- další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky – např. eFLOW, Fine FLOW, S-flow apod. (výrazné zlepšení citlivosti a přesnosti zobrazení)
- Laterální gain v B-módu
- Automatická optimalizace obrazu
- Technologie speckle reduction
- Možnost rozšíření o modul shear wave elastografie funkční na nabízené abdominální sondě nebo kompresivní elastografii
- Možnost rozšíření o modul synchronizovaného zobrazení UZV obrazu a CT a MRI (fúze) minimálně na nabízené abdominální sondě a rektální sondě

Požadovaný post processing:

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (Index pulzace), RI (Index rezistence),
- Měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

Informace:

Zadavatel z důvodu změny a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Bod 9 nově Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí **27.11.2019**

V Kyjově dne 14. 11. 2019

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Stražovská 1247/23, 697 01 Kyjov
00226912

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

