

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Gynekologické lůžko s full HD videokolposkopem

- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla
- antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelný pánevní díl
- nosnost křesla minimálně 200 kg
- vnější rozměry max. 180x80 cm
- šíře ložné plochy min. 60 cm
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55 - 105 cm
- plně elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl a nožní podpěry polohovatelné nezávisle pomocí elektromotorů
- synchronní spojení nožních podpěr pro snadné nastavení jednou rukou
- minimálně jeden integrovaný nožní ovladač, jeden dálkový bezdrátový nožní ovladač a ovladač pro pacientku
- možnost naprogramovat alespoň 8 paměťových poloh
- přednaprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem
- bezpečnostní indikátory s automatickým zastavením křesla při kolizích
- integrovaná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci
- integrovaný držák hygienického papíru na zádovém díle,
- integrovaná výsuvná odpadní miska
- snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních opěr
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
- svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel
- FULL HD video kolposkop integrovaný do křesla, polarizační filtr
- rameno s LCD obrazovkou s rozlišením FULL HD, úhlopříčka min. 21"
- LED světelný zdroj
- LAN připojení k PC, HDMI IN – k připojení ultrazvuku nebo hysteroskopu