

Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky

na zakázku:

„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – část 2“

(nadlimitní zakázka)

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je plnění:

- Dodávka nových zdravotnických přístrojů včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a potřebné instruktaže k návodu k použití (dále také zboží).
- Pro samostatné části č. 1 a 2 provádění úplatného komplexního „full“ pozáručního servisu dodaných RTG zařízení a všech jejich dodaných součástí, včetně dodávek veškerých náhradních dílů (včetně vakuových a detekčních prvků) k opravám; provádění preventivních prohlídek (BTK), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány po dobu 7 roků po skončení záruky za jakost dodaného zařízení.

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Část č.	Název samostatné části předmětu zakázky	Nabídková cena za jednotlivé samostatné části v Kč bez DPH
2	Skioskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací – 1 ks	10 023 890,--
3	Ureterorenoskopy – 2 ks	564 450,--

4. Použitý druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení bylo realizováno v souladu s ustanovením § 3 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon) – druh zadávacího řízení – otevřené řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Samostatná část č. 2

č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/účastníka
2	FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10,180 00 Praha 8 IČO:46504869
3	MEDIFINE a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno IČO: 27718948
4	Electric Medical Service s.r.o. Ledce 74, 66462 Ledce IČO: 49970267

Samostatná část č. 3

č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/účastníka
1	HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČO: 00676853

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Samostatná část č. 2

č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/účastníka
2	FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10,180 00 Praha 8 IČO:46504869

Důvod vyloučení účastníka:

Účastníkem nabízený zdravotnický přístroj nesplňuje technické požadavky stanovené zadavatelem ve svazku č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů. Po posouzení účastníkem podané nabídky a jejího doplnění ze dne 31.10.2019 zadavatel rozhodl, že účastníkem nabízený model Skiaskopicko - skiagrafického zařízení s přímou digitalizací nesplňuje tyto parametry a účastníka vyloučil. Nabízený zdravotnický přístroj, nesplňuje tyto požadavky zadavatele:

Požadavek zadavatele	Nabídka účastníka
Automatické nastavení pozice snímkování podle vybraného protokolu Autopozice. Zadavatel požaduje funkci autopozice, která dle orgánové předvolby automaticky nastaví skiaskopicko-skiagrafické zařízení s přímou digitalizací pomocí motorizovaných prvků: „stolu, sloupu, rotace rentgenky, bucky jednotky“ do požadované pozice pro snímkování předvolené oblasti (např.: šikmou projekci, kde automaticky pomocí motoru otočí rentgenku do požadovaného úhlu, motoricky nastaví SID a motoricky posune bucky jednotku s flat panelem ve stole do požadované pozice).	Účastníkem nabízený přístroj není vybaven plným automatickým nastavením pozice snímkování podle vybraného protokolu „Autopozice“. Po podrobném prostudování návodu k obsluze a účastníkem předloženého vysvětlení podané nabídky dospěla komise k tomuto závěru: Dosažení zvolené „Autopozice“ (zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval možnost přednastavení minimálně min. 50 orgánových programů) lze docílit pouze tak, že zadavatel musí provést manuální nastavení rotace rentgenky. Například v případě požadavku vyšetření Defilé patelly, chce mít obsluha možnost automatického přednastavení přístroje do požadované pozice včetně nastavení rotace rentgenky v příslušném úhlu. To je možné pouze v případě, kdy je rotace rentgenky motorizovaná. Dle dodaného návodu k obsluze v angličtině i s českým překladem je jasně uvedeno, že rotace rentgenky je pouze manuální a tudíž neplní technické zadání přístroje.
Plná orgánová automatika v počtu min. 50 orgánových programů.	Účastníkem nabízený přístroj není vybaven plným automatickým nastavením v počtu min.50 orgánových programů. Z dodaného návodu k použití vyplývá, že systém nabízí pouze 4 předvolené autopozice pevně nastavené a z toho plyne, že nemůže obsloužit minimálně požadované množství orgánových programů. Dále ze 4 uvedených pozic je patrné, že systém neumožňuje automatické nastavení rotace rentgenky

K výše uvedenému zadavatel dále uvádí:

Účastníkem nabízený přístroj je ve standartním provedení, které je podrobně popsáno v předloženém návodu k obsluze vybaven pouze manuální rotací rentgenky, což velmi snižuje zadavatelem deklarovaný požadavek dosáhnout nastavení požadované autopozice s vyloučením manuálního zásahu obsluhy a tedy eliminování nebezpečí selhání zaviněné obsluhou. Účastník byl zadavatelem vyzván k vysvětlení výše uvedeného zjištění „manuální rotace rentgenky“. Z účastníkem předloženého vysvětlení vyplývá, že nabízený přístroj nelze zcela automaticky nastavit do předvolené autopozice – účastník ve svém vysvětlení této skutečnosti navrhuje úpravu **standartního** nastavení přístroje v režimu servisního nastavení do nastavení, které vyžaduje aktualizaci, konfiguraci a kalibraci tohoto přístroje a uvádí čl. 5.22 Návodu k obsluze. Dle komise nelze tento stav akceptovat, protože v návodu k obsluze je popsán režim pouze čtyř nabízených autopozic a o funkcích a jejich použití nastavených v servisním režimu se tento návod nezmiňuje což je v rozporu s ustanoveními zákona 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších zákonů.

Samostatná část č. 2

č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/účastníka
4	Electric Medical Service s.r.o. Ledce 74, 66462 Ledce IČO: 49970267

Důvod vyloučení účastníka:

Nabídka účastníka a nabízený zdravotnický přístroj nesplňují požadavky stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Po posouzení účastníkem podané nabídky a marném uplynutí lhůty poskytnuté účastníkovi k vysvětlení jeho nabídky zadavatel rozhodl, že účastníkem podaná nabídka a nabízený model Skiaskopicko - skiagrafického zařízení s přímou digitalizací nesplňují požadavky zadavatele a účastníka vyloučil. Nabídka účastníka a nabízený zdravotnický přístroj, nesplňují tyto požadavky zadavatele:

Požadavek zadavatele	Nabídka účastníka
Příloha č. 3 Kupní smlouvy – Protokol o instrukcích obsluhy	V nabídce předloženém protokolu není uvedena osoba pověřená instrukcemi od výrobce nabízeného přístroje. V nabídce předloženém protokolu není doložena Příloha č. 1 Přílohy č. 3 – Potvrzení o oprávněnosti provádět instrukce v souladu s poučením výrobce dle § 61 zák. 268/2014 Sb.).
Návod k obsluze pro nabízené/a zařízení v českém jazyce	Návod k obsluze pro nabízené/a zařízení v českém jazyce – nebyl v nabídce doložen v českém jazyce.
Prohlášení o shodě k nabízenému zařízení	Nebylo v nabídce doloženo
Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Požadované technické parametry přístrojů	V předložené příloze č.1 Kupní byly zjištěny tyto rozpory: v bodě – rotace nosiče rentgenky minimálně kolem horizontální osy s rozsahem min. 270° (což je nepodkročitelné minimum). U tohoto bodu požadujeme plně motorizované nastavení pozice přístroje (toto vyplývá z naší odpovědi na dotaz v zadávací dokumentaci ve stanovené lhůtě, ve kterém jsme jasně specifikovali tento zmiňovaný technický prvek, že požadujeme plně motorizovaný a automatizovaný posun a nastavení přístroje do příslušné vyšetřovací polohy). Svým podpisem Technické specifikace deklarujete motorizované nastavení přístroje, přičemž v technickém listu je uvedeno „manual rotation“.
Technický list pro nabízené diagnostické pracovní stanice	Nebyl v nabídce předložen.
Návod k obsluze pro nabízené diagnostické monitory	Nebyl v nabídce předložen.
V seznamu významných dodávek předloženém dodavatelem v nabídce jsou ceny za poskytnuté zakázky uváděny, jako ceny přesahující určitou hodnotu.	Uvedená formulace neodpovídá požadavku zadavatele uvedeném v ZD.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru,

Část	Název samostatné části předmětu zakázky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele, s nímž byla uzavřena kupní smlouva
2	Skiaskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací – 1 ks	MEDIFINE a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno IČO: 27718948
3	Ureterorenoskopy – 2 ks	HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČO: 00676853

Odůvodnění výběru:

Nabídky výše uvedených účastníků splnily požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídková cena nebyla zadavatelem vyhodnocena jako mimořádně nízká nabídková cena.

8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi,

Samostatná část č.	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele, s nímž byla uzavřena kupní smlouva	Poddodavatel uvedený v nabídce
2	MEDIFINE a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno IČO: 27718948	Siemens Healthcare, s.r.o. IČO: 04179960
		UNIS COMPUTERS, a.s. IČO: 63476223
3	HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČO: 00676853	Zadavateli není znám

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

Nabídky byly podány pomocí elektronických prostředků.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,

Při posouzení nabídky vítězného účastníka zadavatel nezjistil střet zájmů.

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepožadoval splnění ekonomické kvalifikace

12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění či řízení pro zadání zakázky ve zjednodušeném režimu, byla-li taková možnost využita:

Zadávací řízení bylo provedeno formou otevřené nadlimitní zadávací řízení.

13. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadavatel zrušil tyto samostatné části předmětné veřejné zakázky:

Samostatná část č.	Název samostatné části	Důvod zrušení zadávacího řízení
1	Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka– 1 ks	Na předmětnou samostatnou část nebyla podána žádná nabídka

Ve Vyškově

8.1.2020

.....
Ing. Jaromír Herzán
Vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p.o.