



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemby.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 76/SŘ/2020

V Břeclavi 27. 1. 2020

Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky: „Operační stůl“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických požadavcích na operační stoly v části 5. uvádí požadavek na „Elektrické ovládání hlavové opěrky“. Elektrické ovládání hlavové opěrky je nestandardní funkcionalita, která není u těchto typů stolů běžně požadována a také výrazně mění technický základ stolu, jelikož stůl musí disponovat dalším elektromotorem. Tento požadavek je také spojen s vyšší pořizovací cenou. I takto dimenzované operační stoly běžně disponují nastavitelnou opěrkou hlavy pomocí plynových pístů, které zaručují plynulé a jednoduché ovládání. Námi nabízený operační stůl renomovaného německého výrobce disponuje bezporuchovými plynovými písty, díky kterým je zaručeno přesné, plynulé a jednoduché ovládání v dostatečném rozsahu + 45° / -45°. Bude zadavatel akceptovat nabídku operačního stolu s výše popsanou nastavitelnou opěrkou hlavy, který splňuje medicínský účel a použití?

Odpověď: Zadavatel trvá na zadaných technických parametrech, které uvedl v zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky, a to konkrétně v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek. V případě uvedených technických parametrů se jedná o běžnou funkcionalitu a technická specifikace je dána požadavkem na snadné ovládání celého stolu z jednoho místa a rovněž snadné napolohování stolu do základní pozice pomocí jednoho tlačítka. Zajišťuje tak komplexní mobilitu a plnou variabilitu i během zákroku a uspokojí tak náročné požadavky pro současnou moderní medicínu i bezpečí pacienta.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, který by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel bude akceptovat pouze řešení, které odpovídá zadávací dokumentaci, a to konkrétně technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci a nebude akceptovat nabídku operačního stolu, který neumožňuje elektrické ovládání hlavové opěrky.

Ing. Petr Bařka
ředitel