



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemby.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi 31. ledna 2020

č.j. : 91/SŘ/2020

Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky: „Diagnostický ultrazvuk – CHIR“

Dotaz č. 1:

Skutečně musí být Externí jednotka pro fúzní biopsii součástí dodávky v uvedeném limitu, nebo jej můžeme nabídnou jako rozšíření s vlastní cenou?

Osobně se domnívám, že cenový limit s fúzí není na trhu v uvedeném finančním limitu dostupný, alespoň ne v akceptovatelné kvalitě.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci na realizaci části veřejné zakázky č. 9 Diagnostický ultrazvuk – CHIR“, a to konkrétně v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek je mj. uvedeno, že „*Systém **musí umožnit i doplnění** o transperineální fúzní biopsii ve formě software, specializovaného biplane snímače a polohovací jednotky – stepperu s mřížkou pro řízení punkce.*“

Zadavatel uvádí s odkazem na znění zadávací dokumentace, že externí zařízení pro fúzní biopsii prostaty nemusí být součástí dodávky, nicméně zadavatel trvá na technických parametrech a zejména na tom, aby se jednalo o takový systém, který umožní doplnění o anspereální fúzní biopsii ve formě software.

Ing. Petr Bařka
ředitel