



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 30895/2020

Sp. zn.:

S – JMK 5143/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková
Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 216, 541 651 296

Počet listů:

3

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

21. 2. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“ – IV

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře

Druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 391133 lehátko vyšetřovací 2-dílné, držák papírové role, pojízdné požadavkem na nosnost 170 kg.

Vzhledem k požadavku na lehátko pojízdné – nosnost koleček – bude zadavatel akceptovat toto lehátko s nosností 150 kg?

Odpověď č. 1/IV

Zadavatel neakceptuje lehátko s nosností 150 kg.

Dotaz č. 2/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. „393404 lehátko pro transport pacienta vč. postranic“ a u položky č. „392000 lehátko pro transport pacienta vč. postranic“ požaduje třídílnou ložnou plochu. Bude zadavatel akceptovat nabídku transportního lehátka renomovaného českého výrobce, které disponuje lepší technickým řešením – čtyřdílnou ložní plochou?

Odpověď č. 2/IV

Zadavatel akceptuje čtyřdílnou ložní plochu transportního lehátka.

Dotaz č. 3/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 376140 vyplachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky + 4 urin. Lahve. Domníváme se, že zde došlo k překlepu při tvorbě této specifikace. Námí dodávaný vyplachovač a desinfikátor ložních mís disponuje kapacitou 2 podložních mís s víky a 3 urin. lahvemi. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto vyplachovače?

Odpověď č. 3/IV

Zadavatel akceptuje vyplachovač ložních mís s kapacitou v 1 cyklu:

- myčka pro 2 podložní mísy vík a 3 urin. lahve
- nebo 4 urinové lahve v 1 cyklu

Dotaz č. 4/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 376140 vyplachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky + 4 urin. Lahve. Ve specifikaci je uveden požadavek na Hepa filtr. Námí dodávaný vyplachovač nedisponuje tímto filtrem, ale místo toho disponuje funkcí sušení kondenzované páry s vyhříváním čerpadlem, které dává leštící prostředek, díky kterému dochází ke zkrácení doby sušení. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto vyplachovače?

Odpověď č. 4/IV

Zadavatel požaduje Hepa filtr.

Dotaz č. 5/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 418230 panel sprchový s desinfekcí, výlevka vč. splachovače nerez. Zadavatel uvádí požadavek na nerezovou výlevku. Požaduje zadavatel nerezovou výlevku nebo nerezovou mísu nebo plnohodnotné WC se splachováním? Bude zadavatel akceptovat nabídku keramického WC se splachováním, které je součástí sprchového panelu a disponuje tedy většími celkovými rozměry?

Odpověď č. 5/IV

Zadavatel neakceptuje nabídku keramického WC se splachováním.

Dotaz č. 6/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 631005 chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, užitný objem cca 130 l. Zadavatel uvádí požadavek na 4 police a zároveň 3x kovový rošt výškově přestavitelný. Při umístění 4 polic a i 3 roštů by byla chladnička „přeplněna“. Chápeme správně, že jsou požadovány 3 výškově přestavitelné kovové rošty, nikoliv 4 police?

Odpověď č. 6/IV

Zadavatel požaduje 3x kovový rošt výškově přestavitelný (vzniknou 4 police)

Dotaz č. 7/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 391200 křeslo ORL vyšetřovací polohovatelné kde uvádí požadavek na "rotace křesla s pacientem v rozsahu 360°." Námí nabízené polohovatelné vyšetřovací ORL křeslo splňuje všechny ostatní parametry disponuje možností rotace 90° - celkem tedy 180°. Otáčení o 360 ° se jeví jako v praxi nevyužitelné. Bude zadavatel akceptovat nabídku výše uvedeného, kvalitního ORL křesla?

Odpověď č. 7/IV

Zadavatel požaduje křeslo s rotací v rozsahu 360 °.

Dotaz č. 8/IV

Zadavatel požaduje dodání položky č. 414103 stojan infúzní na 5-ramenném podstavci nerez požaduje kolečka o průměru min 75 mm. Bude zadavatel akceptovat dostačující kolečka o průměru 50 mm?

Odpověď č. 8/IV

Zadavatel neakceptuje kolečka o pr. 50 mm.

Dotaz č. 9/IV

Zadavatel požaduje dodání položek č. 232101 svítidlo zákrokové stropní č. 232120 svítidlo vyšetřovací pojízdné. Umožní zadavatel 10% toleranci na číselně vyjádřené technické požadavky při zachování medicínského účelu a použití?

Odpověď č. 9/IV

Zadavatel akceptuje 10% toleranci na číselně vyjádřené technické požadavky při zachování medicínského účelu a použití

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje