



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
**Odbor investic**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 31239/2020

Sp. zn.:

S – JMK 5143/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková  
Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 216, 541 651 296

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

1/21

Datum:

24. 2. 2020

**Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“ – V**

**Informace o zadavateli:**

Zadavatel:

**Jihomoravský kraj**

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře

Druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

**Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:**

Po důkladném zvážení a opětovném odborném posouzení zadavatel uveřejňuje novou odpověď na dotaz č. 4/IV v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

**Dotaz č. 4/IV**

Zadavatel požaduje dodání položky č. 376140 vyplachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky + 4 urin. Lahve. Ve specifikaci je uveden požadavek na Hepa filtr. Námi dodávaný vyplachovač nedisponuje tímto filtrem, ale místo toho disponuje funkcí sušení

kondenzované páry s vyhřívaným čerpadlem, které dávkuje leštící prostředek, díky kterému dochází ke zkrácení doby sušení. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto vyplachovače?

#### **Nová odpověď č. 4/IV**

Zadavatel akceptuje navrhované řešení – funkce sušení kondenzované páry s vyhřívaným čerpadlem, které dávkuje leštící prostředek, díky kterému dochází ke zkrácení doby sušení, ale zároveň i řešení definované v zadávací dokumentaci – Hepa filtr.

S ohledem na toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 Zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 30. 3. 2020 v 10:00 hodin, neboť akceptace výše navrhovaného řešení může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek nově končí **dne 30. 3. 2020 v 10:00 hodin**.

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek současně zadavatel mění termín plnění týkající se dodání zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy B. Termín plnění pro budovu B je nově nejpozději do **8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy**.

Text obchodních podmínek v **čl. V., odst. 1, písm. a. tedy nově zní:**

a. budova B:

- 1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,
- 2) zahájení dodávky a montáže v místě plnění – **po nabytí účinnosti této smlouvy**
- 3) ukončení plnění dle Smlouvy **nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy**.

Přílohou tohoto vysvětlení je zadávací dokumentace (soubor s názvem změna Zadávací dokumentace - Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře) reflektující výše uvedené změny a zároveň je tento soubor uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy: změna Zadávací dokumentace - Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře