

Vyřizuje/linka
Ševela/518 601 206

Kyjov
04.03.2020

Věc: Poptávka na vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu automatického perimetru

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu automatického perimetru pro oční oddělení

Specifikace:

- stimulátor: hemisférická kopule o poloměru cca 30 cm
- stimuly: Goldman III, světle zelené 565nm,
- intenzita min. od 0,03 do 1000 asb,
- doba trvání stimulů nastavitelná od 0,1 do 9,9 s
- automatická kontrola fixace
- video kamera pro kontrolu fixace pacienta, včetně kontroly mrknutí pacienta
- řídicí software
- automatická regulace intenzity a rychlosti podnětů v závislosti na věku a reakčních schopnostech vyšetřovaného
- automatická úprava osvětlení pozadí
- min. 12 testovacích programů včetně binokulárních testů
- speciální testy jako "flicker" test (alternativa modrožlutého testu), test na diplopii, rychlý test celého ZP s prostorovou přizpůsobivostí
- min. 6 strategií pro testování ZP
- vyšetření až do 80 stupňů
- statistické vyhodnocení výsledků, jejich porovnávání a regresní analýza
- možnost návrhu vlastních testovacích šablon
- možnost sdílení dat a analytických funkcí v rámci počítačové sítě
- prohlížeč licence na data

Příslušenství:

- obslužný PC k perimetru
- elektrický stolek s motorizovaným zdvihem

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat e-mailem na adresu:
brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky. Nabídková cena by měla být nejlepší možná, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků uvedená v české měně.

Provozní náklady:

- jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech, včetně cenových relací
- náklady na preventivní prohlídky
- náklady na spotřební materiál
- ostatní provozní náklady výše neuvedené

Další požadavky:

Nabídka musí obsahovat

- popis zařízení s technickou specifikací
- prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálů po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí dodavatel k zapůjčení náhradní přístroj
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- odkud bude zajišťován servis
- nástup na opravu od doby ohlášení poruchy
- cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o uznanou inflaci ČSÚ v daném roce
- seznam pracovišť za poslední dva roky

Pozn.: Na požádání Vám návrh kupní smlouvy zašleme e-mailem.

Svou nabídku s heslem „Automatický perimetr“ zašlete nejpozději do 18.03.2020 na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Kateřina Brunclíková, referentka OZT
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

S pozdravem

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

Tel: 518 601 111
Fax: 518 614 176
E-mail: sekretariat@nemkyj.cz

Bank. spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038671/0100
ID DS: dj2k6kr

IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912
www.nemkyj.cz