

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM "Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III – Druhá část – dodávka titrátoru."
Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ uvede variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ uvede variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadáni“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. Dodavatel dodá celkem 1 ks nového a nepoužitého titrátoru na stanovení vody podle K. Fischera dle specifikace uvedené níže. Cena za 1 ks titrátoru nesmí být vyšší než částka 226 000,- Kč včetně DPH.

1. Titrátor na stanovení vody podle K. Fischera			
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Kompaktní volumetrický KF titrátor V10S Mettler Toledo		
Zadáni	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Rozsah měření	100 ppm – 100 %	ANO	100 ppm- 100 %
Počet uživatelských metod	min. 4	ANO	max. 5
Rozlišení (pohon)	20 000 kroků	ANO	20 000 kroků
Zástupci	min. 3 na uživatele	ANO	4
Displej	barevný dotykový min. 5,7"	ANO	dotykový displej VGA 5,7" color TFT, 640x480 pixel
PC software	možnost připojení přes USB	ANO	2x
Bezpečnost uživatele	uživatel je chráněn proti případnému nežádoucímu styku s chemikáliemi	ANO	Uživatel je chráněn proti kontaktu s chemikáliemi pomocí funkce Solvent Manager (správce pro manipulaci s kapalinou). Výměna roztoků nevyžaduje přímý styk uživatele s chemikálií.
Cena za 1 ks položky bez DPH		165784,00 Kč	

Rekapitulace:

Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	Maximální nabídková cena za položku s DPH
Cena v Kč bez DPH za 1 ks Titrátoru na stanovení vody podle K. Fischera	165784,00	200598,64	226 000,- Kč

Já (my) níže podepsaný (i) [] čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel [] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V Brně dne 24.1. 2020

OSVČ