



**Název veřejné zakázky:** „Nemocnice Břeclav – Přístrojové vybavení návazné péče“  
Část č.5 - Operační stůl

**Evidenční číslo:** Z2020 - 001641

**Název zadavatele:** Nemocnice Břeclav, p.o.  
Ing. Petr Bařka  
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

V Praze, dne 6. 4. 2020

**Námítka proti vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení**  
**podaná v souladu s ust. § 241 ZZVZ**

Uchazeči – obchodní společnost Hypokramed s.r.o.,Plzeňská 113,150 00 Praha 5, IČ: 496 16 528 (dále jen „Stěžovatel“) bylo dne 1. 4. 2020 doručeno Oznámení o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel uvedl závěr hodnotící komise, která konstatovala, že nabídka nevyhověla požadavkům stanoveným zadavatelem v těchto technických parametrech:

- 6 ti segmentová patientská deska (centrální díl, 2 nožní podélně dělené, 2 zádové příčně dělené, hlavový díl v šířce celé desky)
- Elektrické ovládání hlavové opěrky
- Rozsahy pohybů: nosnost operačního stolu min. 450 kg, +-10%

Potvrzujeme a dle skutečnosti čestně prohlašujeme, že jsme nabídli operační stůl v požadované 6-ti segmentované patientské desce :

centrální díl, 2 nožní podélně dělené, 2 zádové příčně dělené, hlavový díl v šířce celé desky

Konfigurace operační desky - dle skutečnosti nabízí :

- spodní sedací díl a zádový díl společně - dle popisu centrální díl a první zádový díl - oba nezávisle nastavitelné (byť se společným polsterem jsou dělené) = 2 ks operační desky
- nožní podélně dělené = 2 ks operační desky
- druhý horní zádový díl (modulární) = 1 ks operační desky
- hlavový díl v šířce celé desky = 1 ks operační desky

Potvrzujeme, že operační stůl nabízí, umožňuje a provádí elektrické ovládání následujícího pohybu - hlavové opěrky

Pro upřesnění uvádíme, že se tak děje v modulárním reverzním přenastavení operační desky - kdy podložky nohou uživatel přesune na opačný konec operační desky - stejně jako hlavová podložka se přesune ze standardního nastavení na reverzní nastavení.

Operační stůl potom disponuje jak elektromotoricky řízeným nastavením podložky hlavy (dálkově řízená pozice nahoru 90° dolů 105°) a navíc mechanickým nastavením umožňujícím další

polohovatelnost. Pro úplnost přílohou zasíláme další prospektové materiály k nabízenému operačnímu stolu TS7000.

Potvrzujeme a v duchu všech technických listů a návodů čestně prohlašujeme, že nosnost operačního stolu je 450 kg.

Předmětný operační stůl lze také fyzicky předvést v některém z blízkých pracovišť jako je např. KNTB Zlín, Nemocnice Přerov.

Stěžovatel tedy podává zdůvodnělou námitku proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení. Porušení zákona je spatřováno v konstatování zadavatele, že nabídka Stěžovatele nevyhověla technickým požadavkům zadavatele.

Důvodem podání námitky je skutečnost, že dle názoru Stěžovatele došlo k porušení zákona, v důsledku čehož hrozí Stěžovatel, který má zájem na získání předmětné veřejné zakázky újma na právech, neboť zde hrozí, že veřejná zakázka bude zadána jinému uchazeči.

Na základě těchto skutečností se Stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí o Vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

S pozdravem

Vratislav Roubal, jednatel



Vratislav Roubal

Digitálně podepsáno  
Jméno: Vratislav Roubal  
Datum: 06.04.2020 10:39:47