

Příspěvková organizace **Srdce v domě, IČO 48452751, Klentnice č. 81, 692 01 Mikulov** (dále jen zadavatel), vyhlašuje poptávkové řízení (dále jen PŘ) na realizaci akce „**Myčka podložních mís**“.

Podmínkou účasti v PŘ je:

- doručení cenové nabídky osobně nebo doporučeně poštou do 13.00 hodin dne 03.08.2020, do levého horního rohu obálky uvést nápis **Neotvírat – „Myčka podložních mís“**.
- platba za zboží převodem z účtu až po provedení zakázky, bez možnosti zálohové faktury
- provedení zakázky do 30.10.2020
- dodání faktury do 11.11.2020

Zadávací parametry:

- Minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění
- PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu
- Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory
- Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu
- Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883
- Hladká hygienická komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií
- Nerezový rám
- Nerezová komora
- Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby
- Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování
- Spotřeba vody při ekonomickém provozu max. 12l/cyklus
- Spotřeba vody při normálním provozu max. 20l/cyklus
- Spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus
- Samostatně stojící (v max. 1350 mm, š max. 450 mm, h max. 600 mm)
- Napájecí napětí 230 V/50-60Hz
- Zadní odpad do stěny o průměru 110mm

Součástí zakázky je dodání zboží na adresu zadavatele, jeho odborné zkompletování a zapojení, a proškolení zaměstnanců k používání myčky.

Celková cena zakázky : 192.000,- Kč včetně DPH.

Hlavní kritéria hodnocení:

- cena s DPH.

Vedlejší kritéria:

- délka záruční doby.

Cenová nabídka musí obsahovat:

- rozepsanou cenu bez a s DPH dle položek (práce, doprava, materiál, režie atd.),
- výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku,
- čestné prohlášení dle § 74 odst.1 z.č. 134/2016 Sb.,
- uvedení délky záruční doby,
- technickou dokumentaci (výrobce, model, technické parametry, fotografie).

Otevření obálek s cenovými nabídkami proběhne dne 05.08.2020 ve 10.00 hodin na adrese zadavatele a může se ho zúčastnit jen jeden zástupce za uchazeče PŘ, který předloží úředně ověřený vztah ke společnosti nebo zmocnění k zastupování v této věci. Následné hodnocení nabídek komisí je neveřejné.

O výsledku vyhodnocení cenových nabídek budou účastníci řízení vyrozuměni písemně do 11.08.2020. Společnost vybraná k realizaci zakázky musí do 3 pracovních dní od vyrozumění o výsledku PŘ doručit zadavateli návrh Smlouvy o dílo. Přihlášením se do PŘ projevuje vybraný dodavatel souhlas se zveřejněním této smlouvy zadavatelem v Registru smluv.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení nabídkového řízení bez udání důvodu. Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich cenové nabídky.

V případě nejasností a dotazů kontaktujte telefonicky kontaktní osobu.

Zadavatel: **Srdce v domě, p.o.**

IČO - 48452751

Klentnice 81

692 01 Mikulov

Email: majetek@srdcevdome.cz

Kontaktní osoba: **Miroslav KŘIŽÁK**

vedoucí provozu Srdce v domě, p. o.

tel. 724108826, 519515187

