

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
Zákon)

***„Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na
oddělení PAO Nemocnice Znojmo 2020 - 2021“***

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Ing. František Patočka, MBA

Ve Znojmě dne 22. 7. 2020

Věc: Veřejná zakázka:

***„Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na oddělení PAO Nemocnice Znojmo
2020 - 2021“ Vysvětlení zadávací dokumentace (2)***

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

V rámci veřejné zakázky s názvem: „Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na oddělení PAO Nemocnice Znojmo 2020 - 2021“, žadatel žádá specifikaci následujících bodů obsažených níže:

1) Zadavatel v části 3.2. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky uvádí následující požadavek: „Po vložení skel se vzorky a speciálním spotřebním materiálu do systému musí být celý proces zpracování automatický bez zásahu obsluhy“.

Zamýšlí zadavatel pojmem "celý proces zpracování" u nějž požaduje zcela automatické provedení, následující běžně prováděné kroky? Tedy tyto kroky musí být provedeny automaticky, tj. bez průběžného zásahu obsluhy mezi jednotlivými kroky?

Jedná se zejména o tyto kroky:

- sušení řezu
- deparafinace (bez použití organických rozpouštědel)
- demaskování antigenu (tepelnou a/nebo enzymatickou metodou, případně kombinací obou)
- aplikace a inkubace primární protilátky

- detekce primární protilátky (DAB, AP a pod)
- dobarvení jader hematoxylinem

Může zadavatel blíže specifikovat a ideálně konkretizovat uvedený požadavek?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel vyžaduje, aby všechny kroky procesu byly provedeny automaticky, tj. bez průběžného zásahu obsluhy mezi jednotlivými kroky. Jedná se zejména o sušení řezu, deparafinaci, demaskování antigenu, aplikaci a inkubaci primární protilátky, detekci primární protilátky a dobarvení jader hematoxylinem.

Ing. František Patočka, MBA
vedoucí úseku zakázek a zdravotnické techniky
Nemocnice Znojmo

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 293