Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kancelář ředitele
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Č. j.:	JMK 106381/2020	
Sp. zn.:	S – JMK 59448/2020 OKŘ	
Vyřizuje:	Mgr. Váňa	
Telefon:	541 651 244	Profil zadavatele
Počet stran:	1	
Počet příloh/listů:	0	
Datum:	29.07.2020	

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka ochranných návleků zadávané v Dynamickém nákupním systému na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek

Informace o zadavateli:

Zadavatel:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ:	70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:	Dodávka respirátorů FFP 3
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka zadávání v dynamickém nákupním systému dle ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 29.07.2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

<u>Dotaz č. I/1</u>

V technické specifikaci pro respirátor FFP3 je uvedeno "Bez výdechového ventilu". Vzhledem k požadavkům normy EN149 na filtraci a těsnost u respirátorů třídy FFP3 není možné nepoužít výdechový ventil aniž by to výrazně nezvýšilo odpor při dýchání spolu s komfortem při nošení a tak i překročení limitů dle požadavků normy EN149. Žádáme prosím o změnu technické specifikace na "S výdechovým ventilem".

<u>Odpověď na dotaz č. I/1:</u>

Zadavatel trvá na uvedené technické specifikaci, tedy dodání respirátorů FFP 3 bez výdechového ventilu.

S pozdravem

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru