



Nemocnice Kyjov

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková, ředitel

MEDESA s.r.o.
Na Vyšehradě 1092
572 01 Polička

VYŘIZUJE/LINKA
Vandíková/1237

KYJOV
23.11.2015

Věc: Oznámení o vyloučení uchazeče z veřejné zakázky: „Dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému“

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 00226912
Zastoupený: Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou nemocnice

Identifikační údaje veřejné zakázky:

Ev. Číslo (VVZ): 483740
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty (§7 odst. 3 ZVZ):
podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§21 ZVZ):
Otevřené řízení dle §27 ZVZ

Uchazeč: MEDESA s.r.o.
Sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
IČ: 64254577

Použité zkratky:

ZVZ: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
ZD: zadávací dokumentace



Vážený uchazeči,

Dne 20.11.2015 proběhlo v sídle Jihomoravského Kraje druhé jednání hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce „*Dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému*“, na kterém bylo provedeno posouzení nabídek dle požadavků zadávací dokumentace a dle doručení objasnění Vaší nabídky ze dne 7.9.2015.

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., Vám tímto oznamujeme, že jste byl rozhodnutím zadavatele ze dne 23.11.2015 dle § 76 odst. 6 ZVZ **vyloučen z účasti v zadávacím řízení.**

Odůvodnění:

Předložená nabídka spolu s objasněním nabídky ze dne 7.9.2015 nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem - požadavek ZD odst. 1. Předmět veřejné zakázky, když uchazeč uvedl v nabídce cenu za kontrolní materiál v 1 hladině, tedy v rozporu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189 a následném zpracování stanovených podmínek kvality pro hematologické analyzátoři doporučením ČHS ČLS JEP Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátořích - kontrolní vyšetření musí být prováděno ve 3 hladinách.

Nedostatky podané nabídky:

Odst. 1. Předmět veřejné zakázky

Citace:

- „1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy „krevního obrazu“, a výpůjčky laboratorního vyšetřovacího systému.*
- 1.2. Předpokládá se cca 65 000 vzorků vyšetření KO a cca 14 000 vzorků KO + diferenciál, 300 vyšetření retikulocytů za rok + kontroly dle ISO 15189.*
- 1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 465 000,00 Kč bez DPH, a to včetně kontrolního materiálu, nákladů na dopravu, clo a ostatní náklady nezbytné nutné k doručení do místa určení.*
- 1.4. Klasifikace dle CPV – 33.69.40.00-1*
- 1.5. Termín plnění veřejné zakázky je: na dobu čtyř let.“*

Norma ISO – ČSN EN ISO 15189, str. 49, kap. 5.6.

Citace:


„5.6. Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření

5.6.1. Obecně

Laboratoř musí zajistit kvalitu laboratorních vyšetření jejich prováděním za stanovených podmínek.

Musí být zavedeny příslušné procesy před laboratorním vyšetřením a po něm (viz. 4.14.7, 5.4., 5.7. a 5.8.)

Laboratoř nesmí podvádět při získávání jakýchkoliv výsledků.“



Nemocnice Kyjov

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Kriváková, ředitel

Stanovené podmínky kvality pro hematologické analyzátory jsou následně zpracovány v doporučení ČHS ČLS JEP Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátoch. Zpracovali: L.Bourková, M.Matýšková, J.Kratochvíla.

3.1.6 Porovnání měření referenčního materiálu vzhledem k vztažné hodnotě a mezilehlá preciznost (kontrolní/referenční materiál)

Účel: Sledování hodnot ze dne na den (určení SD, CV) a sledování rozdílu naměřených hodnot oproti hodnotám deklarovaných výrobcem („firemní“ BIAS)

a) před začátkem rutinního provozu nebo během provozu; dle odhadu počtu měřených vzorků 1x denně, minimálně však 2x týdně

b) 1 měření od každého typu kontrolního materiálu: L (low – nízká), N (normal), H (high – vysoká)

c) stabilizovaný kontrolní/referenční materiál pro daný měřicí systém

d) sledujeme každý hematologický analyzátor samostatně (samostatně i otevřený/uzavřený náběrový systém pokud jsou možné odlišné aspirace vzorků)

Z normy ČSN EN ISO 15189 a následném zpracování stanovených podmínek kvality pro hematologické analyzátory doporučením ČHS ČLS JEP Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátoch, jasně vyplývá počet potřebných kontrol, které uchazeč nezapočítal do nabídkové ceny, které je poměrně významně ovlivní.

Na základě výše uvedeným nedostatků nabídky uchazeče **MEDESA s.r.o.**, hodnotící komise navrhla zadavateli nabídku uchazeče **MEDESA s.r.o.** vyřadit z důvodů nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

Poučení o možnosti podat námitky:

Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení můžete podat písemně námitky. Námitky je třeba doručit zadavateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo doručení oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.


Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Kriváková
ředitelka

