



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK DLE § 85 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.

Název veřejné zakázky:

**„Dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy „krevního obrazu“, a
výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systém“**

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912
Zastoupený: Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou nemocnice
Kontaktní osoba: Pavla Vandíková, odd. veřejných zakázek

2. Předmět veřejné zakázky

**„Dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy „krevního obrazu“, a
výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systém“**

Předmětem této zakázky je dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy krevního obrazu a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému, včetně uvedení do provozu.

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Výše celkové smluvní ceny bez DPH [Kč]	3 037 814,- Kč
--	----------------

4. Zvolený druh zadávacího řízení:

Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení podlimitní otevřené dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Limit veřejné zakázky podlimitní veřejná zakázka

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče(ů):

Název uchazeče:	PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
Právní forma společnosti	Akciová společnost
Sídlo:	Juarézova 17, 160 00 Praha 6
IČ	250 99 019
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	3 037 814,- Kč

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě prvního jednání hodnotící komise byly uchazeči MEDISTA spol. s r.o. a Medesa s.r.o. vyzváni k písemnému objasnění nabídek. Hodnotící komise projednala předložená objasnění. Na základě těchto objasnění a posouzení nabídek se komise usnesla vyřadit nabídku uchazeče č. 1: MEDISTA spol. s r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, IČ 601 99 865, neboť nebyl splněn požadavek ZD Příloha č. 2 Kupní smlouva, článek IV. Dodací podmínky a příloha č. 1 Kupní smlouvy, kdy zadavatel požadoval vyšetření retikulocytů když uchazečem nabízený hematologický analyzátor Nihon Kohden Celltac F parametr retikulocytů neměří, přitom uchazeč v Kupní smlouvě, která byla přílohou nabídky, uvedl v její příloze č. 1 300 vyšetření retikulocytů za rok bez finančního vyjádření. Následné vysvětlení nabídky ze dne 8.9.2015 není splněním podmínek zadávací dokumentace.

Dále se hodnotící komise usnesla vyřadit nabídku uchazeče č. 3 – Medesa s.r.o., Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička, IČ 642 54 577, neboť předložená nabídka spolu s objasněním nabídky ze dne 7.9.2015 nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem - požadavek ZD odst. 1. Předmět veřejné zakázky, když uchazeč uvedl v nabídce cenu pouze za kontrolní materiál pro testování normální hladiny (BC-6D Normal, 4,5ml). Dle požadavků ČSN ISO 15189 a z ní vycházející doporučení ČHS JEP je nutné provádění kontrol na všech třech hladinách (nízké, normální, vysoké), a to se projeví v nákladech na testování.

Vzhledem k tomu, že po vyřazení nabídky č. 1 a nabídky č. 3 zůstává pouze nabídka č. 2 uchazeče Promedica Praha Group a.s., Juarézova 17, 160 00 Praha 6, IČ 250 99 019, postupovala hodnotící komise dle ust. § 79 odst. 6 ZVZ a nabídku nehodnotila.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: (seřazeno dle pořadí přijatých nabídek)

Nabídka č. 1

Název uchazeče:	MEDISTA spol. s r.o.,
Právní forma společnosti	Společnost s ručením omezeným
Čas dodání nabídky	7.8.2015, doručeno poštou
Sídlo:	Dělnická 12, 170 00 Praha 7,
IČ	IČ 601 99 865
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	2 213 200,- Kč

Nabídka č. 2

Název uchazeče:	PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
Právní forma společnosti	Akciová společnost
Čas dodání nabídky	7.8.2015, doručeno poštou
Sídlo:	Juarézova 17, 160 00 Praha 6,
IČ	250 99 019
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	3 037 814,- Kč

Nabídka č. 3

Název uchazeče:	Medesa s.r.o.
Právní forma společnosti	Společnost s ručením omezeným
Čas dodání nabídky	10.8.2015, doručeno kurýrem
Sídlo:	Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
IČ	642 54 577
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	2 977 960,- Kč


8. Identifikační údaje všech uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, vč. odůvodnění jejich vyloučení:

POŘADOVÉ ČÍSLO	UCHAZEČ (název, sídlo, IČ)	DŮVOD VYŘAZENÍ															
1	Medista s.r.o. , Dělnická 12, 170 00 Praha 7 IČ - 601 99 865	Nedostatky podané nabídky: Odst. 1. Předmět veřejné zakázky Citace: <i>„1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy „krevního obrazu“, a výpůjčky laboratorního vyšetřovacího systému.</i> <i>1.2. Předpokládá se cca 65 000 vzorků vyšetření KO a cca 14 000 vzorků KO + diferenciál, 300 vyšetření retikulocytů za rok + kontroly dle ISO 15189.</i> <i>1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 465 000,00 Kč bez DPH, a to včetně kontrolního materiálu, nákladů na dopravu, clo a ostatní náklady nezbytně nutné k doručení do místa určení.</i> <i>1.4. Klasifikace dle CPV – 33.69.40.00-1</i> <i>1.5. Termín plnění veřejné zakázky je: na dobu čtyř let.“</i> Odpověď uchazeče ve věci vysvětlení nabídky veřejné zakázky ze dne 8.9.2015: Citace: <i>„1. námi nabízený hematologický analyzátor Nihon Kohden Celltac F parametr retikulocytů neměří.“</i> Nebyl splněn požadavek ZD Odst. 1. Předmět veřejné zakázky. Příloha č. 2 Kupní smlouva: Citace: <i>„ Článek IV. Dodací podmínky</i> <i>1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě pro diagnostické výkony v počtu cca 65 000 vzorků vyšetření KO a cca 14 000 vzorků KO+diff, 300 retikulocyty za rok. Rozsah dodávky uvede prodávající v příloze č. 1 této smlouvy.“</i> A Příloha č.1 <i>Soupravy diagnostik, nutný spotřební materiál a systémové roztoky pro provádění diagnostických výkonů v počtu cca 65 000 vzorků vyšetření KO a cca 14 000 vzorků KO+ diff, 300 vyšetření retikulocytů za rok na analyzátoru krevního obrazu.</i> <table> <tr> <th><i>Název položky</i></th><th><i>počet/rok</i></th><th><i>cena za jednotku v Kč s DPH</i></th></tr> <tr> <td><i>Krevní obraz</i></td><td><i>65 000</i></td><td><i>7,38 (6,10 bez DPH)</i></td></tr> <tr> <td><i>Krevní obraz + diferenciál</i></td><td><i>14 000</i></td><td><i>13,55 (11,20 bez DPH)</i></td></tr> <tr> <td><i>Retikulocyty</i></td><td><i>300</i></td><td><i>-</i></td></tr> <tr> <td><i>Kontrolní materiál“</i></td><td><i>84</i></td><td><i>zdarma (zahrnuto v ceně vzorku)</i></td></tr> </table> Odpověď uchazeče ve věci vysvětlení nabídky veřejné zakázky ze dne 8.9.2015: Citace: <i>„2. v příloze kupní smlouvy č. 1 zůstala kupní cena u položky retikulocyty nevyplněna, neboť u tak malého množství restů retikulocytů – 300 vyšetření/rok (tj. méně než jedno vyšetření denně) předpokládáme, že budou stanoveny manuální metodou mikroskopem, která je výrazně ekonomičtější.</i> <i>3. náklady na spotřební materiál pro manuální stanovení</i>	<i>Název položky</i>	<i>počet/rok</i>	<i>cena za jednotku v Kč s DPH</i>	<i>Krevní obraz</i>	<i>65 000</i>	<i>7,38 (6,10 bez DPH)</i>	<i>Krevní obraz + diferenciál</i>	<i>14 000</i>	<i>13,55 (11,20 bez DPH)</i>	<i>Retikulocyty</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>Kontrolní materiál“</i>	<i>84</i>	<i>zdarma (zahrnuto v ceně vzorku)</i>
<i>Název položky</i>	<i>počet/rok</i>	<i>cena za jednotku v Kč s DPH</i>															
<i>Krevní obraz</i>	<i>65 000</i>	<i>7,38 (6,10 bez DPH)</i>															
<i>Krevní obraz + diferenciál</i>	<i>14 000</i>	<i>13,55 (11,20 bez DPH)</i>															
<i>Retikulocyty</i>	<i>300</i>	<i>-</i>															
<i>Kontrolní materiál“</i>	<i>84</i>	<i>zdarma (zahrnuto v ceně vzorku)</i>															

		retikulocytů v příloze neuvádíme, neboť budou hrazeny firmou Medista a nezvyšují provozní náklady laboratoře (jedná se o novou methylenovou modř, zkumavky a sklička na nátěr pro 300vz/rok). Nebyl splněn požadavek ZD Příloha č. 2 Kupní smlouva, článek IV. Dodací podmínky a příloha č. 1 Kupní smlouvy, kdy zadavatel požadoval vyšetření retikulocytů. Na základě výše uvedených nedostatků nabídky uchazeče Medista s.r.o., hodnotící komise navrhla nabídku uchazeče Medista s.r.o. vyřadit z důvodů nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle ust. §76 odst. 1 zákona č. 137/2006Sb.
2	Medesa s.r.o., Na Vyšehradě 1092 572 01 Polička IČ -	Nedostatky podané nabídky: Odst. 1. Předmět veřejné zakázky Citace: <i>„1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro provedení automatizované analýzy „krevního obrazu“, a výpůjčky laboratorního vyšetřovacího systému.</i> <i>1.2. Předpokládá se cca 65 000 vzorků vyšetření KO a cca 14 000 vzorků KO + diferenciál, 300 vyšetření retikulocytů za rok + kontroly dle ISO 15189.</i> <i>1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 465 000,00 Kč bez DPH, a to včetně kontrolního materiálu, nákladů na dopravu, clo a ostatní náklady nezbytně nutné k doručení do místa určení.</i> <i>1.4. Klasifikace dle CPV – 33.69.40.00-1</i> <i>1.5. Termín plnění veřejné zakázky je: na dobu čtyř let.“</i> Norma ISO – ČSN EN ISO 15189, str. 49, kap. 5.6. Citace: <i>„5.6. Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření</i> 5.6.1. Obecně Laboratoř musí zajistit kvalitu laboratorních vyšetření jejich prováděním za stanovených podmínek. Musí být zavedeny příslušné procesy před laboratorním vyšetřením a po něm (viz. 4.14.7, 5.4., 5.7. a 5.8.) Laboratoř nesmí podvádět při získávání jakýchkoliv výsledků.“ Stanovené podmínky kvality pro hematologické analyzátory jsou následně zpracovány v doporučení ČHS ČLS JEP Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech. Zpracovali: L.Bourková, M.Matýšková, J.Kratochvíla.“ 3.1.6 Porovnání měření referenčního materiálu vzhledem k vztažné hodnotě a mezilehlá preciznost (kontrolní/referenční materiál) Účel: Sledování hodnot ze dne na den (určení SD, CV) a sledování rozdílu naměřených hodnot oproti hodnotám deklarovaným výrobcem („firemní“ BIAS) a) před začátkem rutinního provozu nebo během provozu; dle odhadu počtu měřených vzorků 1x denně, minimálně však 2x týdně b) 1 měření od každého typu kontrolního materiálu: L (low – nízká), N (normal), H (high – vysoká) c) stabilizovaný kontrolní/referenční materiál pro daný měřicí systém d) sledujeme každý hematologický analyzátor samostatně (samostatně i otevřený/uzavřený náběrový systém pokud jsou možné odlišné aspirace vzorků)“ Z normy ČSN EN ISO 15189 a následném zpracování stanovených podmínek kvality pro hematologické analyzátory

		doporučením ČHS ČLS JEP Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátoch, jasně vyplývá počet potřebných kontrol, které uchazeč nezapočítal do nabídkové ceny, které je poměrně významně ovlivní. Na základě výše uvedeným nedostatků nabídky uchazeče MEDESA s.r.o., hodnotící komise navrhl zadavateli nabídku uchazeče MEDESA s.r.o. vyřadit z důvodů nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
--	--	---

V Kyjově dne : 5. 2. 2016

 **Nemocnice Kyjov**
 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 Strážovská 1241, 697 33 Kyjov

 Mgr. Danuše Křiváková
 ředitelka

.....
Mgr. Danuše Křiváková
 ředitelka nemocnice

Tel: 518/601111
 Fax: 518/614176

Bank. spojení: KB Hodonín
 č. účtu: 12038-671/0100

IČ: 00226912
 DIČ: CZ00226912

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

