



## NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č. j. 287/SŘ/2016

V Břeclavi, dne 15. 4. 2016

### Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název zakázky: **“Nemocnice Břeclav – Operační stůl“**

Systemové číslo VZ: P16V00001060

#### Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka  
E-mail: [batka@nembv.cz](mailto:batka@nembv.cz)

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel vám sděluje následující dodatečné informace vztahující se k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu.

#### Požadavek dodavatele:

*S odvoláním se na vaší výzvu veřejné zakázky malého rozsahu na „Operační stůl“ a související zadávací dokumentaci respektive specifikaci minimálních technických parametrů žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům.*

#### Dotaz č. 1:

*Zadavatel požaduje: Minimální rozměr desky bez lišt 2100 × 590 mm*

*Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme rozměry desky bez lišt 2100× 540 mm?*

#### Dotaz č. 2:

*Zadavatel požaduje: Minimální rozsah pohybů-nastavení sklonu zádové části 90°/-40°*

*Bude zadavatel akceptovat nastavení sklonu zádové část v rozsahu 80°/-45°?*

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel požaduje: Minimální rozsah pohybů – nastavení bočního náklonu 30°/-30°  
Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme nastavení bočního náklonu v rozsahu 25°/-25°?

**Dotaz č. 4:**

Zadavatel požaduje: Minimální rozsah pohybů – hlavová opěrka 35°/-50°  
Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme nastavení hlavové opěrky v rozsahu 45°/-45°?

**Dotaz č. 5:**

Zadavatel požaduje: Minimální nosnost operačního stolu 400 kg  
Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme operační stůl s maximální zdvihovou kapacitou 490 kg a maximálním zatížením ve všech nastavitelných polohách 275 kg?

**Odpovědi zadavatele:**

**Dotaz č. 1 – č. 5:**

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci. Požadavky na technické parametry jsou nastaveny obecně s danou tolerancí +/- 10%.

Zadavatel má za to, že se jedná o určení technických podmínek rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o VZ. Zadavatel proto dále trvá na splnění zadaných technických podmínek k předmětné veřejné zakázce, které jsou specifikované v zadávací dokumentaci.

S ohledem na obsah dotazu a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....  
za zadavatele  
MUDr. Jiří Jurník  
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 390 780