



## NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j. 285/SŘ/2016

V Břeclavi, dne 15. 4. 2016

### Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název zakázky: **“Nemocnice Břeclav – Šokový zmrazovač plazmy“**

Systémové číslo VZ: P16V00001064

#### Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka  
E-mail: [batka@nembv.cz](mailto:batka@nembv.cz)

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel vám sděluje následující dodatečné informace vztahující se k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu.

#### Požadavek dodavatele:

*V návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nemocnice Břeclav – Šokový zmrazovač plazmy“ a související zadávací dokumentaci jste žádali o vyjádření zadavatele k níže dodatečným dotazům.*

#### Dotaz č. 1:

*Je možné odchytil se od uvedených technických parametrů v zadávací dokumentaci? Zadavatel nepřipouští žádné odchylky.*

#### Dotaz č. 2:

*Je možné nabídnout šokový zmrazovač plazmy s výhodnější hydraulickou variantou pohonu mrazící desky?*

#### Dotaz č. 3:

*Je možné nabídnout šokový zmrazovač plazmy s kapacitou 24 vaků (dvě náplně centrifugy)?*

**Dotaz č. 4:**

*Jakým způsobem je stanovena max. cena veřejné zakázky?*

**Odpovědi zadavatele:**

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci. Požadavky na technické parametry jsou nastaveny obecně s danou tolerancí +/- 10%.

**Dotaz č. 2:**

Zadavatel v souladu s technickými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci trvá na el. pohonu.

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci je uveden v technických podmínkách požadavek na kapacitu min. 20 vaků, tedy kapacita 24 vaků je v souladu s technickými požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatel sděluje, že předpokládaná cena předmětu zakázky je stanovena v návaznosti na poskytnou dotaci zadavateli.

Zadavatel má za to, že se jedná o určení technických podmínek rozšířené, nespatřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o VZ. Zadavatel proto dále trvá na splnění zadaných technických podmínek k předmětné veřejné zakázce, které jsou specifikované v zadávací dokumentaci.

S ohledem na obsah dotazu a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....  
za zadavatele  
MUDr. Jiří Jurník  
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 390 780