

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 03**

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH  
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ  
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice  
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118  
e-mail: seidlova@nemvy.cz  
Kód NUTS: CZ 064  
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun  
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;  
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz  
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:  
**„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).**  
označené

**DI/03/13 – část č. 8 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky**

**Jedná se o tyto dodatečné informace:**

**Otázka č. 03/1:**

Zadavatel požaduje v části 1 – Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj LCD monitor s úhlopříčkou min. 15“, který slouží jako dotykový panel. Bude zadavatel tolerovat 15“ LCD monitor, který má ovládací prvky umístěny na ovládacím panelu přístroje, nikoli přímo na dotykovém monitoru?

**Odpověď: č. 03/1**

Zadavatel trvá na technickém parametru – LCD monitor s úhlopříčkou min. 15“, který slouží jako dotykový panel. Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení, které odpovídá standartu vybavení Iktového centra, které je rozšířené a nespátňuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětné části veřejné zakázky.

Ve Vyškově 19.8.2013

.....  
Ing. Věra Seidlová  
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.