

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 04

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).
označené

DI/04/13 – část č. 9 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 04/1:

Zadavatel požaduje v části č. 3 Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci. Zastupujeme v české republice výrobce těchto přístrojů. Od letošního roku je na trhu nový model, který zcela zachovává medicínský účel staršího modelu a ve většině parametrů poskytuje lepší řešení. Tento model nemá nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°. Starší model, který tuto možnost měl, se již nevyrábí. Dle nám dostupných informací není aktuálně na trhu přístroj, který by vyhovoval této specifikaci.

Připustí zadavatel nabídku kombinovaného přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, který splňuje požadované technické parametry kromě nastavitelné ho úhlu v kyčli 0° - 15°?

Odpověď: č. 04/1

Zadavatel trvá na technické specifikaci, uvedené v zadávacích podmínkách předmětné zakázky v celém rozsahu ve znění pozdějších změn uvedených formou dodatečných informací.

Otázka č. 04/2:

V části 3. „Požadované technické parametry přístrojů“ zadávací dokumentace je pro částí zakázky č. 1 „Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný)“ a č. 2 „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou“ vždy požadováno: „PW-pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě“.

Dotaz:

Jaký rozsah steeringu na lineární sondě zadavatel požaduje?

Odpověď: č. 04/2

Pro získání validních výsledků při měření rychlosti toku a dalších parametrů z dopplerovského spektra je nutné, aby při záznamu v dopplerovském režimu byl úhel mezi vzorkovacím kurzorem a měřenou

cévou (snímací úhel) menší nebo roven 60°. Aby tato podmínka byla dodržena i při nejméně příznivých podmínkách, tedy i v případě, kdy povrch lineární sondy je s cévou rovnoběžný a úhel snímání je tak 90°, musí přístroj umožnit naklopení vzorkovacího kurzoru o minimálně 30° aby bylo možné dosáhnout podmínky maximálního snímacího úhlu 60°. Zadavatel požaduje rozsah steeringu v režimu snímání pulzního Dopplera na lineární sondě v rozsahu minimálně +/- 30°.

Otázka č. 04/3

V části 3. „Požadované technické parametry přístrojů“ zadávací dokumentace je pro část zakázky č. 2 „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou“ požadováno: „CEUS-vizualizace a kvantifikace krevního toku pomocí IV kontrastní látky“.

Dotaz:

Je tímto požadavkem myšleno provádění kvantifikace CEUS na uložených záznamech, aby bylo možné vyhodnocovat prokrvení v pozdější době i z dalších, nově definovaných oblastí zájmu?

Odpověď: č. 04/3

Ano, tímto požadavkem je myšlena schopnost přístroje kvantifikovat prokrvení zejména na dříve získaných a uložených záznamech, aby tak bylo možné provádět kvantifikaci kontrastního zobrazení v různých oblastech zájmu.

Informace č. 04/4:

Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, rozhodl se v souladu s ustanovením § 40 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek.

Zadavatel tímto ruší články č. **X. Lhůta a místo pro podání nabídky** a č. **XI. Místo a doba otevírání obálek** uvedených v části č. 1 zadávací dokumentace a nahrazuje je tímto novým zněním:

X. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 23.9.2013, do 08:00 hod.

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ.

Na každou samostatnou část předmětné veřejné zakázky musí být nabídka podána v jedné - samostatné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele „Nemocnice Vyškov, p. o.“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky - „**Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra**“ **Na obálce musí být zřetelně uvedeno označení té samostatné části na kterou je nabídka podávána.**

XI. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.9.2013, v 08:00 hod v kanceláři ředitele Nemocnice Vyškov, p.o. na adrese Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise

přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Ve Vyškově 2.9.2013

S pozdravem

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.