

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

ZADAVATEL: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou

IČO: 00226637

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„*Ultrazvuk pro gynekologii*“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pro ultrazvukový přístroj „elektronicky nastavitelnou výšku ovládacího panelu“. Náš dodavatel používá pro nastavení výšky panelu ultrazvukového přístroje pneumatický systém umožňující pohodlné ovládání jednou rukou ve všech směrech, což je mnohdy mnohem rychlejší než elektricky nastavitelná výška panelu. Navíc, elektricky nastavitelnou výškou panelu používá v současné době pouze jeden výrobce, což považujeme za diskriminační faktor.

Bude zadavatel akceptovat námi popsané řešení ovládání výšky ovládacího panelu?

Odpověď č. 1

Zadavatel informuje uchazeče o tom, že je možné použít i pneumatický systém, který umožňuje nastavit výšku ovládacího panelu u ultrazvukového přístroje.

Informace poskytnuté zadavatelem

Na základě úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 18. 7. 2016 do 10:00 hodin.**

Zadavatel informuje o tom, že nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zástupce zadavatele **pouze do 13. 7. 2016 do 16:00 hodin: CETKOVSKY s.r.o., Pechova 1228/3, 615 00 Brno** a poté až do konce lhůty pro podání nabídek bude možné podávat nabídky **pouze na sídlo zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, k rukám Ing. Karla Prchala do 18. 7. 2016 do 10:00 hodin.**

V Brně dne 12.7.2016

Mgr. Alice Otáhalová

CETKOVSKY s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)