

NEMOCNICE ZNOJMO
OBJEKT A3

PS 01.3 LT
VÝKAZ VÝMĚR

| PČV | NÁZEV | ROZMĚR | Ks |
|--------|--|---------------------|-----|
| 11001 | STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU | 680/480/810 MM | 8 |
| 11004 | STOLEK NA PŘÍSTROJE | 740/520/610 MM | 1 |
| 11206 | STŮL VYŠETŘOVACÍ 2SEGMENTOVÝ | 1950/650/650-900 MM | 8 |
| 14650 | VÁHA OSOBNÍ S POSUV.ZÁVAŽÍM A VÝŠKOMĚREM | 400/500 MM | 8 |
| 34718 | SVÍTIDLO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ | | 3 |
| 322267 | EKG 6 SVOD. PŘENOSNÉ VČ.PŘÍSLUŠ. | | 3 |
| 322293 | DEFIBRILÁTOR PŘENOSNÝ | 332/300/130 MM | 2 |
| 322295 | DEFIBRILÁTOR S MONITOREM EKG | | 1 |
| 322504 | STŮL ZÁKROKOVÝ UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ | | 1 |
| 322645 | PŘÍSTROJ SONOGRAFICKÝ ZÁKLADNÍ | | 1 |
| 322697 | ERGOMETR S MAGN. BRZDOU + MĚŘENÍ TLAKU | | 1 |
| 322915 | KARDIOSTIMULÁTOR KOMPATIBILNÍ S EKG PŘ. | | 1 |
| 322917 | EZOFAGEÁLNÍ STIMUL. ELEKTRODY KE KARDIOSTIMULÁTORU | | 1 |
| 322918 | SKLOPNÝ STŮL NA PROVÁDĚNÍ POLOHOVÉHO TESTU | | 1 |
| 360001 | SOFTWARE VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU PRO AMBULANCE | | kpl |
| 360002 | SOFTWARE OBJEDNACÍHO SYSTÉMU (NADŘÁZENÝ SYSTÉM NIS-STAPRO AKORD) | | kpl |