

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j.635 /13/K

V Brně, dne 23.10.2013

Věc: Veřejná zakázka:

**„Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické
a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 8: Zadavatel požaduje v Textové části zadávací dokumentace -8.7. Technická specifikace. v odstavci Generátor:

1. - dosažitelná hodnota mAs minimálně 500 mAs
2. - výkon generátoru minimálně 5 kW

1. Rozsah mAs minimálně 5 – 500 mAs

Žádáme o zvážení důvodu, ze kterého trvá zadavatel na horní hranici 500 mAs, která je z praktického hlediska nevyužitelná. Pro veškerá mamografická vyšetření je plně dostačující rozsah do 350 mAs. Žádáme zadavatele o posouzení a o snížení hranice max. na 400 mAs. Trvání na tomto parametru považujeme za neodůvodněné neboť vyřazuje některé výrobky, které by byly objektivně schopny vyhovět potřebám zadavatele.

2. Výkon generátoru minimálně 5 kW

Žádáme o zvážení důvodu, zda by zadavatel trval na 5 kW výkonu i v případě kdy

mamograf i s podstatně slabším výkonem disponuje takovým rozsahem expozičních parametru, že vyhovuje všem nárokům na mamografická vyšetření. Žádáme zadavatele o posouzení a o snížení hranice min. na 3 kW. Trvání na tomto parametru považujeme za neodůvodněné neboť vyřazuje některé výrobky, které by byly objektivně schopny vyhovět potřebám zadavatele a přístroji schválenými a vhodnými pro mamografický screening, které mají výrazný tržní podíl.

Odpověď 8: Limitní hodnota výkonu 5 kW a s ní související limitní hodnota elektrického množství 500 mAs jsou zvoleny s ohledem na technologickou vyspělost systému a požadavkem na provoz v budoucnu, kdy lze očekávat rozšíření technik vyšetření s potřebou dostatečného výkonu přístroje (technika snímkování dvojí energií, tomosyntéza, apod.).

Takto výkonný generátor je současně i zárukou, že v případě potřeby použití vyšších hodnot mAs nebude docházet k prodloužení expozičních časů. Prodloužení expozičních časů by znamenalo zvýšení rizika pohybových artefaktů, které v rámci mamografického screeningu nejsou zanedbatelným problémem.

V poslední řadě zadavatel zohledňuje v rámci svého požadavku na výkon generátoru i fakt, že jednotlivé komponenty systému musí být dimenzovány na poměrně značnou provozní zátěž. Dostatečná výkonová rezerva je zárukou, že generátor nebude trvale provozován na horní hranici svého výkonu a nebude tak docházet přehřívání výkonových prvků.

Z výše uvedených důvodů proto zadavatel trvá na požadavku, že výkon generátoru musí být minimálně 5 kW a dosažitelná hodnota elektrického množství musí být minimálně 500 mAs. Zadavatel má v praxi ověřeno, že při výkonu generátoru pod 5kW a rozsahu elektrického množství do 500mAs při vyšetření objemných hutných prsů ukončuje přístroj předčasně automatickou expozici a provedený snímek je v nehodnotitelné kvalitě.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele