

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 1
k veřejné zakázce – zjednodušenému podlimitnímu řízení

„Dodávka přístrojového vybavení II“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jednají: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v části č.3 zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístrojů v bodě 2. EKG přístroj – 2 komplety následující technický parametr: „Dotyková barevná nakloněná obrazovka – snadné ovládání“.

Účastník nabízí obdobné technické řešení splňující zcela medicínský účel přístroje, spočívající v nakloněné obrazovce s rozlišením 800 x 480 a podporou až 32 tisíc barev, zobrazující až 12 kanálů, která se ovládá funkčními klávesami pod obrazovkou. Bude zadavatel akceptovat toto technické řešení?

Odpověď:

Požadavek, aby přístroj byl vybaven dotykovou obrazovkou, je jedním ze základních technických požadavků. Zadavatel nebude akceptovat výše popsání řešení.

Dotaz č. 2:


Zadavatel uvádí v části č. 3 zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístrojů v bodě 3. EKG Holter – 1 komplet následující technický parametr: „zabudovaný mikrofon pro záznam hlasu“.

Účastník nabízí obdobné technické řešení spočívající v možnosti záznamu přímo na záznamníku prostřednictvím integrované klávesnice a i v možnosti záznamu na pracovní stanici, která přenese záznam do záznamníku prostřednictvím Bluetooth. Bude zadavatel akceptovat toto navrhované technické řešení?

Odpověď:

Požadavek, aby přístroj byl vybaven zabudovaným mikrofonem, je jedním ze základních technických požadavků. Zadavatel nebude akceptovat výše popsání řešení.

V Hustopečích dne 4.1.2017


Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.