

**Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče**

**Vysvětlení zadávací dokumentace 2
k veřejné zakázce – zjednodušenému podlimitnímu řízení**

„Dodávka přístrojového vybavení II“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jednají: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v části č.3 zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístrojů u položky 8. Analyzátor plynů – 1 komplet požadavek: Plynové láhve integrované do systému“

Bude zadavatel akceptovat položku, která nabízí: „Systém bez plynových lahví?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, nebude akceptovat výše popsané řešení.

Dotaz č. 2:


Zadavatel uvádí v části č. 3 zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístrojů u položky 11 Centrifuga pro stáčení krve a moči – 1 komplet požadavek: „Centrifugační rotor musí být kompatibilní s 15 ml centrifugačními zkumavkami /průměr 2 cm, délka 13 cm)“.

Bude zadavatel akceptovat nabízenou položku, která nabízí: „Výkyvný rotor 4x250 ml s 4 ks závěsné kyvety 250 ml každá s redukčním kontejnerem 8x15/10 ml pro zkumavky 10/15 ml, průměr 17 mm, délka 120 mm“ tzn. centrifuga 32 pozic kompatibilní s 10/15 ml zkumavkami průměr 17 mm délka 120 mm?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, nebude akceptovat výše popsané řešení.

V Hustopečích dne 10.1.2017

V. Z. 
Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.