

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 3
k veřejné zakázce – zjednodušenému podlimitnímu řízení

„Dodávka přístrojového vybavení II“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jednají: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1:


Zadavatel uvádí v části č.3 zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístrojů u položky 1. Ultrazvukový přístroj požadavky: „Plně digitální multioborový ultrazvukový diagnostický přístroj střední třídy“, „4 aktivní sondové konektory“ a „konvexní sonda..., lineární sonda..., fázová sonda...“ (tj. celkem 3 sondy)

Bude zadavatel akceptovat položku, která nabízí 3 aktivní sondové konektory? Tento počet je zcela v souladu s počtem požadovaných a sond a zároveň odpovídá standardnímu ultrazvukovému diagnostickému přístroji střední třídy. 4 aktivní sondové konektory mají přístroje ve třídách vyšších.

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, nebude akceptovat nabídku přístroje se 3 sondovými konektory.

V Hustopečích dne 11.1.2017

Y. Z. 

Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.