



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Nemocnice Kyjov – dodávka přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-007588

SVAZEK 1

POŽADAVKY NA OBSAH, FORMU A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, PODMÍNKY PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY HODNOCENÍ NABÍDEK

**ZADAVATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**



RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností



1. PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel zadávací podmínky, včetně všech jejich příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní jméno: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupená: **Mgr. Danuší Křivákovou** – ředitelkou nemocnice
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
Profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností, která zpracovala textovou část zadávací dokumentace:

Obchodní jméno: **RTS, a.s.**
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: **Mgr. Jiřím Košuličem** – statutárním ředitelem
Za zadání odpovídá: **Ing. Aleš Houserek** – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace přístrojů zdravotnických přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny (dále jen Zařízení). Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku (fullservis), uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu.



Předmět veřejné zakázky tvoří

- 3.1.1. **Hybridní kamera SPECT/CT** (1 ks přístroje)
- 3.1.2. **Skiagrafický RTG přístroj** (2 ks přístroje)
- 3.1.3. **Multifunkční skiaskopicko skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA** (1 ks přístroje)

Veškeré požadované technické, kvalitativní a funkční parametry zařízení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Technické specifikaci a obchodními podmínkami (závazném návrhu kupní smlouvy).

Součástí předmětu veřejné zakázky (každé části veřejné zakázky) je i:

- **dodávka požadovaného přístroje/přístrojů včetně příslušenství** dle Technické specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto Svazku zadávací dokumentace a návrhu Kupní smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky (každé části veřejné zakázky) musí být vždy zařízení nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví;
- **poskytování full záručního servisu Zařízení** (plné servisní pokrytí včetně dodávek veškerých náhradních dílů (i včetně vakuových prvků – RTG lampy a detektorů) po dobu 24 měsíců dle podmínek o servisu stanovených v kupní smlouvě;
- **zajištění dopravy do místa určení a instalace** do určených prostor včetně zabudování a napojení na stávající inženýrské sítě ve smyslu montáže nového přístroje v místě plnění, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, napojení do stávajícího systému PACS a NIS zadavatele.
- **zpracování a předložení technologické projektové dokumentace** (dále jen „projekt“) pro instalaci Zařízení. Součástí technologického projektu musí být také návrh stavebních úprav nutných pro přípravu transportní cesty na místo instalace, návrh podpůrných prvků pro instalaci a pro následný servis. Veškeré stavební úpravy související s montáží přístroje provede dodavatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu stávajícího zařízení, stavební práce se předpokládají v rozsahu uvedeném v níže uvedené specifikaci. Technologický projekt musí být dodán **do 3 týdnů po podpisu kupní smlouvy** s vybraným dodavatelem a musí obsahovat postup provedení demontáže a ekologické likvidace stávajících přístrojů, montáže nových kotvících prvků, statické zajištění všech prvků montovaných zařízení včetně statického posouzení stávajících konstrukcí, vybudování propojovacích montážních kanálů, zapravení podlahy, pokládky podlahové krytiny a všech dalších úkonů spojených s řádnou instalací všech dodávaných zařízení;
- likvidace obalů a odpadu;
- uvedení do „fyzikálního“ provozu;
- spolupráce s radiologickými asistenty a lékaři při konfiguraci systému a nabírání a ověřování dat v plánovacím systému;
- uvedení do klinického provozu a spolupráce se zadavatelem ve fázi „klinického“ provozu, včetně plného zaškolení, resp. instruktáž veškeré obsluhy přímo na pracovišti zadavatele (v českém jazyce). Doklad o instruktáži personálu bude předložen nejpozději k datu uvedení zařízení do



klinického provozu. Ve smyslu § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů včetně vystavení protokolu o této instruktaži;

- provedení demontáže a ekologické likvidace stávajících přístrojů a všech nepotřebných a souvisejících součástí a prvků těchto přístrojů včetně dodání dokladů o ekologické likvidaci, demontáž stávajících kotvicích prvků v podlaze – netýká se Části A veřejné zakázky – Hybridní kamera SPECT/CT
- montáž nových kotvicích prvků
- vybudování nových propojovacích montážních kanálů
- dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístrojů včetně zapravení
- zapravení podlahy
- pokládka nové podlahové krytiny v místnosti vyšetřovny a ovladovny – homogenní trvale vodivá vinylová podlahovina vysoké kvality ve formě pásů s povrchem tvrzeným elektrovodivým PUR. Vysoký obsah vinylu (min. 46% váhy) umožňuje vytahování do soklu přímo z podlahy bez sváru podél stěn. Klasifikace podlahoviny dle normy zátěže EN 685 jako třídu 34/43. Ocelkové tloušťce 2,0 mm a váže 2950 g/m², splňující třídu otěru dle normy EN 660-2 Skupina P ≤ 4,0 mm³. Podlahovina musí splňovat parametry na zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,10 mm a dle normy EN 425 vhodná židle s pojezdovými kolečky. Rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,40%. Podlahovina musí mít parametry reakce na požár v hodnotách dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1. Hodnoty materiálu na elektrický odpor jsou 5 x 10⁴-10⁶ Ohmu. Materiál musí mít barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6 a dobrou odolností proti chemikáliím dle normy EN 423. Odolnost proti bakteriím dle DIN EN ISO 846, část C – nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost materiálu dle normy EN 13893 s výsledkem ≥ 0,3 (R9 dle normy DIN 51130). Materiál neobsahuje žádné ftaláty. Může být položen na podlahové vytápění do teploty 27 °C. Dolní část PVC pásů je opatřena vodivou grafitovou kompaktní vrstvou. Podlahovina se lepí na běžné akrylátové lepidlo pro vinylové podlahy, pouze uzemňovací páska měděná páska se přilepí lepidlem vodivým. U dodávky těchto podlahovin zadavatel připouští dodání kvalitativně rovnocenného nebo lepšího řešení, dle požadavků uvedených výše (týká se každé výše uvedené normy a technického parametru v tomto bodě).

3.2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:

33100000-1 Zdravotnické přístroje

33111000-1 Rentgenové přístroje

51410000-9 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů

3.3. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje. Části veřejné zakázky tvoří

3.3.1. **Část A Hybridní kamera SPECT/CT**



- 3.3.2. Část B **Skiagrafický přístroje s přímou digitalizací – 2ks**
3.3.3. Část C **Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA**

Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu část veřejné zakázky nebo na dvě či všechny tři části veřejné zakázky. Rozhodnutí v této věci je na vůli dodavatele.

3.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení na základě provedeného průzkumu trhu jako 80% z nejnižší ceny tohoto průzkumu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

- 3.4.1. Část A **Hybridní kamera SPECT/CT**
13.560.000,- Kč bez DPH (16.407.600,- Kč včetně DPH)
3.4.2. Část B **Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací – 2ks**
9.373.402,50 Kč bez DPH (11.341.817,- Kč včetně DPH)
3.4.3. Část C **Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA**
5.624.000,- Kč bez DPH (6.805.040,- Kč včetně DPH)

Celkem tedy předpokládaná hodnota za všechny tři části veřejné zakázky činí **28.557.402,50 Kč bez DPH (34.554.457,- Kč s DPH)**

3.5. MAXIMÁLNÍ HODNOTA ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel vymezil i maximální hodnotu částí veřejné zakázky, a to na základě jemu dostupných a vyhrazených finančních prostředků. Pokud nejvýhodnější nabídka v kterékoliv části veřejné zakázky bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená maximální hodnota příslušné části veřejné zakázky, na kterou byla nabídka podána, může tato skutečnost být považována za důvod hodný zvláštního zřetele a zadavatel si vyhrazuje právo příslušnou část veřejné zakázky z tohoto důvodu zrušit.

- 3.5.1. Část A **Hybridní kamera SPECT/CT**
16.950.000,- Kč bez DPH (20.509.500,- Kč včetně DPH)
3.5.2. Část B **Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací – 2ks**
11.716.754,- Kč bez DPH (14.177.272,- Kč včetně DPH)
3.5.3. Část C **Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA**
7.030.000,- bez DPH (8.506.300,- Kč včetně DPH)

4. PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

4.1. PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky účasti v zadávacím řízení zadavatel stanoví pro každou část veřejné zakázky jako:



- a) podmínky kvalifikace (samostatný Svazek zadávací dokumentace),
- b) technické podmínky
- c) obchodní podmínky (samostatný Svazek zadávací dokumentace)

4.2. VYHRAZENÍ ÚČASTI DODAVATELŮ

Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se mohou zúčastnit kteříkoliv dodavatelé splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

5.1. PODROBNOSTI TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Technické podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Technické podmínky jsou obsaženy v Technické specifikaci, která obsahuje popis požadavků na funkci a výkon jednotlivých přístrojů, jejichž dodávka je předmětem veřejné zakázky.

5.2. TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY

Dodavatel je povinen prokázat v nabídce splnění či případné překročení požadovaných technických parametrů, a to předložením technické části nabídky. Požadavky na její obsah jsou popsány v příloze č. 1 k této zadávací dokumentaci.

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

6.1. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Požadované technické a funkční parametry předmětu plnění jsou uvedeny v Technické specifikaci (příloze č. 1 tohoto Svazku zadávací dokumentace). Účastník zadávacího řízení musí v nabídce v této příloze deklarovat splnění těchto parametrů – např. čestným prohlášením.

Účastník zadávacího řízení splnění technických parametrů dále doloží technickou dokumentací v souladu s bodem 6.2 tohoto svazku zadávací dokumentace

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených v příloze č. 2 (pozn. pokud jsou hodnoty vymezeny horní nebo dolní mezí resp. jsou vymezeny min./max. nebo tzv. rozsahem, pak je třeba tyto požadované hodnoty splnit, v souladu se zadávacími podmínkami a to nejméně v hodnotách technickými parametry požadujících nebo lepších). Dodavatel se zaváže, že dodané Zařízení bude zcela odpovídat technicko - kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce – např. čestným prohlášením.



V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných technických parametrů u nabízeného zařízení musí být účastník zadávacího řízení schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni požadované v této zadávací dokumentaci.

Veškeré položky Zařízení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především požadavky dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, požadavky dle NV 336/2004 Sb., v platném znění, nebo NV 286/2001 Sb., v platném znění, nebo NV 154/2004 Sb., v platném znění, event. dle obdobných směrnic EU. Při plnění předmětu zakázky musí být rovněž splněny požadavky Vyhlášky č. 23/2008 Sb. (Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany).

Veškeré položky dodávaného zařízení musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.

6.2. TECHNICKÁ DOKUMENTACE NABÍZENÝCH PŘÍSTROJŮ

Jako součást návrhu kupní smlouvy předloží dodavatel i technickou dokumentaci nabízených přístrojů – platí pro každý jednotlivý dodávaný přístroj vč. příslušenství. Technickou dokumentací se rozumí **základní technický popis a zároveň fotografická či výkresová dokumentace dodávaných přístrojů (nabízených v nabídce)**, ze kterých musí vyplývat **obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, jména výrobců a technické parametry** prokazující splnění všech požadavků definovaných zadavatelem v této dokumentaci v souladu s Přílohou č. 1 - Technickou specifikace. Katalogová dokumentace může být předložena v anglickém či německém jazyce, pokud není k dispozici česká verze.

6.3. ODZKOUŠENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Dodavatel po montáži a instalaci dodaných přístrojů provede jejich komplexní vyzkoušení a předvedení jejich funkce zástupci objednatele (zadavatele), přičemž po provedení těchto zkoušek musí zabezpečit zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícím složitosti dodaného přístroje.

6.4. ZÁRUČNÍ SERVIS

Předmětem veřejné zakázky (každé části veřejné zakázky) je i poskytnutí plného „full“ záručního servisu na dodávané přístroje vč. veškerého příslušenství, a to po celou dobu záruční lhůty, tj. v délce 24 měsíců (2 roky). V rámci záruční lhůty zhotovitel bezplatně odstraní vady díla a poskytne zadavateli bezplatný plný (full) servis díla včetně dodání případných náhradních dílů. Záruční servis zahrnuje provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona 268/2014 Sb., provádění veškerých kalibračních prohlídek, předepsaných preventivních prohlídek, kontrol, revizí a preventivních údržbových prací, a to včetně



dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí zdravotnického zařízení (např. i včetně vakuových prvků – RTG lampy a detektorů).

6.5. SPLNĚNÍ NOREM A PŘEDPISŮ

Dodavatel předloží v nabídce **čestné prohlášení**, že dodávaná zařízení splňují příslušné technické normy a právní předpisy, především požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále požadavky dle NV 336/2004 Sb. (nebo NV 286/2001 Sb. nebo NV 154/2004 Sb.) v platném znění, event. dle obdobných směrnic EU a dále zákona č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Doklady prokazující shodu nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě nebo jiné zákonem stanovené doklady vystavené příslušnými orgány), doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy a stanou se její přílohou.

6.6. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník zadávacího řízení stanoví celkovou nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky jako celkovou cenu v souladu s touto zadávací dokumentací (včetně technické specifikace a smlouvy), a to absolutní částkou v české měně. Celkovou nabídkovou cenu tvoří cena dodávky zařízení dle požadavků ZD, včetně ceny záručního fullservisu. Cena bude pro každou část uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována pro každou část veřejné zakázky v členění a struktuře uvedené v příslušné kupní smlouvě pro každou část veřejné zakázky.

Nabídková cena musí vždy zahrnovat náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně zabudování a napojení na stávající inženýrské sítě ve smyslu montáže nového přístroje v místě plnění, obvyklých obalů, dopravy a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), úklidu a likvidace obalů, zaškolení obsluhy, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, inflačních vlivů, garancí i nákladů na provádění záručního servisu. Součástí nabídkové ceny každé části veřejné zakázky jsou také nutné stavební úpravy specifikované v návrhu kupní smlouvy příslušné části veřejné zakázky.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.



6.7. SEZNAM PODDODAVATELŮ

Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto poddodavatelů, jejíž plnění na veřejné zakázce je vyšší než 10% z hodnoty nabídkové ceny. Pro uvedení poddodavatelů dodavatel použije příslušný formulář ze zadávací dokumentace. V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat poddodavateli část vyšší, než 10% z hodnoty nabídkové ceny předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zdrojů či případně poddodavatelů, jejichž plnění nepřesáhne 10% z nabídkové ceny

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací dokumentace obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou vymezeny pro každou část veřejné zakázky samostatně ve formě a struktuře vzoru kupní smlouvy. Účastník zadávacího řízení do obchodních podmínek (pro každou část, na kterou podává svoji nabídku) doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu kupní smlouvy předpokládá, označeno v textu obchodních podmínek ...), a takto doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku.

7.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh kupní smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Jakékoliv změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.



8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

8.1. DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění pro všechny části veřejné zakázky se uskuteční dne 12. 4. 2017 a sraz dodavatelů o prohlídku je ve 13.00 hod. před hlavní vrátnicí Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zadavatel, s ohledem na charakter veřejné zakázky doporučuje všem účastníkům zadávacího řízení, aby se prohlídky místa plnění zúčastnili.

8.2. POČET ZÁSTUPCŮ PŘI ÚČASTI NA PROHLÍDCE

Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zástupci jednotlivého dodavatele o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

8.3. ÚČEL PROHLÍDKY

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

8.4. ZPŮSOB VYJASNĚNÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ

Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, v souladu se zákonem.

9. JISTOTA

9.1. POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 zákona.



10. OSTATNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

10.1. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona.

10.2. VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, pokud to není uvedeno v této zadávací dokumentaci.

10.3. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

11. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMA NABÍDKY

11.1. NABÍDKA

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém nebo německém jazyce).

11.2. FORMA NABÍDKY

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel nevlastní elektronický nástroj pro přijímání elektronické podoby nabídek a vylučuje tímto podání nabídky v elektronické podobě.

11.3. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka v listinné podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě na místo určení (viz Oznámení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek) v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a adresou sídla dodavatele.

11.4. POZDNÍ PODÁNÍ NABÍDKY

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Obálku s vadně podanou nabídkou zadavatel, na žádost dodavatele, který ji podal, vrátí, protože může



obsahovat doklady nebo listiny pro dodavatele nezbytné. Za řádné podání nabídky je odpovědný dodavatel.

11.5. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

11.6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta a místo pro podání nabídky a termín otevírání obálek s nabídkami jsou uvedeny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek

11.7. ZABEZPEČENÍ NABÍDKY DODAVATELE

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

11.8. OBSAH NABÍDKY

Dodavatel předloží nabídku na jím vybranou část veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky, rozčleněnou tak, aby jednotlivé části, na které je nabídka podávána, byly zřetelně odděleny. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna do samostatných oddílů a označených shodně s následujícími pokyny:

11.8.1. Oddíl 1 Společná část – tento oddíl bude obsahovat:

11.8.1.1. Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře pro tu část, na kterou dodavatel podává nabídku. Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

11.8.2. Oddíl 2 Návrh smlouvy – tento oddíl bude obsahovat:

11.8.2.1. Návrh kupní smlouvy – návrh smlouvy pro konkrétní část veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a



opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.

11.8.2.2. Čestné prohlášení dodavatele – *v souladu s bodem 6.5*

11.8.2.3. Seznam poddodavatelů

11.8.3. **Oddíl 3 Technická dokumentace** (souhrn dokumentů, z nichž vyplývá splnění technických parametrů zadání) – *v souladu s bodem 6.2*

11.8.4. **Oddíl 4 Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele** – tento oddíl bude obsahovat

11.8.4.1. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele
(*v souladu s pokyny uvedenými ve Svazku 2 této zadávací dokumentace*)

11.8.5. **CD** – součástí nabídky bude CD obsahující návrh kupní smlouvy včetně požadovaných příloh a technické dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby na CD byl i scan celé nabídky ve formátu pdf.

11.9. OBSAH NABÍDKY PODANÉ NA VÍCE ČÁSTÍ

Podává-li dodavatel nabídku na více částí veřejné zakázky, pak za společnou částí předloží nabídku ve výše popsaném členění pro část A, za ní ve stejné struktuře nabídku pro část B a jako závěrečnou část pak nabídku pro část C. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které jsou společné pro všechny části – tedy doklady prokazující základní a profesní způsobilost mohou být předloženy pouze 1x, a to v kterékoliv části veřejné zakázky.

11.10. OBSAH NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého dodavatele, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

12. PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK

12.1. PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU NEBO KURÝRNÍ SLUŽBOU

Pokud dodavatel podá nabídku prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou, je za okamžik podání nabídky považována doba převzetí nabídky podatelnou na místě pro podání nabídek. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži dodavatele.



12.2. PODÁNÍ NABÍDEK OSOBNĚ

Nabídku lze podat i osobně na adrese uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Při osobním podání nabídky bude nabídka označena pořadovým číslem a časem jejího podání. O převzetí nabídky vystaví oprávněná osoba zadavatele dodavateli písemné potvrzení.

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

13.1. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Otevírání nabídek provede zadavatel. U otevírání nabídek mají právo být přítomni zástupci dodavatelů, kteří podali nabídku a dále rovněž zástupce zadavatele a případně i osoby kontrolních orgánů.

13.2. DOBA OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel zahájí otevírání nabídek bezprostředně (do deseti minut) po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Pravidla pro hodnocení nabídek zahrnují

- a) kritéria hodnocení,
- b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a
- c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

14.2. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

14.3. METODA HODNOCENÍ

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před hodnocením však zadavatel provede úkony spojené s posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny.



14.4. VÁHA KRITÉRIA

Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100%.

14.5. POSOUZENÍ NABÍDEK

Posouzení nabídek proběhne až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky vyhodnoceny (každá část samostatně) podle kritérií hodnocení a poté provede ustavená komise posouzení nabídky vybraného dodavatele (toho, jehož nabídka bude po provedeném hodnocení umístěna na prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek, z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. K objasnění či doplnění nabídky poskytne komise dodavateli přiměřenou lhůtu podle povahy žádosti zadavatel.

Pokud dodavatel na žádost zadavatele ve stanovené lhůtě neodpoví, může být ze zadávacího řízení vyloučen. To platí i v případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné či neúplné údaje nebo doklady.

Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Zadavatel může tento postup použít opakovaně.

V případě shody nejnižší nabídkové ceny dvou či více nabídek, které vyhověly posouzení, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti notáře a účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky budou obsahovat shodné nabídkové ceny.

15. UZAVŘENÍ SMLOUVY

15.1. PODMÍNKA UZAVŘENÍ SMLOUVY

Bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, bude zadavatel před uzavřením smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel předložil:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.



15.2. BLIŽŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

V souladu se zadávací dokumentací je vybraný dodavatel povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli:

- a) doklady prokazující shodu nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě nebo jiné, právními předpisy stanovené doklady vystavené příslušnými orgány).

16. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

16.1. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze při naplnění důvodů uvedených v zákoně.

16.2. DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

17. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

17.1. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:

- 17.1.1. Svazek 1 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 - 17.1.1.1. Příloha č. 1 Technická specifikace
 - 17.1.1.2. Příloha č. 2 Formulář krycí list nabídky
 - 17.1.1.3. Příloha č. 3 Formulář Seznam Poddodavatelů
- 17.1.2. Svazek 2 Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
 - 17.1.2.1. Příloha 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek
 - 17.1.2.2. Příloha 2 - Formulář pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání
- 17.1.3. Svazek 3 Obchodní podmínky pro část A
- 17.1.4. Svazek 3 Obchodní podmínky pro část B
- 17.1.5. Svazek 3 Obchodní podmínky pro část C
- 17.1.6. Půdorysy místností



Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html pod názvem veřejné zakázky.

17.2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena na adresu RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pavel.mitas@rts.cz Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Pavel Mitáš, tel +420 545120264, fax +420 545120210.

17.3. ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich podání. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání změny nebo doplnění k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku.

17.4. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH

Pokud ve specifických případech zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

18.1. FORMA KOMUNIKACE

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně.

18.2. ELEKTRONICKÁ FORMA KOMUNIKACE

Elektronická forma komunikace v tomto zadávacím řízení není možná prostřednictvím elektronického nástroje. Elektronická komunikace bude přednostně



uskutečňována prostřednictvím datových schránek. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby umožnili komunikaci prostřednictvím datových schránek i se soukromými osobami označením v nastavení datových schránek dodavatelů.

ID datové schránky RTS, a.s. pro účely komunikace: enhf5gn

Účastník zadávacího řízení, který souhlasí s komunikací prostřednictvím datových schránek, uvede ID svých datových schránek v krycím listu nabídky.

Jinou formou elektronické komunikace je použití elektronické pošty (e-mail) a při použití této formy komunikace by měla být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem.

Email RTS, a.s. pro účely komunikace po podání nabídek: lenka.potrusilova@rts.cz

Tato e-mailová adresa se týká komunikace po podání nabídek. Kontaktní adresa pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je uvedena v článku Vysvětlení zadávací dokumentace výše.

Účastník zadávacího řízení uvede svoji elektronickou adresu pro elektronickou komunikaci (e-mail) v krycím listu nabídky.

18.3. KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností ke všem fázím zadávacího řízení. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli.

18.4. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY

Podává-li nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, jsou povinni ve své nabídce uvést jednu adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníkovi společné nabídky samostatně.

18.5. PODPISOVÁ DOLOŽKA

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto Svazku zadávací dokumentace se potvrzuje i platnost všech ostatních Svazků a jejich příloh.



Přílohy:

Svazek 1 - příloha č. 1 Technická specifikace

Svazek 1 - příloha č. 2 Formulář krycí list nabídky

Svazek 1 - příloha č. 3 Formulář Seznam Poddodavatelů

V Brně dne 27. 3. 2017

Za RTS, a.s., osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností:

Ing. Aleš Houserek
ředitel divize Veřejné zakázky