

**Výzva k podání nabídky
na zakázku s názvem**

„Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení“

Identifikační údaje o zadavateli

Stát:	CZ
IČ zadavatele:	000839205
DIČ zadavatele:	není plátce DPH
Právní forma:	331
Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Věra Seidlová, ředitelka nemocnice

Sídlo zadavatele

Ulice:	Purkyňova
Obec:	Vyškov
Číslo popisné:	36
PSČ:	682 01
Kód obce zadavatele (dle ZUJ):	592889
WWW adresa zadavatele:	www.nemvy.cz
E-mail zadavatele:	seidlova@nemvy.cz
Telefon:	+420 517 315 100
Fax:	+420 517 315 118

Kontaktní osoba

Milan Pavlun	
Telefon/FAX:	+420 517 330 292
Mobilní telefon:	+420 603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zadávací podmínky předmětné zakázky jsou zpracovány jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „**Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení**“, (dále jen VZ“).

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení. Technická specifikace ultrazvukového přístroje je uvedena v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Obchodní podmínky plnění předmětné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek. Obsah obchodních podmínek nemůže uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek, nebo jiné části zadávacích podmínek.

2. Doba plnění:

- Předpokládaný termín plnění předmětné zakázky: duben 2014

3. Místo plnění:

Místem plnění je Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36 Vyškov – interní oddělení

4. Kvalifikační předpoklady

Dodavatel v nabídce předloží seznam obdobných dodávek provedených dodavatelem za posledních 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, kontaktní údaje na osobu, která osvědčení vystavila, rozsah a místo poskytování těchto služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení (v originále) včetně příslušných osvědčení objednatelů (v kopii), z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky poskytl alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu - **Diagnostický ultrazvukový přístroj**.

5. Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou je celková cena za splnění celého předmětu VZ, jak vyplývá ze zadávacích podmínek.

6. Označení, obsah, lhůta a způsob podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „**Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení**“ a bude na ni uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby na obálce provedli rovněž označení slovem „**NEOTVÍRAT**“ a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající

funkci statutárního orgánu uchazeče, je-li uchazeč právnickou osobou, případně podpisem jiné osoby oprávněné jednat za uchazeče při podání nabídky. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, tento celek zajistili proti případné manipulaci a listy všech částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1.

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nebude posuzovat a hodnotit.

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky na předmětnou zakázku lze podat nejpozději do 28.3.2014 do 10:00 h.

Místo podání nabídek:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky nemocnice

Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže). Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat:

- „Krycí list nabídky“ příloha č. 1 zadávacích podmínek podepsaný oprávněnou osobou uchazeče,
- návrh na uzavření kupní smlouvy zpracovaný podle obchodních podmínek uvedených v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Součástí kupní smlouvy musí být i příloha č.1 zpracovaná podle přílohy č. 2 – „Technická specifikace ultrazvukového přístroje“ těchto zadávacích podmínek podepsaná oprávněnou osobou uchazeče.
- doklady a informace prokazující splnění kvalifikace uchazeče;
- doklad o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně (např. smlouva o sdružení);
- doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony uchazeče činí jiná osoba než uchazeč – fyzická osoba, nebo osoba oprávněná jednat jménem uchazeče – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán;
- další dokumenty, je-li to požadováno zadávacími podmínkami.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů uvedených v jednotlivých částech nabídky a návrhu na uzavření smlouvy v nabídce uvedené, pak platí, že rozhodující a prioritní pro posouzení a hodnocení nabídky jsou vždy údaje uvedené uchazečem v návrhu na uzavření smlouvy v nabídce předložené.

7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami - zadávací lhůta:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy, nebo zrušení výběrového řízení

8. Způsob hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky. Předložené nabídky budou hodnoceny podle těchto dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí kritérium	váha důležitosti
1. Nabídková cena celkem včetně DPH	60 %
2. Technické a funkční vlastnost nabízeného zařízení	40 %

Kritérium č. 1 **Nabídková cena celkem včetně DPH** - pro zadavatele je nejvhodnější nabídka s minimální hodnotou:

Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny zakázky vč. DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny vč. DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK) způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální (minimální) hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky (poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce).

Kritérium č. 2 Technické a funkční vlastnosti nabízeného zařízení Hodnotící komise bude hodnotit technické a funkční vlastnosti nabízeného zařízení na základě vyhodnocení splnění požadavků uvedených v příloze č. 2 zadávacích podmínek.

Ve sloupci s označením způsobu hodnocení „Absolutní požadavek splněn“ uvede uchazeč, zda požadovaný parametr nabízené zařízení splní či nikoliv (ANO-NE). Požadavky v jednotlivých řádcích označených symbolem „A“ jsou zadavatelem považovány jako absolutní požadavek, jehož nesplnění je důvodem k vyřazení nabídky. Ve sloupci s označením „Hodnota parametru/údaj vyplňte“, uvede uchazeč hodnotu parametru, který splňuje jím nabízený přístroj. Požadavky v jednotlivých řádcích označených symbolem „H“ jsou parametry, které budou předmětem hodnocení (hodnocený parametr označený písmenem „H“). Zadavatel v příloze č. 2 zadávacích podmínek uvádí, jaké parametry preferuje (minimální nebo maximální akceptovatelné hodnoty parametrů).

Způsob hodnocení:

Pro číselně vyjádřitelná subkritéria a kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální (minimální) hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky (poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) pro každou jednotlivou hodnotu.

Pro subkritéria která nelze číselně vyjádřit, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce pro každou jednotlivou hodnotu.

Jednotlivá subkritéria mají stejnou váhu důležitosti

V kritériu č. 2 získá Hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne aritmetickým průměrem součtu získaných bodů za jednotlivá subkritéria. V případě parametru rozsah (od-do) bude hodnocen jako výhodnější větší rozsah vyjádřený hodnotou rozdílu mezi max. a min. uchazečem navrženou hodnotou.

Bodové hodnocení za jednotlivá kritéria bude vynásobeno zadavatelem stanovenou vahou dílčího hodnotícího kritéria.

Nabídka, která dosáhne nejvyššího bodového hodnocení v součtu za všechna hodnotící kritéria, bude hodnocena jako nejvhodnější nabídka.

V případě rovnosti bodového hodnocení u hodnocených nabídek bude o konečném pořadí nabídek rozhodovat hodnocení u kritéria nabídková cena.

Absolutní parametr musí být splněn, jinak bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Hodnotící parametr nemusí být splněn, bude bodově hodnocen dle výše uvedeného bodového hodnocení.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu dosažených bodů při součtu korigovaného hodnocení za všechna hodnocená kritéria.

9. Další podmínky zadávacího řízení:


- a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně vyřadí.
- b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení
- c) Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
- e) K poskytnutí dodatečných informací za zadavatele je pověřena kontaktní osoba.
- f) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- g) Pokud nabídka nebude úplná, nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené těmito zadávacími podmínkami, může být tato nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.
- h) Požadované parametry přístroje uvedené k jednotlivým položkám v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek jsou pro uchazeče závazné – jedná se o absolutní požadavek zadavatele. Uchazeč je povinen ve své nabídce ocenit a nabídnout pouze takový přístroj, který splňuje tyto parametry.
- i) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky nebo zakázku zrušit bez udání důvodu.
- j) Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
- k) Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče doplňující informace k předložené nabídce – s termínem předložení doplňujících informací uchazečem nejpozději do tří pracovních dnů od zaslání požadavku zadavatele na kontaktní elektronickou adresu uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky.
- l) Zadavatel si vyhrazuje právo na předvedení nabízeného přístroje uchazečem před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a to nejpozději do deseti pracovních dnů od zaslání požadavku zadavatele na kontaktní elektronickou adresu uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky.
- m) Nesplnění podmínek a lhůt stanovených v zadávacích podmínkách předmětné zakázky může být důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
- n) Nепrokázaní technických parametrů uvedených v příloze č. 2 zadávacích podmínek při předvedení nabízeného přístroje před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Krycí list nabídky |
| Příloha č. 2 | Technická specifikace ultrazvukového přístroje |
| Příloha č. 3 | Obchodní Podmínky |

Ve Vyškově: 20.3.2014

S pozdravem



Ing. Věra Seidlová

-5 ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Příloha č. 1 – zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení**“

Krycí list nabídky

Název zakázky:

„Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení“

A. Uchazeč: Název

Adresa

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče
(jméno, funkce)

.....

Telefon fax

e-mail

IČ

B. Údaje z nabídky:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Ultrazvukový přístroj dle tech. specifikace			
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření pracující v rozsahu alespoň 3 – 6 MHz			
Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření pracující v rozsahu alespoň 2 – 4 MHz			
Lineární sonda pro cévní aplikace a na vyšetřování blízkých struktur pracující v rozsahu alespoň 5 – 11 MHz			
CENA CELKEM			

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Údaje uvedené v krycím listu musí být totožné s údaji obsaženými v návrhu na uzavření smlouvy.

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje. Ceny uvádějte pouze v korunách.

Datum:

.....

Razítko, jméno a podpis Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče

Příloha č. 2 zadávacích podmínek - Technická specifikace ultrazvukového přístroje						
Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace ultrazvukového přístroje						
Formulář musí být ve sloupcích "Absolutní požadavek splněn - ANO - NE vyplňte" a " Hodnota parametru/údaj vyplňte" vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání.						
	Specifikace požadavků zadavatele			Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce uchazeče (vyplní uchazeč)		
č.položky	A/H	název	požadovaný (hodnocený) parametr	Požadované min. - max hodnoty požadavků zadavatele	Požadavek splněn ANO - NE vyplňte	Hodnota parametru/údaj vyplňte
Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení						
		Popis technického parametru				
1	A	Nový přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ svazku	XX	XX	doplní uchazeč	XX
2	H	Mobilní, lehce transportovatelný přístroj na podvozku Uved'te hmotnost přístroje (max. 150 kg)	váha přístroje	max. 150 kg.	XX	doplní uchazeč
3	H	Monitor typu LCD/TFT Uved'te velikost uhlopříčky monitoru v palcích	maximální velikost uhlopříčky	min. 17"	XX	doplní uchazeč
5	A	Poměr stran LCD monitoru 4:3	XX	xx	doplní uchazeč	doplní uchazeč
6	A	Rozlišení monitoru min. 1280 x 1024	XX	xx	doplní uchazeč	XX
7	A	Poloha monitoru stavitelná výškově, stranově, předo-zadně	XX	xx	doplní uchazeč	XX
8	H	Výškově i stranově stavitelný obslužný panel. Uved'te rozsah výškového nastavení obsl. panelu v cm	rozsah výškového nastavení	max rozsah	XX	doplní uchazeč
10	A	Integrovaný dotykový LCD displej pro zjednodušení ovládání a měření s možností konfigurace nabídek uživatelem	XX	XX	doplní uchazeč	XX
11	A	Min. 3 konektory pro současné aktivní připojení 2D sond	XX	XX	doplní uchazeč	XX
12	A	Frekvenční rozsah přístroje 1 – 18 MHz	XX	XX	doplní uchazeč	XX
Požadované režimy zobrazení						
13	A	B-mode na základních frekvencích	XX	XX	doplní uchazeč	XX
14	A	B-mode na harmonických frekvencích na všech sondách	XX	XX	doplní uchazeč	XX
15	A	Úhlové / compoundní zobrazení na všech sondách – nastavení ve více stupních (nejen On/Off).	XX	min. 5 úrovní	doplní uchazeč	doplní uchazeč
16	A	Redukce speklí - nastavení ve více stupních (nejen On/Off).	XX	min. 3 úrovně	doplní uchazeč	doplní uchazeč
17	A	Pulzní dopplerovské zobrazení (PW) s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30°	XX	XX	doplní uchazeč	XX
18	A	Barevné dopplerovské mapování (CFM)	XX	XX	doplní uchazeč	XX
19	A	Barevné zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)	XX	XX	doplní uchazeč	XX
20	A	Tkáňový doppler, barevný tkáňový doppler – barevné mapování kinetiky srdečního svalu	XX	XX	doplní uchazeč	XX
21	A	M-mód, anatomický M-mód	XX	XX	doplní uchazeč	XX
22	A	Trapezoidní zobrazení na lineární sondě – rozšíření 2D obrazu o min. 30° na každé straně	XX	XX	doplní uchazeč	XX
23	A	Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase	XX	XX	doplní uchazeč	XX
24	A	Simultánní zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase	XX	XX	doplní uchazeč	XX
25	A	Možnost změny uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou včetně změny poměru tohoto zobrazení.	XX	XX	doplní uchazeč	XX
Požadovaná měření a výpočty + další vlastnosti						
26	A	Jednotlačítková optimalizace obrazových parametrů pro různé typy tkání	XX	XX	doplní uchazeč	XX
27	A	Automatická optimalizace parametrů dopplerovského spektra	XX	XX	doplní uchazeč	XX
28	A	Zvětšování a zmenšování obrazu s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu	XX	XX	doplní uchazeč	XX
29	A	Možnost zvětšování obrazu ve zmrazeném režimu	XX	XX	doplní uchazeč	XX
30	A	Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze	XX	XX	doplní uchazeč	XX
31	A	Programové vybavení pro provádění měření požívaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel)	XX	XX	doplní uchazeč	XX
32	A	Automatizované měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra s výpočty hodnot S, D, PI, RI na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání	XX	XX	doplní uchazeč	XX
33	A	Programové vybavení pro kardiologická měření a výpočty s možností definování vlastních postupů	XX	XX	doplní uchazeč	XX
34	A	Paměťová smyčka pro uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení	XX	XX	doplní uchazeč	XX
35	A	Přístroj musí vytvářet vlastní databázi patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření	XX	XX	doplní uchazeč	XX

Dokumentace přístroje						
36	A	Interní disk pro záznam obrazové informace (HDD) s kapacitou min. 300GB	XX	Min 300GB	doplní uchazeč	XX
37	A	USB port pro export obrazových nálezů na externí média typu Flash Disk	XX	XX	doplní uchazeč	XX
38	A	USB port pro tisk reportů (text + obrazová dokumentace) na Windows tiskárně	XX	XX	doplní uchazeč	XX
39	A	Interní zapisovací jednotka DVD/CD	XX	XX	doplní uchazeč	XX
40	A	Termotiskárna pro vedení ČB dokumentace	XX	XX	doplní uchazeč	XX
41	A	Komunikační modul Dicom	XX	XX	doplní uchazeč	XX
Ultrazvukové sondy						
42	A	Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s rozsahem pracovních frekvencí min. 3 – 6 MHz	XX	XX	doplní uchazeč	XX
43	A	Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur a cév s rozsahem prac. frekvencí min. 5 – 11 MHz	XX	XX	doplní uchazeč	XX
44	A	Sektorová kardiologická sonda s rozsahem pracovních frekvencí min. 2 - 4 MHz	XX	XX	doplní uchazeč	XX

Moduly pro rozšíření přístroje, včetně uvedení cen za případnem rozšíření nabízeného přístroje				Cena modulu v Kč (bez DPH)
EKG modul pro monitorování EKG křivky	XX	XX	doplní uchazeč	doplní uchazeč
Stress echo – modul zátěžové echokardiografie, včetně analýzy deformačních parametrů	XX	XX	doplní uchazeč	doplní uchazeč
Multiplanární jícnová kardiologická sonda (v rozsahu cca 3 – 8 MHz)	XX	XX	doplní uchazeč	doplní uchazeč
Panoramatické zobrazení – souvislé sejmutí delšího úseku tkáně s následnou rekonstrukcí	XX	XX	doplní uchazeč	doplní uchazeč
Synchronní zobrazení uzv obrazu abdominální sondy s daty stejné tkáně získané z jiné modality (CT nebo MRI) v reálném čase na monitoru sonografu, včetně zařízení pro registraci polohy uzv sondy – tzv. navigace v objemových datech	XX	XX	doplní uchazeč	doplní uchazeč
Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony.	doplní uchazeč (Uved'te obchodní, typové a výkonové označení nabízeného zařízení):			

Datum: doplní uchazeč

doplní uchazeč

Razítko, jméno a podpis Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče

Poznámka:

Na číselné parametry, se vztahuje tolerance +/- 10%.

Všechna pole označená "doplní uchazeč" musí uchazeč doplnit dle jeho nabídky, jiná pole nelze měnit nebo doplňovat.

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
Sídlo: Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Právní forma: veřejnoprávní organizace – příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
IČ: 00839205
Telefon: 517 315 100
E-mail: seidlova@nemvy.cz

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zapsán: [DOPLNÍ UCHAZEČ] v obchodním rejstříku vedeného [DOPLNÍ UCHAZEČ] v oddíle [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložce [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Telefon: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu „Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení“ dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**zařízení**“ nebo „**předmět plnění**“) a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.

- Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství včetně montáže, uvedení zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.
- Součástí předmětu plnění je předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné.
- Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
- Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
- Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Proávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
- Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

- Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
- Kupní cena činí: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč vč. [DOPLNÍ UCHAZEČ]% DPH.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Ultrazvukový přístroj dle tech. specifikace	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření pracující v rozsahu alespoň 3 – 6 MHz	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>
Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření pracující v rozsahu alespoň 2 – 4 MHz	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>
Lineární sonda pro cévní aplikace a na vyšetřování blízkých struktur pracující v rozsahu alespoň 5 – 11 MHz	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>
CENA CELKEM	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>	<i>Doplní uchazeč</i>

- Kupní cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, a to i v případě změny zákonné sazby DPH.
- V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, a záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v

platném znění (dále jen „**zákona o zdravotnických prostředcích**“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace/bezpečnostní prohlídky v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

V. Místo plnění

1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, interní oddělení.
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen Ing. Martin Tollner, tel. +420 517 315 143, e-mail: tollner@nemvy.cz.
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [DOPLNÍ UCHAZEČ], tel. [DOPLNÍ UCHAZEČ], e-mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ].

5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle § 22 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy
 - zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zařízení kupujícím. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - a) označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo kupní smlouvy,
 - d) označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - e) datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - f) stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím.
3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace/bezpečnostní prohlídky (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update

softwaru, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to v předepsaném intervalu 1 x ročně a následně nejpozději jeden kalendářní rok od provedení poslední předcházející pravidelné preventivní prohlídky/validace/revize/bezpečnostní prohlídky. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize/bezpečnostní prohlídky minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize/bezpečnostní prohlídky. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Pro případ trvání opravy delší než 24 hodin se prodávající zavazuje, kupujícímu bezplatně poskytnout na dobu opravy náhradní zařízení – přístroj obdobných parametrů.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného zařízení; nebo

- v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
9. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
10. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (vyplněná příloha č. 2 zadávacích podmínek)

V dne

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ
UCHAZEČ]

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

Ing. Věra Seidlová
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

[jméno] [DOPLNÍ UCHAZEČ]
[jméno a funkce oprávněné osoby] [DOPLNÍ
UCHAZEČ]