

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

ZADAVATEL: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou

IČO: 00226637

Veřejná zakázka:
„Operační světla II“

ENUS MEDICAL s.r.o.

Plkowská 2934/1

193 00 Praha – Horní

Počernice

Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

VYLOUČUJE

účastníka **ENUS MEDICAL s.r.o.** z další účasti v zadávacím řízení, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Odůvodnění:

Zadavatel rozhoduje o vyloučení účastníka v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že účastník nesplnil zadávací podmínky.

Nabídky účastníků byly zkontrolovány z hlediska splnění technických parametrů nabízených svítidel. Zadavatel si v článku 4.1 Výzvy včetně zadávací dokumentace vyhradil, že: „jediným relevantním způsobem prokázání technických parametrů nabízených přístrojů jsou Technické listy výrobců nabízených svítidel.“ Hodnotící komise při posouzení nabídky zjistila, že účastník technické listy výrobce v nabídce nepředložil. Součástí nabídky je Technická specifikace podepsaná účastníkem a tabulka, z níž není zřejmé, k jakému typu svítidla se vztahuje a nemá ani formu čestného prohlášení, neboť není zřejmé, kdo dokument vyhotovil.

Hodnotící komise provedla posouzení splnění technických parametrů nabízených svítidel. Posouzení zpracoval člen hodnotící komise MUDr. Milan Třeštík.

Z posouzení technických parametrů uvedených v nabídce vyplývá, že nabízená svítidla nesplňují technické parametry v níže uvedených parametrech:

velikost světelného pole min.25-30 cm
možnost endo osvitu max. 100 LUX
R9 (Index podání červené barvy): 97
hloubka osvitu 114 cm
příkon 70 W
Zastínění operačního pole 1 překážkou (1hlava) max. 52%
Zastínění op. pole 2 maskami (2hlavy) dle EC max. – v 46%
Zastínění op. pole při hloubkové operativě 60%
Hloubkový osvit L1/L2 v 1140 mm

U těchto technických parametrů nelze ani z Technické specifikace stanovit, zda splňují požadované parametry či nikoliv:

homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
10ti kroková regulace intenzity osvětlení

Nabízená svítidla nesplňují technické parametry požadované zadavatelem a nabídka účastníka tedy nesplňuje zadávací podmínky. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhoduje o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Námítky proti vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka.

V Hodoníně dne 11. 01. 2018

Nemocnice TGM Hodonín

příspěvková organizace -12-
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637

MUDr. Věra Dostálová
ředitelka