



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974

Označené: VZD/04/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 04/1: Samostatná část č.20 „Mikrobiologie“

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se části č. 20. Mikrobiologie, č. pol. 20.1 ELISA Analyzátor otevřený systém, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotazy:

Dotaz č. 1

V ZD je uvedeno, že požadujete zbytkový objem <0,3μl, dle nás je v ZD chyba, protože obvyklý zbytkový objem je <3μl.

Odpověď č. 04/1.1

Zadavatel tímto mění uvedený požadavek. Upravená technická specifikace položky č. 20.1 části č. 20 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu – Revize č.2. Ostatní ustanovení Svazku č.4. Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Dotaz č. 2

Dále požadujete teplotní rozsah +7°C – +50°C, obvyklý rozsah je RT (laboratorní teplota) +7°C – +50°C

Odpověď č. 04/1.2

Zadavatel tímto mění uvedený požadavek. Upravená technická specifikace položky č. 20.1 části č. 20 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu – Revize č.2. Ostatní ustanovení Svazku č.4. Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Otázka č. 04/2: Samostatná část č.1 „Ultrazvuky“

Jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku si Vám dovolujeme v souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zaslat následující dotaz k zadávacím podmínkám:

V zadávací dokumentaci svazek č. 3 - Kvalifikační dokumentace, odd. 7 – Technická kvalifikace, pro část 1 - ultrazvuky, zadavatel požaduje splnění kvalifikačního předpokladu doložením realizací minimálně 3 referenčních zakázek obdobné techniky v posledních třech letech, každá ve finančním rozsahu min. 7 mil. Kč bez DPH. Ve veřejných zakázkách se běžně soutěží ultrazvukové přístroje po 1 - 2 ks, takže při průměrné ceně jednoho přístroje cca 1,5 mil. Kč bez DPH prakticky není možné požadovaný finanční limit splnit.

Dotaz:

Umožní zadavatel, aby pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria uchazeč doložil 3 referenční zakázky ultrazvukových přístrojů, každou ve finančním rozsahu min. 3 mil. Kč bez DPH?



Odpověď č. 04/2

Zadavatel tímto mění ustanovení znění ustanovení čl. 8.1 Svazku č. 3 „Kvalifikační dokumentace“ pro samostatnou část č.1 a nahrazuje ho tímto novým zněním:

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně Minimální finanční objem bez DPH každé z nich musí činit:

– **Pro samostatnou část číslo:1:**

Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:

- dodávka, jejímž předmětem byla dodávka ultrazvukového přístroje nebo ultrazvukových přístrojů ve finančním rozsahu min. 3 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více ultrazvukových přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks ultrazvukových přístrojů.

Otázka č. 04/3: Samostatná část č. 16 „Operační světla“

Chtěla bych vznést připomínku k vyhlášené veřejné soutěži viz Evidenční číslo ve VVZ: **Z2017-025974** (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_13110.html)

8.1. Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.

Pro samostatnou část číslo:16:

Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:

- dodávka, jejímž předmětem byla dodávka operačních světel na operační sály ve finančním rozsahu min. 0,7 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více operačních světel se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 3 ks operačních světel.

Chtěla bych požádat o snížení této částky, protože nám připadá příliš vysoká a zadání veřejné zakázky se tímto jeví jako diskriminační vůči menším dodavatelům. Dodáváme lampy soukromým zařízením, které obvykle kupují pouze jednu samostatnou lampu, specifikace kterou kupují je vždy spíše ekonomická, proto nikdy nemůžeme v dané 1 dodávce dosáhnout minimálního plnění ve výše požadované částce. Minimální plnění z naší strany je 380 000 Kč + 21% DPH.

Odpověď č. 04/3

Zadavatel tímto mění ustanovení znění ustanovení čl. 8.1 Svazku č. 3 „Kvalifikační dokumentace“ pro samostatnou část č.1 a nahrazuje ho tímto novým zněním:

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně Minimální finanční objem bez DPH každé z nich musí činit:

– **Pro samostatnou část číslo:16:**

Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:

- dodávka, jejímž předmětem byla dodávka operačních světel na operační sály ve finančním rozsahu min. 0,38 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více operačních světel se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 1 ks operačních světel.



INFORMACE č. 04/4 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO VŠECHNY SAMOSTATNÉ ČÁSTI PŘEDMĚTNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel upozorňuje všechny dodavatele, na znění ustanovení čl. 8.1 Svazku č. 3 „Kvalifikační dokumentace“. V případě, že u samostatných částí uvedených v předmětném článku, které obsahují více přístrojů zadavatel vymezil ke každému takovému přístroji minimální úroveň finančního objemu každé jednotlivé zakázky má se za to, že dodavatel ve své nabídce prokáže kvalifikaci v tomto případě technickou kvalifikaci ke každému přístroji, který je součástí předmětné samostatné části. Tedy, že v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně byl splněn jejich minimální finanční objem bez DPH u každého jednotlivého přístroje zadavatelem v tomto článku stanoveným.

INFORMACE č. 04/5 O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **12. 3. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**
- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **12.3.2018** Místní čas: **10:00 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Přílohy:

č. 1 – Požadované technické parametry část č. 20 č. položky 20.1 – Revize č. 2 – Svazek č. 4

Ve Vyškově, dne 7.2.2018

.....

Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

Část. č. 20 Mikrobiologie**č. položky. 20.1 ELISA Analyzátor - otevřený systém – 1
Ks**

Otevřený analyzátor pro metodu ELISA umožňující provádět až 48 paralelních metod v 96-jamkovém formátu, s pipetovacím ramenem, promývací stanicí, 12-kanálovým fotometrem a čtyřmi nezávislými inkubátory

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Otevřený systém pro různé dodavatele reagensů
- KAPACITA
 - 4-destičkový analyzátor
 - 4 nezávislé vyhřívané inkubátory
 - 12 metod v jednom běhu
 - 1 fotometr
 - kapacita zásobníku vzorků min. 96 zkumavek se vzorky
 - formát zkumavek:
 - průměr 12 - 16 mm
 - výška 40 - 100 mm
 - mikrozkušavky typu Eppendorf
- TECHNOLOGIE
 - Pipetovací subsystém:
 - pipetovací rameno
 - vyměnitelné špičky
 - vícekrokové ředění
 - pipetovací objemy:
 - pro vzorky v intervalu 10 - 250 µl
 - pro reagensie v intervalu 25 - 1000 µl
- Promývací subsystém:
 - 4 promývací roztoky se snímáním hladiny
 - snímače hladiny pro každý promývací roztok
 - odpadová nádoba s min. objemem 1 l
 - zbytkový objem <3 µl
- Inkubační subsystém:
 - teplotní rozsah RT (laboratorní teplota) +7 °C až +50 °C
 - teplotní stabilita: ±1 °C
 - možnost protřepávání v průběhu inkubace
- Měřicí subsystém:
 - rozsah měření 0,0 - 3,0 OD, 400 - 700 nm
 - min. 6 interferenčních filtrů
 - min. 12 optických kanálů
- Ostatní součásti dodávky:
 - archivování výsledků pacientů
 - řídicí počítač na platformě Windows
 - laserová tiskárna
 - technologie identifikace založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů – čtečka čárových kódů

- komunikační modul pro obousměrné připojení k laboratornímu informačnímu systému Envis/LIMS, s obousměrným přenosem dat o vzorcích (minimálně identifikační údaje vzorku do systému, výsledky do LIS)
- připojení systému do laboratorního informačního systému Envis/LIMS je integrální součástí dodávky a je zahrnut do ceny dodávky
- FUNKCE
 - nezávislé snímání hladin promývacích roztoků
 - detekce bublin
 - detekce sraženin
 - akustická signalizace
 - archivace výsledků
 - možnost naprogramování výpočtu
- PRÁVNÍ A OSTATNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
 - na systém bylo výrobcem vydáno platné prohlášení o shodě
 - systém je zdravotnickým prostředkem in vitro
 - komplexní záruka, vč. všech úkonů garantujících použitelnost pro poskytování zdravotní péče a bezchybný provoz systému min. ve výši 24 měsíců
 - manuál v českém jazyce.

Záruka a servis

- záruka na přístroj min. 24 měsíců

.....

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

.....

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

.....

Frekvence BTK za rok

.....

Obchodní a typový název přístroje:

.....