

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
Kontaktní osoba: [redacted]
IČ: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]
(dále jen „**kupující**“)

a

Jméno: **Medsol s.r.o.**
Sídlo: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Jednající: Michal Baroš, jednatel
Kontaktní osoba: [redacted]
IČ: 242 01 596
DIČ: CZ24201596
Zápis v OR: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143
Bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]
(dále jen „**prodávající**“)

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Systém poskytování časné defibrilace v JmK“, veškeré podmínky této smlouvy musí být vykládány v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedeného zadávacího řízení.

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

- a) automatizovaný externí defibrilátor (dále jen „AED“) včetně SW pro stahování dat a technickým zajištěním přenosu dat v počtu 30 ks,



- b) pomůcka pro vyhodnocování kvality resuscitace (dále jen „pomůcka pro zpětnou vazbu“) v počtu 13 ks,
- c) software (dále jen „SW“) pro vyhodnocení dat z AED a z pomůcky pro zpětnou vazbu v počtu 2 ks,
- d) tréninkové AED (dále jen „trenažér“) v počtu 13 ks

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

3.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu a to včetně uživatelské licence ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, k SW dle čl. 1 písm. a) a c) této smlouvy, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

4.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do třiceti dnů od účinnosti této smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

5.

Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

6.

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši 2 231 500,- Kč. bez DPH a DPH (21%) ve výši 468 615,- Kč. Celková cena předmětu koupě včetně DPH činí 2 700 115,- Kč.

2. Jednotková cena jednotlivých částí předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona. Změna kupní ceny je možná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.



7.

Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Daňový doklad musí dále obsahovat text „Financováno z projektu Složky IZS zachraňují životy s AED, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954“ a číslo veřejné zakázky **P17V00002657**. Nebude-li daňový doklad splňovat veškeré náležitosti požadované tímto bodem smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takový daňový doklad prodávajícímu k opravě, přičemž doba splatnosti se vrácením k opravě přerušuje a nová doba splatnosti začne běžet až po doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

8.

1. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 24 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné písemné reklamace kupujícího. Za dodržení písemné formy reklamace považuje i reklamace zaslaná e-mailem kontaktní osobě uvedené v úvodní části této smlouvy.

2. V případě, že prodávající není schopen s ohledem na charakter vady tuto vadu odstranit ve lhůtě podle odst. 1., poskytne kupujícímu v této lhůtě po dobu odstraňování vady náhradní zboží.

3. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

4. Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle odst. 1 nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

5. Pro případ výskytu neodstranitelné vady je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy.

9.


Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

10.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

11.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.



12.

Prodávající se dále zavazuje poskytnout kupujícímu a všem subjektům oprávněným ke kontrole projektu, ze kterého je tato zakázka financována, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jejích dodatků, jakož i dalších dokumentů, které se zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2028. Tuto povinnost zajistí prodávající i u případných subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Při archivaci dokumentace je prodávající povinen postupovat v souladu s příručkou pro příjemce Operačního programu Zaměstnanost. Prodávající je dle § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

15.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail [REDACTED]

16.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 19 této smlouvy.

17.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

18.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v čl. 15.




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

19.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

v Praze dne 20. 2. 2018



Michal Baroš
jednatel
za prodávajícího


MEDSOL s.r.o. (4)
Lužná 591/4
160 00 Praha 6 – Vokovice
IČ: 212 01 596 DIČ: CZ24201596

v Brně dne *20.2.2018*



Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel
za kupujícího

Příloha č. 1 Specifikace




Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění

Požadavky zadavatele	Účastníkem nabízená hodnota
Jednotlivé části (viz body 1-4) systému poskytování časné defibrilace v JmK jsou funkčně vzájemně kompatibilní	Ano, jednotlivé části (viz body 1-4) systému poskytování časné defibrilace v JmK jsou funkčně vzájemně kompatibilní


1. Automatizovaný externí defibrilátor (dále jen AED)včetně SW pro stahování dat a technickým zajištěním přenosu dat

Model (typové/výrobní označení)::	AED LIFEPAK 1000
Výrobce:	Physio-Control, Inc. (USA)
Počet ks:	30
Jednotková cena bez DPH	45 100 Kč
DPH (21%)	9 471 Kč
Jednotková cena včetně DPH	54 571 Kč

Požadavky zadavatele	Účastníkem nabízená hodnota
1 Defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů s možností následného rozšíření pro použití u dětí všech věkových kategorií	Ano, defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů s možností následného rozšíření pro použití u dětí všech věkových kategorií.
2 Bifázický výboj splňující doporučení ERC GL 2015 se vzestupnou energií až do 360 J nebo jiný ekvivalent dle doporučení výrobce se stejnou účinností	Ano, bifázický výboj splňující doporučení ERC GL 2015 se vzestupnou energií až do 360J.
3 Nastavení síly výboje dle impedance pacienta	Ano, nastavení síly výboje dle impedance pacienta (s kompenzací napětí a doby trvání)
4 Hlasové a vizuální instrukce	Ano, hlasové a vizuální instrukce.
5 Automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace	Ano, automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje (360J) do 30 vteřin od zahájení resuscitace.
6 Možnost konfigurace sekvence energií defibrilace	Ano, uživatelem konfigurovatelná, 150 – 360 J.
7 Systém pro zajištění stahování a přenosu dat do PC, ve formě, která umožní následnou archivaci a analýzu dat	Ano, součástí dodávky je systém pro zajištění stahování a přenosu dat do PC, ve formě, která umožní následnou archivaci a analýzu dat.
8 Kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů	Ano, kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů
9 Minimální požadované příslušenství: ochranný obal, 1 × defibrilační elektrody	Ano, součástí dodávky je příslušenství: ochranný obal a defibrilační elektrody.



10	Možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence	Ano, možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence
11	LCD displej, minimální velikost 5,2“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky	Ano, LCD displej, velikost 5,8“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky.
12	Automatický vnitřní test	Ano, zajišťuje každodenní automatický vnitřní test přístroje a software.
13	Vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu	Ano, vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu.
14	Životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J	Ano, nová baterie umožní 440 výbojů o energii 200 J nebo 1030 minut provozní doby.
15	Garantovaná životnost baterií při pohotovostním režimu min. 5 let	Ano, garantovaná životnost baterií při pohotovostním režimu je 5 let.
16	Maximální hmotnost včetně baterie a elektrod 3,5 kg	Ano, hmotnost 3,2 kg s baterií, kterou nelze dobít, a elektrodami REDI-PAK.
17	Odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55	Ano, odolnost přístroje proti pádu z 1 metru (MIL-STD-810F), odolnost proti prachu/vodě IP55 (IEC 60529).
18	K přístroji existuje tréninkový ekvivalent (shodný design, funkce, činnost s přístrojem musí být analogická jako s AED pro využití u reálné srdeční zástavy)	Ano, přístroj LIFEPAK 1000 má k dispozici tréninkový ekvivalent TRAINER 1000 (shodný design, funkce, činnost s přístrojem je analogická jako s AED LIFEPAK 1000, pro využití u reálné srdeční zástavy).
19	Dodavatel zajistí kompatibilitu se samolepicími defibrilačními elektrodami, které využívá ZZS JmK v sanitních vozidlech tak, aby mohla resuscitace plynule pokračovat i po příjezdu výjezdové skupiny ZZS bez nutnosti přelepování defibrilačních elektrod, pouze po přepojení kabelu elektrod do defibrilátoru. ZZS JmK používá jednotný typ defibrilátorů v celé organizaci – Lifepak 12, 15 s originálními defibrilačními elektrodami PHYSIO CONTROL QUIK COMBO ELEKTRODY PRO DOSPĚLÉ NEBO DĚTI	Ano, přístroj je plně kompatibilní se samolepicími defibrilačními elektrodami, které využívá ZZS JmK tj. s přístroji LIFEPAK 12 a 15. Typ elektrod: ELEKTRODY EDGE SYSTEM S KONEKTOREM QUIK-COMBO®, REDI-PAK, originál Physio-Control, Inc [USA].
20	Certifikace v souladu s: EN 60601-1:1996 + A1/A2 EN 60601-1-2:2001 + A1 EN 60601-1-4:1996 + A1 EN 60601-1-6:2004 EN 60601-2-4:2003 UL 1642:2005 EN 1041:1998	Ano, přístroj je certifikován mj. v souladu s : EN 60601-1:1996 + A1/A2 EN 60601-1-2:2001 + A1 EN 60601-1-4:1996 + A1 EN 60601-1-6:2004 EN 60601-2-4:2003 UL 1642:2005 EN 1041:1998



2. Pomůcka pro vyhodnocování kvality resuscitace (tzv. pomůcka pro zpětnou vazbu)

Model (typové/výrobní označení):	True CPR
Výrobce:	Physio-Control, Inc. (USA)
Počet ks:	13
Jednotková cena bez DPH	37 500 Kč
DPH (21%)	7 875 Kč
Jednotková cena včetně DPH	45 375 Kč


Požadavky zadavatele		Účastníkem nabízená hodnota
1	Přístroj zvyšující kvalitu provádění resuscitace poskytováním zpětné vazby o kvalitě provádění resuscitace	Ano, přístroj zvyšuje kvalitu provádění resuscitace poskytováním zpětné vazby o kvalitě provádění resuscitace
2	Měření skutečné hloubky komprese a uvolnění hrudníku, použití a přesné měření hloubky komprese a uvolnění hrudníku v jednotkách SI (mm, cm) i v případě, že pacient leží na měkké podložce	Ano, měření skutečné hloubky komprese a uvolnění hrudníku, použití a přesné měření hloubky komprese a uvolnění hrudníku v jednotkách SI (mm, cm) i v případě, že pacient leží na měkké podložce.
3	Měření frekvence kompresí hrudníku	Ano, měření frekvence kompresí hrudníku...
4	Poskytnutí zpětné vazby okamžitě, v průběhu resuscitace (pro trénink však s možností vypnout okamžitou hlasovou zpětnou vazbu), možnost získání výsledků o provedené resuscitaci ihned po jejím skončení přímo z displeje přístroje	Ano, poskytnutí zpětné vazby okamžitě, v průběhu resuscitace (pro trénink s možností vypnout okamžitou hlasovou zpětnou vazbu), možnost získání výsledku o provedené resuscitaci ihned po jejím skončení přímo z displeje přístroje...
5	Možnost stažení komplexních dat do PC ve formátu pdf nebo možnost analýzy dat ve vyhodnocovacím SW, který bude zároveň kompatibilní se SW k vyhodnocení dat z AED.	Ano, Možnost stažení komplexních dat do PC ve formátu pdf nebo možnost analýzy dat ve vyhodnocovacím SW Code Stat 10.0, který bude zároveň kompatibilní se SW k vyhodnocení dat z AED LIFEPAK 1000.
6	Použití přístroje po dobu min. 3 hodin bez výměny baterie, či její dobití, upozornění na blížící se nutnost výměny baterie	Ano, použití přístroje po dobu min. 3 hodin bez výměny baterie, či její dobití, upozornění na blížící se nutnost výměny baterie - objeví se, když je zbývající kapacita baterie menší než na 25 minut provozu...
7	Barevný TFT displej pro snadné poskytnutí okamžité zpětné vazby	Ano, barevný TFT displej pro snadné poskytnutí okamžité zpětné vazby... Typ: barevný TFT displej s LED podsvícením.
8	Vysoká odolnost přístroje, min. IP55	Ano, IP55
9	Dodávka vč. pouzdra na přístroj	Ano, součástí dodávky je pouzdro na přístroj...
10	Přístroj lze využít při tréninku resuscitace i při reálné resuscitaci.	Ano, přístroj lze využít při tréninku resuscitace i při reálné resuscitaci...
11	Certifikace v souladu s: EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2010 EN 1789:2007 + A1(2010) EN ISO 10993-1:2009 EN 1041:2008	Ano, Certifikace v souladu s: EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2010 EN 1789:2007 + A1(2010) EN ISO 10993-1:2009 EN 1041:2008



3. SW pro vyhodnocení dat z AED a z pomůcky pro zpětnou vazbu

Název:	SW Code Stat 10.0
Počet ks:	2
Jednotková cena bez DPH	39 500 Kč
DPH (21%)	8 295 Kč
Jednotková cena včetně DPH	47 795 Kč

Požadavky zadavatele		Účastníkem nabízená hodnota
1	Vyhodnocovací SW, umožňující shromažďování, archivaci a retrospektivní analýzu veškerých dat stažených při použití automatizovaného externího defibrilátoru	Ano, nabízený SW umožňuje shromažďování, archivaci a retrospektivní analýzu veškerých dat stažených při použití automatizovaného externího defibrilátoru...
2	Umožnění tisku záznamu celé poskytnuté resuscitace	Ano, umožnění tisku záznamu celé poskytnuté resuscitace...
3	Měření frekvence kompresí hrudníku	Ano, měření frekvence kompresí hrudníku...
4	Možnost tvorby přehledných grafických sestav o kvalitě poskytované resuscitace na základě parametru jako např.: frekvence poskytnutých kompresí za celou dobu resuscitace, vč. pauz pro ventilaci nebo defibrilaci, počet poskytnutých kompresí/min, zaznamenání jakéhokoliv přerušení kompresí hrudníku, podané výboje v průběhu KPR, EKG křivku, souhrnné informace o klíčových časových údajích resuscitace	Ano, nabízený SW umožňuje tvorbu přehledných grafických sestav o kvalitě poskytované resuscitace na základě parametru jako např.: frekvence poskytnutých kompresí za celou dobu resuscitace, vč. pauz pro ventilaci nebo defibrilaci, počet poskytnutých kompresí/min, zaznamenání jakéhokoliv přerušení kompresí hrudníku, podané výboje v průběhu KPR, EKG křivku, souhrnné informace o klíčových časových údajích resuscitace...
5	Možnost editace záznamu	Ano, nabízený SW umožňuje editace záznamu...
6	Tvorba souhrnných výstupu	Ano, nabízený SW umožňuje tvorbu souhrnných výstupu...
7	Dodavatel zajistí kompatibilitu se stávajícím systémem hodnocení resuscitací na ZZS JmK. ZZS JmK používá SW Code Stat 9.0 výrobce Physio-Control	Ano, zajistíme kompatibilitu se stávajícím systémem hodnocení resuscitací na ZZS JmK, tj. SW Code Stat 9.0 výrobce Physio-Control...



4. Tréninkové AED (trenažér)

Model (typové/výrobní označení):	Trainer 1000
Výrobce:	Physio-Control, Inc. (USA)
Počet ks:	13
Jednotková cena bez DPH	24 000 Kč
DPH (21%)	5 040 Kč
Jednotková cena včetně DPH	29 040 Kč

Požadavky zadavatele		Účastníkem nabízená hodnota
1	AED určený pro tréninkové účely, tzn. schopný simulovat defibrilaci pacienta, ovšem bez podání reálného defibrilačního výboje	Ano, Trainer 1000 je určený pro tréninkové účely, tzn. schopný simulovat defibrilaci pacienta, ovšem bez podání reálného defibrilačního výboje...
2	Přístroj musí být vzhledově i funkčně plnohodnotným tréninkovým ekvivalentem dodávaného automatizovaného externího defibrilátoru určeného pro „ostré“ použití - trenažér se shodnou obsluhou a shodným menu, jako nabízené AED	Ano, Trainer 1000 je vzhledově i funkčně plnohodnotným tréninkovým ekvivalentem dodávaného automatizovaného externího defibrilátoru AED LIFEPAK 1000, určeného pro „ostré“ použití - trenažér se shodnou obsluhou a shodným menu, jako nabízené AED...
3	Dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem	Ano, součástí dodávky je ovladač pro dálkové ovládání pro simulaci stavu pacienta instruktorem...
4	Min. 20 ks tréninkových elektrod ke každému z trenažérů jako součást dodávky	Ano, součástí dodávky je 20 ks tréninkových elektrod ke každému z trenažérů jako součást dodávky...
5	Přístroj napájený nabíjecí baterií (nabíječka bude součástí dodávky)	Ano, přístroj je napájený nabíjecí baterií. Součástí dodávky je nabíječka ...
6	Provoz na baterii min. 3 hodiny	Ano, provoz na baterii je min. 3 hodiny...
8	Signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu	Ano, přístroj signalizuje nutnost servisního zásahu...
9	Možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje	Ano, možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje...