

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Inkubátor mladých vědců_dodávky vybavení
laboratoří**

Zadavatel:

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
IČ: 62157264



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotaz se týká druhé části veřejné zakázky – dodávka chromatografů. Je možné nabídnout GC s programovatelnou rychlostí ohřevu pece v rozsahu 0°C/min až do 120°C/min a možností zchlazení pece ze 450°C na 50°C do 3,4 minuty?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel uvádí, že pro uvedený GC systém musí trvat na předložených parametrech, tj.: Programovatelná rychlost ohřevu pece v rozsahu od 0°C/min. minimálně do 150°C/min a možnost zchlazení pece z 450°C na 50°C do 2 min. (bez použití kapalného dusíku nebo oxidu uhličitého, tj. pouze vzduchem). Uvedený systém bude velmi intenzivně používán při výuce v laboratořích organické chemie, kde není možné, aby se téměř dvojnásobně prodlužovaly čekání na zchlazení pece mezi jednotlivými analýzami. Docházelo by tak ke značnému zpoždění výuky.

V Brně, dne 6. 4. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele