

Kupní smlouva pro 1. část veřejné zakázky

Kupní smlouva

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení způsobilí k právním úkonům, a to:

1. Kupující:

název:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
sídlo:	Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
zastoupený:	MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou
IČ:	00226637
DIČ:	CZ00226637
bankovní spojení:	KB a.s. Hodonín
číslo účtu:	86-2441440297/0100

(dále jen jako „kupující“ na straně jedné)

2. Prodávající:

název:	IMEDEX s.r.o.
sídlo:	Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové
statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Dufka
IČ:	27510204
DIČ:	CZ27510204
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	117057983/0300
email:	imedex@imedex.cz

(dále jen jako „prodávající“ na straně druhé)

uzavřít tuto

kupní smlouvu

I. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zakázku na dodávky s názvem „**Nákup zdravotnických přístrojů – PH metru, tavičky, VAPR přístroje a resuscitačního lůžka polohovatelného do stran**“, na základě které byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. Prodávající se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v této smlouvě, jakožto i podmínky vyplývající z výše uvedené veřejné zakázky.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu přístroje: **PH metr - Impedance** (dále jen „lékařská technika“, „lékařský přístroj“), v množství, způsobem a jakosti dle příslušné přílohy č. 1 Technické specifikace a této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo, a dále závazek kupujícího zaplatit za předmět této smlouvy sjednanou kupní cenu.
2. Smluvní strany se dohodly na dodávce lékařské techniky a přístrojů. Bližší údaje týkající se předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí závazku prodávajícího dodat lékařskou techniku a přístroje je dále závazek prodávajícího uvést přístroje do provozu, proškolit pracovníky kupujícího, zajistit zkušební provoz, poskytovat záruční servis a od okamžiku uplynutí záruční doby pozáruční servis včetně pravidelných prohlídek. Podmínky poskytování pozáručního servisu jsou blíže specifikovány v článku VI této Kupní smlouvy.
4. Prodávající se dále zavazuje ve lhůtě pro dodání lékařské techniky a přístrojů dodat k tomuto přístroji:
 - technologické certifikáty, kterými disponuje,
 - prohlášení o shodě dodávaného přístroje s technickými požadavky kupujícího na plnění,
 - certifikáty či oprávnění na provádění servisu, příp. seznam společností, které mají oprávnění provádět servis na tomto přístroji v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
 - další doklady potřebné k užívání přístroje, a to zejména návod k použití v českém jazyce, záruční listy, dodací list apod.
5. Prodávající prohlašuje, že:
 - je plně oprávněn k prodeji lékařské techniky a přístrojů podle této smlouvy včetně oprávnění převést vlastnictví k věci na kupujícího,
 - věc není zatížena žádným právem třetí osoby či třetích osob, zejména že není předmětem zástavního práva, předkupního práva či na ni nevázne věcné břemeno,
 - věc nepochází z trestné činnosti, z výsledku trestné činnosti či jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

III. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat všechnu techniku a přístroje s listinami uvedenými v článku II. odst. 4 této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne písemného oznámení o zahájení dodávky prodávajícímu.
2. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění dle této smlouvy je Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, dětské oddělení.
3. Předmět plnění dle této smlouvy se smluvní strany zavazují předat na základě písemného předávacího protokolu. Přejechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem jeho podpisu.

VI. Pozáruční servis

1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly na poskytování pozáručního servisu kupujícímu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty. Pozáruční servis se zavazuje provádět prodávající, případně společnost, na kterou prodávající tento závazek převede. Proávající však ručí za to, že pozáruční servis bude na přístrojích proveden v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena pozáručního servisu je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za 1 hodinu servisu technika v Kč bez DPH 400 Kč

Cena za 1 preventivní prohlídku v Kč bez DPH 2 500 Kč

Uvedené ceny jsou včetně dopravy technika a dalších nezbytných nákladů. Výše uvedené ceny nezahrnují cenu náhradních dílů.

3. Uvedené sazby pozáručního servisu jsou pro prodávajícího závazné po celou dobu jeho poskytování, mohou být změněny pouze s účinností od roku 2015, pokud vývoj cen v národním hospodářství (inlace) přiznaný za předešlý kalendářní rok v meziročním nárůstu v ČR přesáhne 2 %. V tomto případě lze navýšit cenu pouze o částku odpovídající výši inflace v ČR předchozího kalendářního roku oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, a vyhotovením písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pro případ nedodržení povinnosti prodávajícího poskytnout kupujícímu pozáruční servis a tento provést v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, případně zajistit společnost, která tento závazek splní na místo prodávajícího, zavazuje se prodávající k náhradě škody, která tímto kupujícímu v důsledku této skutečnosti vznikne.
5. V průběhu jednoho kalendářního roku bude provedena alespoň jedna preventivní prohlídka.
6. Při provádění pozáručního servisu, konkrétně při dodávání náhradních dílů, nemůže cena náhradních dílů překročit cenu v místě a čase obvyklou.

VII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva je účinná do doby uplynutí lhůty poskytování pozáručního servisu. Lhůta poskytování pozáručního servisu je stanovena na 8 let od uplynutí záruční doby.
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
3. Smluvní strany se dále dohodly na právu kupujícího vypovědět tuto smlouvu co do závazku prodávajícího poskytovat kupujícímu pozáruční servis s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
4. Kupující je oprávněn od této smlouvy nad rámec zákonných důvodů dále odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů,
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží
5. Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - úpadku kupujícího ve smyslu ust. §3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží,
 - prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než 30 kalendářních dnů.

6. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na náhradu škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
7. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
8. V případě opakovaných závad na přístroji po dobu plynutí záruční lhůty si kupující vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady spojené s pořízením přístroje - kupní cenu přístroje. Prodávající na vlastní náklady zajistí odvoz přístroje v termínu určeném kupujícím.

VIII. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vzniklé nebo v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, případně dalšími zákony a jinými právními předpisy, jejichž ustanovení se vztahují k této smlouvě.
2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné činit pouze v písemné formě, a to na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
4. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy.
6. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
8. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu kupujícího, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Prodávající bere na vědomí, že ve lhůtě dle §147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit kupujícímu seznam subdodavatelů.
11. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

V Hodoníně dne 19. 05. 2014

.....
MUDr. Věra Dostálová
Ředitelka

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace

V Hradci Králové dne 15. 5. 2014

.....
Mgr. Jaroslav Dufka
Jednatel

IMEDEX ©
IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové

Příloha č. 1 - přehled technických parametrů a funkčních vlastností přístrojů

PH metr - Impedance

Systémové číslo VZ: 484360
 Evidenční číslo ve VVZ: 370543
 Název zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
 Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
 Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou - ředitelkou

Nabízený přístroj: PH metr - Impedance:	
Obchodní název a typové označení přístrojů	Digitrapper pH/Z
Výrobce přístroje	Given Imaging Digitrapper pH/Z

Požadované vlastnosti přístroje:

Požadovaný parametr	Nabízené parametry systému	
Uživatelsky velmi jednoduchý, malý a lehký ambulatorní rekordér k diagnostice Gastro-esofageálního refluxního onemocnění (GERD) a nekardiální bolesti na prsou.	ANO	
Detekování veškerých reflexních aktivit v jícnu využitím měření impedance a současně i monitorování pH ve vzdálenosti 3/5 cm nad LES.	ANO	
Monitorování impedance a současně i monitorování pH v oblasti UES vhodným katetrem.	ANO	
Měření katetry s 1 nebo 2 pH kanály, min. 6 impedančních kanálů.	ANO	
Analýza kyselých, nekyselých a slabě kyselých epizod.	ANO	
Přenos dat klasickým kabelovým připojením nebo bezdrátovou technologií bluetooth.	ANO	USB
Software pro práci s databází pacientů, analýzu jednotlivých měření a epizod pro kapalinu a plyn.	ANO	
Součástí dodávky je spotřební materiál pro vstupní vyšetření.	ANO	
Součástí dodávky je řídicí počítač.	ANO	

V Hradci Králové dne 15. 5. 2014

Nemocnice TGM Hodonín
 příspěvková organizace
 Purkyňova 11
 695 26 Hodonín -1-

Za uchazeče:

Mgr. Jaroslav Dufka,

Jednatel

IMEDEX ©
 IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200
 500 02 Hradec Králové
 DIČ: CZ27510204, Tel.: 495 260 286

Technická specifikace: Digitrapper pH-ZTM Systém

Rekordér pH:

Počet pH kanálů: 2 maximum (ze dvou konektorů)
Frekvence 1s (1 vzorek za sekundu)
Rozsah měření: 0 až 14 pH
Přesnost měření: 0.1pH
Typy katétrů: antimonový
Široký sortiment pHmetrických sond s možností záznamu pH 3 a 5 cm nad dolním jícnovým svěračem-

Impedance:

Počet kanálů Impedance: 6
Měřené frekvence: Mezi 1KHz a 2kHz
Měření proudu (mezi párem snímačů): Typicky 6 μ Arms
Měřený proud (celkem): <100 μ A
Vzorkovací frekvence: Méně než 20 ms (64Hz)
Rozsah měření: 100 Ω až 10k Ω
Odchylka měření: menší než \pm 5%
Typické hodnoty naměřené impedance jsou:
jícen střední 2.25 k Ω
vzduch v jícnu: náhlý vzestup nad 3 k Ω

Software

AccuView™ Vyhodnocovací software
Aktuální zobrazení: Záznam je vyjádřen vrstevnicemi o stejné impedanci s možností přepnutí do klasického liniového zobrazení
Real-time zobrazení /animace/: Impedanční a pHmetrický záznam je převeden do vztahu k anatomickým poměrům pacienta.
Ovládání: Plná integrace dotykového ovládání a standardních prvků /myš+klávesnice/
Hodnocení: Replay (video) a statické (scrollthrough) soubor dostupný pro přezkoumání režimů.
Analytické nástroje k dispozici v každém režimu.
Analytické nástroje: vestavěná funkce poskytující aktuální kvantitativní výsledky počtu refluxů, korelace symptomů, impedanční analýzy a dalších parametrů. Detailní analýza může být vypočtena buď automaticky či po manuální korekci.
Vytvoření Reportu: Uživatelem předdefinované reporty jsou ve formátu doc a tištěny integrovanou tiskárnou, odsílány emailem či zálohovány ve stanici.

Záruka

Pracovní stanice - 2 roky na díly a servis
Provozní podmínky a skladování
Teplota: 10 až 40 ° C -40 až +70 ° C
Relativní vlhkost: 30 až 75% RV 10 až 100% rH
Atmosférického tlaku: 700 až 1060hPa 500 až 1060hPa

