



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k veřejné zakázce v otevřeném nadlimitním řízení s názvem

„Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – Odborné vybavení pro zdravotnické a veterinární učebny“

vyhlášené zadavatelem Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou Boskovice, příspěvková organizace

I.

Zadavatel dne 24. 4. 2018 vyhlásil zadávací řízení k veřejné zakázce v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – Odborné vybavení pro zdravotnické a veterinární učebny“. V souladu s ustanovením § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto zadavatel poskytuje všem účastníkům odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

II.

Zadavatel dne 23. 5. 2018 obdržel níže uvedené dotazy účastníka o zakázku.

Dotaz č. 1

Zadavatel v části 1 u položky 1. Lůžko intenzivní péče požaduje LCD v hlavové postranici a zároveň LCD sesterský ovládací panel umožňující umístění kamkoli po obvodu lůžka. Lůžka pro intenzivní péči se vyrábějí s LCD panelem v postranici, ale sesterský ovládací panel, který je možné umístit po obvodu lůžka, se vyrábí bez LCD.

Připustí zadavatel nabídku lůžka intenzivní péči s LCD panelem v hlavové postranici a se sesterským ovládacím panelem bez LCD, který je možné umístit po obvodu lůžka?

Odpověď č. 1

Pro lůžko intenzivní péči je přípustná a vyhovující varianta s LCD panelem v hlavové postranici a se sesterským ovládacím panelem bez LCD. Sesterský panel je možné umístit po obvodu lůžka.

Dotaz č. 2

Zadavatel v části 1 u položky 13. Ošetřovatelské lůžko 2 s hrazdou a rukojetí požaduje nosnost min. 250 kg. Lůžka odpovídající ostatním požadovaným parametrům se vyrábí s nosností 200 kg. Speciální lůžka s vyšší nosností nesplňují několik jiných parametrů.

Připustí zadavatel nabídku lůžka s nosností 200 kg?



Odpověď č. 2

Pro ošetřovatelské lůžko 2 je přípustná a funkčně dostačující nosnost min. 150 kg.

Dotaz č. 3

Zadavatel v části 1 požaduje systém pro monitoring patientských lůžek – položka číslo 27.

Výrobce lůžek, který nabízel lůžka s monitoringem vitálních funkcí pacienta ukončil výrobu tohoto systému. Na trhu není ani jiný výrobce, který by lůžko s monitoringem dodával. Lůžko v požadované konfiguraci není možné dodat. Připustí zadavatel nabídku lůžka bez monitorování zdravotního stavu pacienta? Tzn. lůžko v konfiguraci:

Systém pro monitoring až 5 patientských lůžek zaručuje nepřetržitou kontrolu nastavením lůžek. Zabudované snímače hlídají hlavní bezpečnostní prvky lůžka. Systém neustále vyhodnocuje bezpečné nastavení lůžka.

Technické parametry:

- *signalizace: odchylky od požadovaného stavu lůžek*
- *možnost individuálního nastavení pro jednotlivé pacienty*
- *signalizace stavu lůžka: výška lůžka, zabrždění lůžka, nastavení zádového dílu v případě nižší jak min. 30 %, poloha postranic lůžka, opuštění lůžka v případě integrovaných vah v lůžku, hmotnost pacienta v případě integrovaných vah v lůžku.*
- *možnost sledování hodnot na dotykové obrazovce, PC*
- *komunikace lůžko-server: prostřednictvím místní sítě (LAN)*
- *bezdrátově: IEEE 802.11 b/g – Wi-Fi*
- *ethernet: IEEE 802.3*
- *PC/notebook/laptop s web prohlížečem: podporujícím protokol min. HTML5*
- *podporovaná rozhraní pro export dat: min. HL7, xml*

Odpověď č. 3

Není přípustná varianta lůžek bez monitoringu vitálních funkcí pacienta, ale není nutná varianta systému integrovaného v lůžcích. Je přípustné a vyhovující funkční provedení pomocí externího monitoringu vitálních funkcí (v rozsahu popsaném ve standardu) u jednotlivých lůžek s centrálním přehledem.

Dotaz č. 4

Zadavatel v části 1 požaduje nástěnnou lůžkovou rampu s příslušenstvím – položka číslo 31.



Jsou do míst instalace přivedeny funkční rozvody medicinálních plynů? Případně budou se v rámci instalace dělat? Jde především o místo instalace stropního stativu, kdy pro elektropneumatické brzdy ramen stativu je využíván stlačený vzduch.

Odpověď č. 4

Stropní stativ bude umístěn v odborných školských učebnách, kde není a nelze předpokládat (oproti nemocničním zařízením) rozvod medicinálních plynů. Zajištění přívodu stlačeného vzduchu je nutné řešit v rámci instalace a montáže stativu pomocí externě umístěného kompresoru, který bude součástí příslušenství k zajištění funkčnosti stropního stativu.

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje v části 5 duální mikroskop s integrovanou kamerou – položka číslo 7. V technické specifikaci uvádí mimo jiné i následující:

- Dodavatel musí zajistit plnou kompatibilitu propojení se standardem č. 8. Účastník se domnívá, že standard číslo 8 není součástí zadávací dokumentace, následující položka je „8.Spektrofotometr“ se standardem číslo 9. Chápe účastník správně, že se jedná o administrativní chybu a mikroskop nemá splňovat kompatibilitu se spektrofotometrem?

Odpověď č. 5

Chápete zcela správně, že mikroskop nemá být kompatibilní s položkou č. 8 spektrofotometr. Ano, jedná se o administrativní chybu.

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje v části 5 dodat Autokláv – položka č. 6. Neuvádí však již zda požaduje validaci zařízení. Zpravidla se validace provádí při instalaci do zdravotnických zařízení, kdy se musí validovat každý program, kterým autokláv disponuje. Každá tato jedna validace se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Jelikož se jedná o zařízení, které bude sloužit pouze pro výuku studentů, domníváme se, že zadavateli bude stačit provést na tomto zařízení pouze kalibraci přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku autoklávu s kalibrací zařízení?

Odpověď č. 6

U autoklávu nepožadujeme validaci zařízení, bude opravdu sloužit pouze k výuce studentů.

Dotaz č. 7

Zadavatel v části 2 požaduje dodat i soubor „Vyšetřovací přístroje s příslušenstvím – sestava“. Ve standardech je uvedeno, že součástí této sestavy jsou přístroje č. standardu



82a, 82b, 82c. Zadavatel však v tabulce cenová nabídka pro část 2 ponechal všechny položky rozepsané, tudíž jsou v cenové nabídce duplicitně. Chápe účastník správně, že položku číslo 31 nemá vyplňovat a vyplní pouze položku č. 32, 33 a 34?

Odpověď č. 7

Položka č. 31 je celkovým souhrnem sestavy všech vyšetřovacích přístrojů a nebude se vyplňovat. V cenové nabídce se vyplní v odpovídající specifikaci dle standardu jednotlivé položky č. 32, 33 a 34

Dotaz č. 8

11. Patologický model slinivky, dvanáctníku a žlučníku

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku anatomického modelu s orgány v životní velikosti, avšak s celkovými rozměry cca 19,4 x 6,25 x 14,4, podstavec 12,5 x 16,25cm?

Odpověď č. 8

Stěžejním kritériem modelu je životní velikost orgánů, případná odchylka 20% celkových obrysových rozměrů od popisu ve standardu je přípustná.

Dotaz č. 9

28. Trenažér pro ušní diagnostiku

Podle specifikace zadavatele se jedná o model, který výrobce Adam Rouilly již nemá v nabídce.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku modelu s více patologickými stavy, avšak bez možnosti nácviku výplachu nebo model s možností výplachu, ale s menším počtem patologických stavů než 12?

Odpověď č. 9

Možnost nácviku výplachu ucha je zásadní a požadovaným kritériem modelu, menší počet patologických stavů než 12 je akceptovatelný, avšak musí jich být min. 9. Přípustnou a vyhovující variantou je také dodání sestavy dvou samostatných modelů, jeden sloužící k nácviku výplachu ucha a druhý s 9 a více patologickými stavy.

Dotaz č. 10

50. Intramuskulární a inkekcční model kyčle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POdle specifikace zadavatele se jedná o model, který výrobce Gaumard Scientific již nemá v nabídce.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku injekčního modelu hýždí s částečně odhalenou anatomíí, avšak bez možnosti femorálního přístupu?

Odpověď č. 10

U modelu pro nácvik intramuskulární injekce do hýždí je zásadním a požadovaným kritériem viditelná anatomie (uložení svalů, cév a nervů) v oblasti jedné poloviny torza hýždí v životní velikosti. Model bez možnosti femorálního přístupu je akceptovatelný.

III.

Na základě změny a doplnění zadávacích podmínek dle § 99 zákona a neuveřejnění vysvětlení dle § 98 odst. 4 zákona prodlužuje zadavatel **lhůtu pro podání nabídek do 9. 7. 2018 do 16 hod.**

V Olomouci dne 30. května 2018

.....
Mgr. Veronika Hikešová
zástupce zadavatele