



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 82700/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 7.6. 2018

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Myčky podložních mís – Letovice a Skalice“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Myčky podložních mís – Letovice a Skalice“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 6.6.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V souladu s § 89 ZZVZ nesmí zadavatel upřednostnit určité dodavatele nebo výrobky a účastníkovi musí být vždy dovoleno nabídnout obdobné technické řešení, které splňuje požadovaný medicínský účel a použití. Požadavek na šířku 450mm splní pouze produkt jedné konkrétní společnosti a dochází tím k omezení možného počtu účastníků výběrového řízení. Umožní zadavatel předložit nabídku zařízení se šířkou 500 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že z důvodu omezených prostor pro umístění myček podložních mís nemůže zadavatel akceptovat rozměr myčky širší než 450 mm.

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v.r.

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Jihomoravského kraje