



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 82690/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 7.6. 2018

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Myčky podložních mís – Břeclav“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Myčky podložních mís - Břeclav“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 6.6.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro položku „mycí a dezinfekční automat“ požaduje konkrétní provedení labyrintové těsnění. Způsob provedení dveří nemá vliv na funkčnost a účel přístroje. Zadavatel tímto omezil možnost podání nabídky i od světově prémiových výrobců, kteří používají pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí těsnění. Na námi nabízené těsnění poskytujeme garanci 10 let a díky tomu zadavateli nevznikají zvýšené náklady na servis mycího a dezinfekčního automatu.

Technické podmínky jsou dle §89 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Námi nabízený mycí a dezinfekční automat splňuje veškeré technické požadavky na provoz a účel použití. Bude zadavatel akceptovat nabídku myčky s alternativním těsněním mycí komory?

Odpověď na dotaz č. 1

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, zadavatel trvá na labyrintovém těsnění, které je požadováno. Toto bezdotykové a bezúdržbové nerezové těsnění je hygienicky bezpečný uzávěr znemožňující usazování bakterií, jako například pod gumovým těsněním. Zadavatel má za to, že se jedná o rozšířené technického řešení. Labyrintové těsnění nabízí různí výrobci, proto nespátřujeme v tomto požadavku žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel bude akceptovat pouze řešení, které odpovídá požadavkům příslušných norem.

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v.r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje