



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 128866/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 7.9. 2018

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 7.9.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Zadavatel ve smlouvě, v technické specifikaci v Zadávacím řízení veřejné zakázky „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“ požaduje mimo jiné konkrétní funkci u lůžek - Automatická střední poloha 40 cm.

Automatická střední poloha 40 cm nemá vliv na funkčnost a účel přístroje. Zadavatel tímto omezil možnost podání nabídky i od světově prémiových výrobců, kteří toto řešení již nepoužívají, neboť střední hodnota 40 cm je překonána, např. z důvodu, že různí pracovníci mají různou tělesnou výšku a pro všechny není ideální a hlavně ergonomická střední výška 40 cm.

Technické podmínky jsou dle §89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek požadavky na

vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické

podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Bude zadavatel akceptovat nabídku lůžek bez Automatické střední výšky 40 cm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na technických specifikacích stanovených v obchodních podmínkách.

Střední poloha 40 cm neslouží primárně pro personál, ale taktéž pro klienta.

Je to ideální výška pro jednoduchou mobilizaci (s matrací) klienta a pomáhá personálu, který nemůže nastavit špatnou polohu.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje