



## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 129011/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 7.9. 2018

### Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Bažantnice – lůžko, vozík, zvedák, židle“

#### Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

#### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Bažantnice – lůžko, vozík, zvedák, židle“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 7.9.2018 poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Ve VZ "Bažantnice - lůžko, vozík, zvedák, židle" v Požadovaných technický parametrech u požadovaného výrobku elektricky zvedaná hygienická židle požadujete mimo jiné i:

- centrální brzdění 2 výsuvnými brzdami pod podvozkem, ovládané z dálkového ovladače nebo ovládacího panelu umístěného u madla
- přední kolečka: min. ø 125 mm zdvojená
- zadní kolečka: min. ø 100 mm zdvojená

Způsob brzdění jako požadované centrální brzdění nemá vliv na funkčnost a účel výrobku - hygienické židle.

Velikost a typ koleček jako požadovaná přední kolečka: min. ø 125 mm zdvojená a zadní kolečka: min. ø 100 mm zdvojená nemají vliv na funkčnost a účel výrobku, kterým je hygienická židle.

Technické podmínky jsou dle §89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. V tomto případě uvedené požadavky vytváří neodůvodněné překážky a zaručují určitým dodavatelům konkurenční výhodu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s dvěma brzděnými zadními koly o průměru 100 mm?

**Odpověď na dotaz:**

**Zadavatel bude akceptovat nabídku i se dvěma brzděnými zadními koly o průměru 100 mm.**

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje