



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 129715/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 10.9. 2018

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 9.9.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Na základě Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Lůžka – SENIOR centrum Blansko“, kde popisujete mimo jiné, že je to ideální výška pro jednoduchou mobilizaci (s matrací) klienta a pomáhá personálu, který nemůže nastavit špatnou polohu. Jelikož tloušťka samotné pasivní matrace může činit podle druhu 10-20 cm a při použití další aktivní matrace o tloušťce 10-20 cm, střední poloha 40 cm ztrácí pro klienta-pacienta i obsluhu význam, neboť součet tloušťky matrací může být v rozmezí 10-40 cm. Tedy výška hrany matrace od podlahy se při použití automatické střední polohy 40 cm může podle použitých matrací lišit až o 30 cm! Podle našeho názoru trvání na automatické střední poloze 40 cm zadavatel omezil možnost podání nabídky, jak bylo popsáno v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.9.2018 a porušil §89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Opíráme se také o vysvětlení zadávací dokumentace z 8.8.2018 k veřejné zakázce Matrace a postele – Domov na Jarošce a Habrovanský

zámek, ve kterém na stejný dotaz zadavatel rozhodl odstranit požadavek na automatickou střední polohu 40 cm. Toto rozhodnutí bereme jako určitý precedent. Bude zadavatel akceptovat nabídku bez automatické střední polohy 40 cm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na technických specifikacích stanovených v obchodních podmínkách.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje