

**Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**  
**Brněnská 716/41**  
**693 01 Hustopeče**

**Vysvětlení zadávací dokumentace 1**  
**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Obnova rentgenového přístroje“**

**1. Zadavatel**

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace  
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče  
IČ : 04212029  
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893  
jehož jménem jedná: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice  
tel.: +420 519 407 311  
fax: +420 519 407 399  
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800  
(dále jen objednatel),  
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal  
Tel: 519407302  
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

**2. Text vysvětlení**

**Dotaz č. 1**

**V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:**

**Pojízdný stropní stativ s rentgenkou**

- **rotace rentgenky okolo vertikální osy min. +/- 150° (a více)**

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému s rotací rentgenky okolo vertikální osy +200°/-135°? Celkový rozsah rotace je větší než požadovaný, domníváme se, že námi nabízený rozsah je pro zadavatele výhodnější i když jeho stranové rozdělení je nepatrně jiné než požadované v ZD?

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému s rotací rentgenky okolo vertikální osy +200°/-135°.

**Dotaz č. 2**

**V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:**

**Snímkovací stůl**

- **elevační s výškou plovoucí desky, spodní pozice min. 50 cm a horní pozice min. 80cm**

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému s výškou elevace 53,3 – 85cm. Celkový rozsah elevace je větší než požadovaný, nepatrný posun nemá žádný vliv na předpokládaný medicínský způsob využití. Domníváme se, že námi nabízený rozsah je pro zadavatele výhodnější, i když nepatrně jiný než požadovaný v ZD.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému s výškou elevace 53,3 – 85 cm.

**Dotaz č. 3**

**V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:**

**Snímkovací stůl**

- **možnost posunu desky podélně +/- 39 cm, příčně +/- 11 cm**

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému s možností posunu desky stolu +/-38cm podélně a +/-13cm příčně, kdy současně je podélně pohyblivá i bucky jednotka po dráze 50,5cm.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému s možností posunu desky stolu +/- 38cm podélně a +/-13cm příčně, kdy současně je podélně pohyblivá i bucky jednotka po dráze 50,5cm.

**Dotaz č. 4**

**V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:**

**Snímkovací stůl**

- **bucky clona s velmi jemnou pohyblivou mřížkou min. 36 čar/cm (ohnisková vzdálenost cca 100 cm)**

**Vertikální stativ**

- **pohyblivá bucky clona s velmi jemnou mřížkou min. 43 čar/cm (ohnisková vzdálenost 150 cm)**

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému, který bude vybaven moderním řešením s pevnými mřížkami s vysokou hustotou lamel? (např. pro stůl Grid R12/L90/F100 a pro vertigraf Grid R12/L90/F180).

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému, který bude vybaven moderním řešením s pevnými mřížkami s vysokou hustotou lamel.

**Dotaz č. 5**

**V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:**

**Pojízdný stropní stativ s rentgenkou**


- **digitální zobrazení údajů na ovládací konzole stropního stativu: úhel náklonu rtg lampy,**

**SID, kV a mAs, možnost nastavení kV a mAs přímo z konzoly.**

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému bez uvedené vlastnosti (tj. bez možnosti nastavení a zobrazení kV a mAs na konzole) ?

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému, který nebude splňovat původní požadavek nastavení a zobrazení kV a mAs na konzole za předpokladu, že bude zajištěno nastavení a zobrazení všech parametrů na hlavním stole v ovladovně.

V Hustopečích dne 27.9.2018



Ing. Karel Doležal  
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.