

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 2
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obnova rentgenového přístroje“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jedná: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1

V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje pro pojízdný stropní stůl s rentgenkou:

Rozsah pohybu min 500 cm podélně a 300 cm příčně, maximální rozsah pohybu je limitován rozměry místa plnění.

Chápe dodavatel správně, že zadavatel požaduje adekvátní pokrytí místnosti ve vztahu k délce kolejnic o rozměrech min 500 cm x 300 cm?

Odpověď: Zadavatel ruší požadavek konkrétních hodnot rozsahu pohybu a upřesňuje, že rozsah pohybu stropního stativu musí být v rámci technických možností maximální vzhledem k rozměrům místnosti.

Dotaz č. 2

V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:

Snímkovací stůl

- **bucky clona s velmi jemnou pohyblivou mřížkou min. 36 čar/cm (ohnisková vzdálenost cca 100 cm)**

Vertikální stativ


- **pohyblivá bucky clona s velmi jemnou mřížkou min. 43 čar/cm (ohnisková vzdálenost 150 cm)**

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku skiagrafického systému se dvěma kusy vyjímatelných fokusovaných mřížek namísto pohyblivých bucky clon?.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému, který bude vybaven moderním řešením s vyjímatelnými fokusovanými mřížkami s vysokou hustotou lamel.

V Hustopečích dne 27.9.2018

V. Z. 

Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.