

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 3
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obnova rentgenového přístroje“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jedná: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1

V části 7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje:

Snímkovací stůl

- elevační s výškou plovoucí desky, spodní pozice min. 50 cm a horní pozice min. 80cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku RTG systému s výškou elevace 56,5 - 85,0 cm. Jedná se o nepatrný rozdíl než požadovaný, resp. než nabízený ve Vysvětlení ZD1, který by pro zadavatele neměl mít vliv na předpokládané využití.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému s výškou elevace 56,5 – 85 cm.

V Hustopečích dne 2.10.2018



Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.