



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

**Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro  
anesteziologii a intenzivní medicínu, dětské lékařství, radiologii,  
gynekologii, vnitřní lékařství, chirurgii, ortopedii, urologii**

## **SVAZEK 1**

**Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky**

**ZADAVATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,  
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**



RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno  
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností



## 1. PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávací podmínky, včetně všech jejich příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní jméno: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupená: **Ing. Mgr. Lubomír Wenzl** – ředitel

IČ: 00226912

DIČ: CZ00226912

Profil zadavatele: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html)

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností, která zpracovala textovou část zadávací dokumentace:

Obchodní jméno: **RTS, a.s.**

Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno

Právní forma: 121 – akciová společnost

Zastoupená: **Mgr. Jiřím Košuličem** – statutárním ředitelem

Za zadání odpovídá: **Pavel Mitáš** – ředitel divize Veřejné zakázky

IČ: 255 33 843

DIČ: CZ25533843

## 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 3.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona rozdělen do osmi částí. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky.

Předmětem **části 1 (přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO)** veřejné zakázky je dodávka:

- přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO – 1 ks

Předmětem **části 2 (diagnostický ultrazvuk pro RDG)** veřejné zakázky je dodávka:



- diagnostický ultrazvuk pro RDG – 1 ks

Předmětem **části 3 (kardiologické ultrazvuky)** veřejné zakázky je dodávka:

- kardiologický ultrazvuk pro dětské oddělení – 1 ks
- kardiologický ultrazvuk pro ARO – 1 ks

Předmětem **části 4 (plicní ventilátory)** veřejné zakázky je dodávka:

- transportní plicní ventilátor pro ARO – 1 ks
- plicní ventilátor pro ARO – 2 ks

Předmětem **části 5 (monitory základních životních funkcí s modulem PICCO)** veřejné zakázky je dodávka:

- monitor základních životních funkcí s modulem PICCO – 2 ks

Předmětem **části 6 (anesteziologické přístroje)** veřejné zakázky je dodávka:

- anesteziologický přístroj s monitorem základních životních funkcí – 3 ks

Předmětem **části 7 (lůžka pro intenzivní péči)** veřejné zakázky je dodávka:

- lůžka pro intenzivní péči s laterálním náklonem a váhou pro ARO – 2 ks
- lůžko pro intenzivní péči s laterálním náklonem pro ARO – 1 ks
- lůžka pro intenzivní péči pro GYN – 3 ks
- lůžka pro intenzivní péči pro JIP interna – 11 ks

Předmětem **části 8 (monitory základních životních funkcí + centrální monitory pro interní JIP)** veřejné zakázky je dodávka:

- monitory základních životních funkcí pro interní JIP – 12 ks + centrální monitory pro interní JIP – 2 ks

Podrobné technické požadavky dodavatele na zboží je vždy přílohou 1 návrhu smlouvy (obchodních podmínek) příslušné části veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava zboží na místo určení, jeho případná instalace, předvedení funkcí, předání veškeré potřebné dokumentace k dodávaným přístrojům zadavateli a zaškolení obsluhy. Součástí předmětu plnění je i poskytnutí záručního servisu dodaných přístrojů.

### **3.2. POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ SERVIS**

Záruční servis bude dodavatel provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede dodavatel nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruční doby bez povinnosti zadavatele platit dodavateli nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně však 1x ročně. Bližší podmínky záručního servisu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.



### 3.3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:

33100000-1 - Zdravotnické přístroje

### 3.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za přístroje je stanovena na základě provedeného průzkumu trhu jako 80% z nejnižší ceny tohoto průzkumu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tedy činí:

Část 1	Přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO	175 104 Kč bez DPH
Část 2	Diagnostický ultrazvuk pro RDG	1 680 000 Kč bez DPH
Část 3	Kardiologické ultrazvuky	2 720 147 Kč bez DPH
Část 4	Plicní ventilátory	1 376 866 Kč bez DPH
Část 5	Monitory základních životních funkcí s modulem PICCO	594 200 Kč bez DPH
Část 6	Anesteziologické přístroje	2 159 760 Kč bez DPH
Část 7	Lůžka pro intenzivní péči	1 064 236 Kč bez DPH
Část 8	Monitory základních životních funkcí + centrální monitory pro interní JIP	1 664 754 Kč bez DPH
Celkem tedy předpokládaná hodnota za všechny části veřejné zakázky činí		11 435 067 Kč bez DPH

### 3.5. MAXIMÁLNÍ HODNOTA ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel vymezil i maximální hodnotu částí veřejné zakázky, a to na základě jemu dostupných a vyhrazených finančních prostředků. Pokud nejvýhodnější nabídka v kterékoliv části veřejné zakázky bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená maximální hodnota příslušné části veřejné zakázky, na kterou byla nabídka podána, může tato skutečnost být považována za důvod hodný zvláštního zřetele a zadavatel si vyhrazuje právo příslušnou část veřejné zakázky z tohoto důvodu zrušit.

Část 1	Přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO	218 880 Kč bez DPH
Část 2	Diagnostický ultrazvuk pro RDG	2 100 000 Kč bez DPH
Část 3	Kardiologické ultrazvuky	3 400 184 Kč bez DPH
Část 4	Plicní ventilátory	1 721 083 Kč bez DPH
Část 5	Monitory základních životních funkcí s modulem PICCO	742 750 Kč bez DPH
Část 6	Anesteziologické přístroje	2 699 700 Kč bez DPH
Část 7	Lůžka pro intenzivní péči	1 330 295 Kč bez DPH
Část 8	Monitory základních životních funkcí + centrální monitory pro interní JIP	2 080 943 Kč bez DPH



### **3.6. INFORMACE O ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ**

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001229 v rámci 31. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 2.3. „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

## **4. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

### **4.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací dokumentace obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou vymezeny pro každou část veřejné zakázky samostatně ve formě a struktuře vzoru kupní smlouvy. Účastník zadávacího řízení do obchodních podmínek (pro každou část, na kterou podává svoji nabídku) doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu kupní smlouvy předpokládá; označeno v textu obchodních podmínek ...), a takto doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh kupní smlouvy na každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

### **4.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh kupní smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Jakékoliv změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

## **5. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **5.1. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PARAMETRY**

Požadované technické a funkční parametry předmětu plnění jsou pro každou část veřejné zakázky uvedeny v Technické specifikaci, která je přílohou 1 Svazku 3 – obchodní podmínky (samostatný dokument, pro každou část). Účastník zadávacího řízení musí v nabídce v této příloze deklarovat splnění těchto parametrů **čestným prohlášením**.



## **5.2. TECHNICKÁ DOKUMENTACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ**

Jako přílohu 2 kupní smlouvy každé části zakázky své nabídky předloží dodavatel **fotografickou či technickou dokumentaci dodávaných přístrojů nabízených v nabídce**, ze kterých musí vyplývat **obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, obchodní jméno výrobce a technické parametry** (postačí katalogový list či technický list výrobku). Katalogová dokumentace může být předložena v anglickém jazyce, pokud není k dispozici česká verze.

V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných technických parametrů u nabízeného zařízení musí být účastník zadávacího řízení schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni požadované v této zadávací dokumentaci. Zadavatel má právo v případě pochybností požadovat, aby účastník předložil do sídla zadavatele vzorek nabízeného přístroje, na němž zadavatel ověří splnění všech vymezených technických parametrů. Vzorek bude po vyzkoušení vrácen účastníkovi, pokud se zadavatel a účastník zadávacího řízení nedohodnou jinak.

## **5.3. ODZKOUŠENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY**

Dodavatel po instalaci a případné potřebné montáži dodaných přístrojů a zařízení provede jejich komplexní vyzkoušení a předvedení jejich funkce zástupci objednatele (zadavatele), přičemž po provedení těchto zkoušek musí zabezpečit zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícím složitosti dodaného přístroje nebo zařízení.

## **5.4. ZÁRUČNÍ SERVIS**

Podle smluvních podmínek poskytuje dodavatel zadavateli bezplatný „full“ záruční servis po celou dobu záruční lhůty, tj. 24 měsíců na dodávané přístroje a zařízení vč. veškerého příslušenství. V rámci záruční lhůty zhotovitel bezplatně odstraní vadu díla a poskytne zadavateli bezplatný plný (full) servis díla včetně dodání případných náhradních dílů.

Záruční servis zahrnuje i provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, provádění veškerých kalibračních prohlídek, předepsaných preventivních prohlídek, kontrol, revizí a preventivních údržbových prací, a to včetně dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí zdravotnického přístroje nebo zařízení, včetně příslušenství.

## **5.5. SPLNĚNÍ NOREM A PŘEDPISŮ**

Veškeré položky přístrojů a zařízení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české, případně evropské normy a zákonné předpisy. Účastník předloží v nabídce **čestné prohlášení**, že dodavatel i nabízené zdravotnické přístroje splňují příslušné technické normy a právní předpisy.





Jde především o:

- zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (diagnostika jsou označena evropskou značkou shody CE, doprovázené v některých případech číslem notifikované osoby uvedené na štítku IVD MD a na návodu na použití; návod na použití ke každému IVD MD v českém jazyce),
- nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky,
- nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na implantabilní zdravotnické prostředky,
- zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona umožňuje u každého případného odkazu na normy nebo technické dokumenty v zadávací dokumentaci nabídnout rovnocenné řešení. **Doklady prokazující shodu nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě), předá vybraný dodavatel nejpozději ke dni předání a převzetí přístrojů či zařízení zadavateli.**

## **5.6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ**

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka respektovala následující podmínky (jsou již obsahem obchodních podmínek):

- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 5 dnů, zajistí účastník k zapůjčení náhradní přístroj;
- účastník identifikuje obchodní jméno a sídlo autorizované servisní organizace, odkud bude zajišťován záruční servis;
- zaškolení v rozsahu a povaze složitosti dodávaného přístroje nebo zařízení, včetně příslušenství.

## **6. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

### **6.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky, na kterou podávají nabídku, vždy v připravené tabulce v článku II bodu 1. návrhu příslušné kupní smlouvy. Celkové nabídkové ceny pro části zakázky, na které dodavatel podává nabídku, uvede dodavatel rovněž v Krycím listu nabídky.



## **7. JISTOTA A ZADÁVACÍ LHŮTA**

### **7.1. POSKYTNUTÍ JISTOTY**

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 zákona.

### **7.2. ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona.

## **8. OSTATNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY**

### **8.1. VARIANTY NABÍDEK**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, pokud to není uvedeno v této zadávací dokumentaci.

## **9. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMA NABÍDKY**

### **9.1. NABÍDKA**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce).

### **9.2. ZPŮSOB PODÁNÍ A FORMA NABÍDKY**

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html) pod názvem veřejné zakázky.

Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové adrese <http://www.ezak.cz/>, zejména v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu.

Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu \*.doc, \*.pdf či obdobném (textové části nabídky, doklady).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu.





### 9.3. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (v této zadávací dokumentaci uvedena není).

### 9.4. POZDNÍ PODÁNÍ NABÍDKY

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný dodavatel.

### 9.5. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### 9.6. OBSAH NABÍDKY

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna následovně:

- 9.6.1. Vyplněný formulář "**Krycí list nabídky**", obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a naskenován do elektronické podoby nabídky. Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.
- 9.6.2. **Návrh kupní smlouvy** pro část 1 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.2.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.2.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.3. **Návrh kupní smlouvy** pro část 2 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.3.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - diagnostický ultrazvuk pro RDG - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.3.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.4. **Návrh kupní smlouvy** pro část 3 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.



- 9.6.4.1. **Příloha 1a** - Technická specifikace - kardiologický ultrazvuk pro dětské oddělení - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
- 9.6.4.2. **Příloha 1b** - Technická specifikace - kardiologický ultrazvuk pro ARO - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
- 9.6.4.3. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.5. **Návrh kupní smlouvy** pro část 4 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.5.1. **Příloha 1a** - Technická specifikace - transportní plicní ventilátor pro ARO - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.5.2. **Příloha 1b** - Technická specifikace - plicní ventilátor pro ARO - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.5.3. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.6. **Návrh kupní smlouvy** pro část 5 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.6.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - monitor základních životních funkcí s modulem PICCO - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.6.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.7. **Návrh kupní smlouvy** pro část 6 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.7.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - anesteziologický přístroj s monitorem základních životních funkcí - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.7.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.8. **Návrh kupní smlouvy** pro část 7 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.8.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - lůžka pro intenzivní péči - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.8.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží - *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*
- 9.6.9. **Návrh kupní smlouvy** pro část 8 – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  - 9.6.9.1. **Příloha 1** - Technická specifikace - monitor základních životních funkcí a centrální monitor pro interní JIP - *dodavatelé vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace*
  - 9.6.9.2. **Příloha 2** - Fotografická či technická dokumentace s popisem nabízeného zboží – *dodavatelé vypracují v souladu s bodem 5.2. tohoto svazku*



***Pozn.:** Návrh kupní smlouvy a jejich přílohy dodavatel předkládá pouze pro ty části zakázky, na které podává nabídku.*

9.6.10. Čestné prohlášení dodavatele k nabízenému zboží v souladu s bodem 5. 1. tohoto svazku

9.6.11. Čestné prohlášení dodavatele o splnění norem a předpisů k nabízenému zboží v souladu s bodem 5. 5. tohoto svazku

***Pozn.:** Je přípustné, aby dodavatel předložil jedno čestné prohlášení, v němž prohlásí, že jím nabízený přístroj splňuje jak vymezené technické parametry, tak všechny podmínky dle bodu 5.5. této zadávací dokumentace.*

9.6.12. Doklady prokazující kvalifikaci účastníka - v souladu s pokyny uvedenými ve Svazku 2 zadávací dokumentace, pro ty části veřejné zakázky, na které podává nabídku.

## **9.7. OBSAH NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI**

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zadavatel v takovém případě doporučuje, aby součástí nabídky podané více dodavateli společně, byla i jejich případná vzájemná smlouva (např. smlouva o společnosti dle § 2716 a následujících občanského zákoníku), podepsaná všemi účastníky společné nabídky, v níž bude obsažen závazek společné a nerozdílné odpovědnosti všech účastníků společné nabídky za splnění veřejné zakázky. Společná nabídka by pak měla být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude vložena případná smlouva mezi účastníky společné nabídky. V návrhu smlouvy v nabídce poté bude upraven údaj o zhotoviteli, kde budou identifikováni všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého účastníka společné nabídky, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

## **10. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

### **10.1. PODMÍNKY OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

Nabídky budou otevírány dle ustanovení § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. **Vzhledem k elektronickému podání nabídek nebude otevírání nabídek veřejné.** Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.



## 11. HODNOCENÍ NABÍDEK

### 11.1. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny, pro každou část veřejné zakázky samostatně.

### 11.2. METODA HODNOCENÍ

Nabídky budou v rámci každé části seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnížší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou bez DPH. Před hodnocením však zadavatel provede úkony spojené s posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny.

### 11.3. VÁHA KRITÉRIA

Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100%.

## 12. UZAVŘENÍ SMLOUVY

### 12.1. PODMÍNKA UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraný dodavatel je povinen splnit další podmínky pro uzavření smlouvy, pokud je zadavatel v této zadávací dokumentaci, stanovil. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je dodavatel nepředložil v rámci své nabídky).

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, zadavatel ve výzvě podle § 122 odstavce 3 zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předešlého písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo statuty.



## **13. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

### **13.1. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení při naplnění důvodů uvedených v § 127 zákona.

### **13.2. DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší (nebo kteroukoliv jeho část), nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

## **14. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **14.1. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentací tvoří:

Svazek 1 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky

Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 1

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 2

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 3

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 4

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 5

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 6

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 7

Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 8

Svazek 3 část 1 - Obchodní podmínky - přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO

Svazek 3 část 1 příloha 1 - Technická specifikace kupujícího - přenosný ultrazvuk s lineární sondou pro ARO

Svazek 3 část 2 - Obchodní podmínky - diagnostický ultrazvuk pro RDG

Svazek 3 část 2 příloha 1 - Technická specifikace kupujícího - diagnostický ultrazvuk pro RDG

Svazek 3 část 3 - Obchodní podmínky - kardiologické ultrazvuky

Svazek 3 část 3 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - kardiologický ultrazvuk pro dětské oddělení

Svazek 3 část 3 příloha 1b - Technická specifikace kupujícího - kardiologický ultrazvuk pro ARO

Svazek 3 část 4 - Obchodní podmínky - plicní ventilátory

Svazek 3 část 4 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - transportní plicní ventilátor pro ARO

Svazek 3 část 4 příloha 1b - Technická specifikace kupujícího - plicní ventilátor pro ARO





Svazek 3 část 5 - Obchodní podmínky - monitory základních životních funkcí s modulem PICCO

Svazek 3 část 5 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - monitor základních životních funkcí s modulem PICCO

Svazek 3 část 6 - Obchodní podmínky - anesteziologické přístroje

Svazek 3 část 6 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - anesteziologický přístroj s monitorem základních životních funkcí

Svazek 3 část 7 - Obchodní podmínky - lůžka pro intenzivní péči

Svazek 3 část 7 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - lůžka pro intenzivní péči

Svazek 3 část 8 - Obchodní podmínky - monitory základních životních funkcí a centrální monitory pro interní JIP

Svazek 3 část 8 příloha 1a - Technická specifikace kupujícího - monitor základních životních funkcí a centrální monitor pro interní JIP

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html) pod názvem veřejné zakázky.

## **14.2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel doporučuje pro přehlednost využívat k podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou poštu. V tomto konkrétním případě je elektronická adresa pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace [radomir.drozd@rts.cz](mailto:radomir.drozd@rts.cz). Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena zadavateli i prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html). Kontaktní osoba pro žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je Ing. Radomír Drozd, tel.: +420 545 120 278.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti. Stejným způsobem uveřejní zadavatel i vysvětlení změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

## **15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM**

### **15.1. FORMA KOMUNIKACE**

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů popsanych v ustanovení § 211 odstavec 3 ZZVZ.





## **15.2. ELEKTRONICKÁ FORMA KOMUNIKACE**

Elektronická komunikace v době po podání nabídek, bude přednostně uskutečňována prostřednictvím datových schránek. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby umožnili komunikaci prostřednictvím datových schránek i se soukromými osobami označením v nastavení datových schránek dodavatelů. ID datové schránky RTS, a.s. pro účely komunikace: **enhf5gn**. Účastník zadávacího řízení, který souhlasí s komunikací prostřednictvím datových schránek, uvede ID svých datových schránek v krycím listu nabídky (není to ale podmínkou).

Jinou formou elektronické komunikace je použití elektronické pošty (e-mail) a při použití této formy komunikace by měla být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Email RTS, a.s. pro účely komunikace v době po podání nabídek [lenka.potrusilova@rts.cz](mailto:lenka.potrusilova@rts.cz) Účastník zadávacího řízení uvede svoji adresu elektronické pošty pro případnou elektronickou komunikaci (e-mail) v krycím listu nabídky (není to ale podmínkou).

## **15.3. KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE ZADAVATELE**

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností ke všem fázím zadávacího řízení. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli.

## **15.4. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY**

Podává-li nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, jsou povinni ve své nabídce uvést jednu adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníkovi společné nabídky samostatně.

## **15.5. PODPISOVÁ DOLOŽKA**

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto Svazku zadávací dokumentace se potvrzuje i platnost všech ostatních Svazků a jejich příloh.