



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 152272/2018

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 30.10.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: „Zámek Břežany – sprchovací lůžko“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zámek Břežany – sprchovací lůžko“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 27.10.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy:

Zadavatel ve smlouvě, v požadovaných technických parametrech v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zámek Břežany – sprchovací lůžko“ požaduje mimo jiné:

1. Sloupový zdvih - Sloupový zdvih není jediným možným způsobem zdvihu sprchového lůžka. Např. pístové zdvihy plně nahradí sloupový zdvih bez vlivu na funkčnost a účel výrobku.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s jiným než sloupovým zdvihem?

2. Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko - Renomovaní světoví výrobci nabízejí alternativní nabíjení baterií přímo na sprchovém lůžku. Tím se zjednodušuje obsluha při nabíjení baterie, nemusí se nikam přenášet. A to bez negativního vlivu na funkčnost, účel výrobku a samozřejmě i na bezpečnost.

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez externí nabíječky?

3. "Flexi zona" se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka - tato technická podmínka, toto označení je přesnou specifikací jednoho přesně daného typu výrobku od určitého dodavatele. Technické podmínky jsou dle §89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez "Flexi zóny"?

4. Integrovaný držák sprchy - Mnozí renomovaní zahraniční výrobci již upustili od instalace integrovaného držáku sprchy, neboť při šíři lůžka, v tomto případě až 900 mm, je sprcha připevněná v držáku sprchy na jedné straně lůžka z druhé strany vlastně vzdálenostně nedostupná. Praxí se zjistilo, že obsluha potřebuje mít přístup k pacientovi/klientovi z obou stran včetně snadné dostupnosti sprchy při provádění hygieny.

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez Integrovaného držáku sprchy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění technických specifikací stanovených v obchodních podmínkách na sprchovací lůžko.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje