

DODATEČNÉ INFORMACE

zakázka malého rozsahu na dodávky
„ODBĚROVÉ VAKY“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912
Právní forma:	331 - Příspěvková organizace
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Eva Šafářová

Dne 5.12.2018 byly zadavateli položeny následující dotazy:

Otázka:

Bude zadavatel hodnotit také kvalitu a uživatelskou přívětivost nabízených vaků?

Odpověď:

Kvalita bude hodnocena pouze u vítěze VZ po zapůjčení separátoru a dodání vaků a jejich použití v praxi. Následně podepsaná rámcová kupní smlouva je s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Otázka:

Bude zadavatel požadovat všechny 3 požadované typy vaků od jediného výrobce a tedy shodný typ odběrové části (jehly, vzorkovací vácčky, krytky jehel, port pro odběry vzorků do zkumavek)?

Odpověď:

Podle Zadávací dokumentace, oddílu 6. zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění - to znamená, že zakázku není možné rozdělit mezi více výherců. Vak (jednovak) k léčebné venepunkci může být od jiného výrobce, ale jednoho dodavatele – výherce.

Otázka:

Požaduje zadavatel, aby byla lámací kanyla za Y konektorem u jehly na lince k vzorkovacímu váčku, jak tomu bylo u starších typů odběrových souprav, nebo na lince k hlavnímu odběrovému vaku, takže při neprolomení na začátku odběru je první dávka krve kontaminovaná vpichem směřována do vzorkovacího váčku?

Odpověď:

Tuto podmínku zadavatel nestanovil.

Otázka:

Jsou požadovány uzavíratelné svorky na hadičkách k vzorkovacímu váčku a k hlavnímu odběrovému vaku?

Odpověď:

Ano, uzavíratelné svorky na hadičkách k vzorkovacímu váčku a k hlavnímu odběrovému vaku zadavatel požaduje.

Otázka:

Požaduje zadavatel, aby štítky s označením vaků piktogramy a čárovými kódy splňovaly normy ISBT128, ISO3826-2 a ISO15223-1?

Odpověď:

Ano, štítky musí splňovat výše uvedené normy.

Otázka:

V druhé části Vymezení předmětu veřejné zakázky – Vak s in-line filtrem pro deleukotizaci plné krve požadujete odběrový vak s horní a dolní výpustí. Stejných nebo lepších výsledků lze dosáhnout i s vakem s horní a horní výpustí. Bude akceptována nabídka s takovým typem vaku?

Odpověď:

Ano, takovou nabídku bude zadavatel akceptovat.

Otázka:

Musí být opticky indikováno ukončení filtrace – průhledný typ filtru?

Odpověď:

Tuto podmínku zadavatel nestanovil.

Otázka:

Jaký je maximální akceptovatelný objem filtru? (Mrtvý objem filtru – objem tekutiny, která ve filtru zůstane po filtraci)

Odpověď:

Zadavatel požaduje co nejmenší tzv. mrtvý objem filtru, cca 40 ml.

Otázka:

Požaduje zadavatel zapůjčení krevních separátorů s automatickým odvzdušněním plazmy (pomocný lis na plazmový vak, nebo rychlé přetlačení SAG-M)?

Odpověď:

Zadavatel bude požadovat zapůjčení dvou nejnovějších typů lisů, u kterých by tato funkce měla být automaticky, proto tuto informaci zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci.

Ing. Eva Šafářová