

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky dělenou na pět částí zadávanou v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Nákup drobných investic na vybavení laboratoří
a odborných učeben SPŠCH Vranovská**

Zadavatel:

**Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace,
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
IČ 621 572 64**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 4 a to parametr PC software. Není jednoznačné, zda zadavatel požaduje pouze přístroj s možností připojení k PC pomocí USB a pouze se zasíláním dat do PC sloužící k archivaci dat. Nebo zda požaduje dodat přístroj, který lze ovládat i pomocí software v PC, v tomto případě požaduje zadavatel dodat i software?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Zadavatel trvá na tom, že ze zadání je patrné, jaký přístroj požaduje. Zadavatel požaduje přístroj s možností připojení k PC pomocí USB, ovládání přístroje pomocí software v PC a dodání software.

V Brně, dne 1. 4. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele