



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM VE ZNĚNÍ SOUBORU VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – Třetí část – dodávka vybavení učebny biologie

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně v zaškrťávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatelům uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý.

Dodavatel dodá celkem 15 ks binokulárních mikroskopů, 4 ks sad podložních skel, 4 ks sad krycích skel, 100 ks plastových pipet, 5 ks třetích misek, 1 ks filtrační aparatury, 1 ks třepačky biologie a 1 ks inkubátoru 55 I pro mikrobiologii, dle specifikace uvedené níže.

Cena za 1kus/soubor každého nabídnutého zboží může být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč včetně DPH.

1.	Mikroskop binokulární		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Mikroskop SM 52		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Celková rozlišovací schopnost	40 – 1000 ×	ANO ☒ / NE ☐	40 -1000 x
Okuláry vyjímatelné se vzájemně pohyblivými tubusy	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Zvětšení okulárů	10×	ANO ☒ / NE ☐	10 x
Revolverová hlavice se 4 objektivy, zvětšení objektivů 4×, 10×, 40×, 100× achromatické s antireflexní úpravou	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Osvětlení	3W LED svítilny s plynulou regulací jasu	ANO ☒ / NE ☐	3W LED s regulací
Kondenzor s irisovou aperturní clonou a držákem na filtry	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Cena za 1 ks položky bez DPH		10 160,- Kč	
Cena za 15 ks binokulárních mikroskopů bez DPH		152 400,- Kč	

2.	Podložní skla		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Sklo podložní Hanson 76 x 26 mm		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Druh	hladká	ANO ☒ / NE ☐	hladká
Velikost	76×26 mm	ANO ☒ / NE ☐	76 x 26 mm
Sada	100 ks	ANO ☒ / NE ☐	8 x 50 ks
Cena za 1 ks položky bez DPH		60,60,- Kč	
Cena za 4 ks podložního skla bez DPH		242,40,- Kč	

3.	Krycí skla
-----------	-------------------

Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Sklo krycí Hanson 20 x 20 mm		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Druh	hladká	ANO ☒ / NE ☐	hladká
Velikost	20×20 mm	ANO ☒ / NE ☐	20 x 20 mm
Sada	100 ks	ANO ☒ / NE ☐	1 x 1000 ks
Cena za 1 ks položky bez DPH		34,75,- Kč	
Cena za 4 ks krycích skel bez DPH		139,- Kč	

4.	Pipeta plastová Pasteurova		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Pipeta Pasteurova		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Materiál	PE	ANO ☒ / NE ☐	PE
Provedení	vyfouknuté z jednoho kusu plastu	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Objem	3,0 ml	ANO ☒ / NE ☐	3,0 ml
Transparentní s orientační graduací	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Cena za 1 ks položky bez DPH		1,83,- Kč	
Cena za 100 ks plastových pipet bez DPH		183,- Kč	

5.	Třecí miska s tloučkem		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Miska drsná třecí s tloučkem		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Provedení vnější	glazované hladké	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Provedení vnitřní	drsne	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Objem misky	250 ml	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Provedení tloučku	glazovaný hladký	ANO ☒ / NE ☐	ANO

Cena za 1 ks položky bez DPH	884,- Kč
Cena za 5 ks třecích misek bez DPH	4 420,- Kč

6.	Třepačka		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Vortex SA 8		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Frekvence	volitelná	ANO ☒ / NE ☐	200 - 2500rpm
Poloměr třepání	4,2 mm	ANO ☒ / NE ☐	4,2 mm
Rozměry	135×215×78 mm	ANO ☒ / NE ☐	135×215×78mm
Hmotnost	3,2 kg	ANO ☒ / NE ☐	3,2 kg
Napájení	240 V / 50-60 Hz	ANO ☒ / NE ☐	240V/50-60Hz
Cena za 1 ks třepačky bez DPH		7 490,- Kč	

7.	Inkubátor pro mikrobiologii		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Inkubátor VWR IL 56 PRIME		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Teplotní rozsah	Pokoj. tepl. +5 °C až do 70 °C	ANO ☒ / NE ☐	RT +5...100°C
Přesnost nastavení teploty	0,1 °C	ANO ☒ / NE ☐	0,1°C
Teplotní senzor	Pt100 DIN A 4vláknový	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Vnitřní komora	nezel ocel	ANO ☒ / NE ☐	nerez
Proudění vzduchu	konvekce	ANO ☒ / NE ☐	přirozená konvekce
Objem vnitřního prostoru	55 l	ANO ☒ / NE ☐	56 l
Cena za 1 ks inkubátoru pro mikrobiologii bez DPH		21 838,- Kč	

8.	Filtrační aparatura
-----------	----------------------------

Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Filtrací aparatura		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Uchazeč nabízí
Využití	filtrace vzorků vody v mikrobiologické laboratoři	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Autoklávovatelnost při 121 °C	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Porozita filtru	0,47 µm	ANO ☒ / NE ☐	0,47 um
Objem nádoby	500 ml	ANO ☒ / NE ☐	500 ML
Materiál	Plast nebo sklo	ANO ☒ / NE ☐	sklo
Zabudovaná membrána	ANO	ANO ☒ / NE ☐	ANO
Cena za 1 ks filtrační aparatury bez DPH		2 088,88,- Kč	

Rekapitulace:

Položka	Cena za 1 kus/soubor v Kč bez DPH	Cena za 1 kus/soubor v Kč včetně DPH (musí být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč)	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
Cena v Kč bez DPH za 15 ks binokulárního mikroskopu	10 160,- Kč	12 293,60,- Kč	152 400,- Kč	184 404,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 4 ks sad podložních skel	60,60,- Kč	73,33,- Kč	242,40,- Kč	293,30,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 4 ks sady krycích skel	34,75,- Kč	42,05,- Kč	139,- Kč	168,20,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 100 ks plastových kapátek	1,83,- Kč	2,2143,- Kč	183,- Kč	221,43,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 5 ks třetích misek s tloučkem	884,- Kč	1 069,64,- Kč	4 420,- Kč	5 348,20,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 1 ks třepačky biologie	7 490,- Kč	9 062,90,- Kč	7 490,- Kč	9 062,90,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 1 ks inkubátoru 55 I pro mikrobiologii	21 838,- Kč	26 423,98,- Kč	21 838,- Kč	26 423,98,- Kč
Cena v Kč bez DPH za 1 ks filtrační aparatury	2 088,88,- Kč	2 527,54,- Kč	2 088,88,- Kč	2 527,54,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ			188 801,28,- Kč	228 449,55,- Kč
---	--	--	----------------------------	------------------------

Já (my) níže podepsaný (i) Ing. Patrik Joannidis čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel VWR International s.r.o. v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15. 4. 2019

Ing Patrik Joannidis,
Product specialist Manager